

# 上海市第六人民医院安徽医院采购经鼻高流量呼吸治疗仪项目第2包 更正公告

## 一、项目基本情况

项目编号：FS34000120255572号/ZF2025-32-1211

项目名称：上海市第六人民医院安徽医院采购经鼻高流量呼吸治疗仪项目第2包

首次公告日期：2025年8月14日

## 二、更正信息

更正事项： 采购公告  采购文件  采购结果

更正内容：

1、本项目招标文件第三章采购需求及技术规格要求中“4. 病人界面连接管具有透水不透气性能，最大限度减少液态冷凝水”现更正为“4. 病人界面连接管采用性能优异材质，最大限度减少液态冷凝水”。

2、本项目招标文件第三章采购需求及技术规格要求中“★5. 主机具有气体过滤功能，过滤性能（细菌过滤效率 $\geq 99.99\%$ ，病毒过滤效率 $\geq 99.9\%$ ）”现更正为“★5. 主机具有气体过滤功能，避免交叉感染”。

3、本项目招标文件第三章采购需求及技术规格要求中“★6. 主机内置高温消毒功能：消毒管路，加热至 $\geq 85^{\circ}\text{C}$ ，并持续至少30分钟。主机有实时消毒状态监测和显示。主机有消毒次数指示。”现更正为“★6. 主机具有创新气路设计，患者气体不回流主机，主机无需消毒；或主机内置高温消毒功能：消毒管路，加热至 $\geq 85^{\circ}\text{C}$ ，并持续至少30分钟”。

4、本项目招标文件第三章采购需求及技术规格要求中“8. 流量调节方式，精准调节：每次调节1升/分，快速调节：每次调节5升/分”现更正为“8. 流量调节方式，精准调节：每次调节1升/分”。

更正日期：2025年08月22日

## 三、其他补充事宜

1. 本项目实施全流程电子化交易，投标文件实施网上远程解密，投标人无需前往开标现场。
2. 此公告视同招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。请投标人及时下载。

## 四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名称：安徽省立医院

地 址：安徽省合肥市庐阳区庐江路17号

联系方式：0551-62282541

## 2. 采购代理机构信息

名 称：安徽省招标集团股份有限公司

地 址：安徽省合肥市包河区紫云路888号安徽省招标集团总部基地

联系方式：15905605972

## 3. 项目联系方式

项目联系人：安丽、于淮淮

电 话：18010874352