

安徽省紧密型县域医共体设备更新一期项目-超声诊断仪三更正公告2

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：ZF2025-36-1978

原公告的采购项目名称：安徽省紧密型县域医共体设备更新一期项目-超声诊断仪三

首次公告日期：2025年12月2日

二、更正信息

更正事项：采购公告 采购文件 采购结果

更正内容：

1、招标文件第三章采购需求4.2技术要求表中“●8.3相控阵探头，频宽1.5-4.5MHz, ≥80物理阵元（单晶体、纯净波或类似技术），提供技术白皮书证明”现修改为：“●8.3相控阵探头，频宽1.5-4.5MHz, ≥80阵元（单晶体或纯净波或类似技术）”。

2、招标文件第三章采购需求4.2技术要求表中“●5.6.1 三维自动二尖瓣定量”现修改为：“5.6.1 三维自动二尖瓣定量”。

3、招标文件第四章资格审查和评标办法（综合评分法）的第二节评标办法“3.2.3（2）技术部分 8 产品的技术参数（35分）”中“1.根据投标文件与招标文件要求的重要参数（标记“●”的技术参数）偏离情况进行评分。每满足一项得2分，共5项，满分10分。3.根据投标文件与招标文件要求的一般参数（无标识技术参数）偏离情况进行评分。一般技术参数条款评审得分=（投标人满足一般技术参数条款的数量÷一般技术参数条款的总数量）×一般技术参数设定分值，保留小数点后两位，一般技术参数条款的总数量为43项，满分25分”的内容更正为：“1.根据投标文件与招标文件要求的重要参数（标记“●”的技术参数）偏离情况进行评分。每满足一项得2分，共4项，满分8分。2.根据投标文件与招标文件要求的一般参数（无标识技术参数）偏离情况进行评分。一般技术参数条款评审得分=（投标人满足一般技术参数条款的数量÷一般技术参数条款的总数量）×一般技术参数设定分值，保留小数点后两位，一般技术参数条款的总数量为44项，满分27分”。

更正日期：2025年12月19日

三、其他补充事宜

本项目相关信息同时在“安徽省政府采购网（www.ccgp-anhui.gov.cn）、中国招标投标公共服务平台（www.cepubservice.com）、安徽省招标投标信息网（www.ahtba.org.cn）、优质采云采购平台（网址：www.youzhicai.com）、优质采招标采购平台（www.yzczb.com）”等媒介上发布；

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：安徽省卫生健康委员会

地址：合肥市包河区屯溪路435号

联系方式：0551-62998136

2. 采购代理机构信息（如有）

名称：安徽省招标集团股份有限公司

地址：安徽省合肥市包河区紫云路888号

联系方式：应急客服电话：0551-62220153（接听时间：8:30-12:00, 13:30-17:30，节假日除外。潜在投标人应优先拨打联系电话，无人接听时再拨打该“应急客服电话”）

3. 项目联系方式

项目联系人：施雨朦、杨婉莹、李星、许亮、章永兴

电话：0551-66061355、0551-66061353、0551-66061356、0551-66061351、0551-66061349、18096669151（施）、13696536668（许）

五、附件

1. 安徽省紧密型县域医共体设备更新一期项目-超声诊断仪三更正公告2

2. 原招标文件