

# 更正公告

## 一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：ZF2025-36-1936

原公告的采购项目名称：安徽省疾控中心省结核病参比实验室耐药检测能力提升

首次公告日期：2025年11月21日

## 二、更正信息

更正事项：采购公告 采购文件 采购结果

更正内容：

1、第三章采购需求4.2技术要求表第1包▲结核分枝杆菌测序系统1、测序仪“★1.3运行时间：SE100模式下，单次运行时间≤5小时，PE150模式下，单次运行时间≤12小时”删除；

2、第三章采购需求4.2技术要求表第1包▲结核分枝杆菌测序系统1、测序仪“1.2、支持单端测序（SE）和双端测序（PE），支持读长单端≥100个碱基，双端≥2×150个碱基”更正为“★1.2、支持单端测序（SE）和双端测序（PE），支持读长单端≥100个碱基，双端≥2×150个碱基”。

3、第三章采购需求4.2技术要求表第1包▲结核分枝杆菌测序系统1、测序仪“1.4、须配备与测序仪对应的服务器和分析软件或更新现有系统，具备测序和生信分析一体化功能，提供基因组组装以及突变位点分析，支持数据比例和效应回注释信息；（投标文件中须提供技术彩页或产品技术说明）”更正为“1.3须配备与测序仪对应的服务器和分析软件或更新现有系统；1.4、具备测序和生信分析一体化功能，提供基因组组装以及突变位点分析，支持数据比例和效应回注释信息；（投标文件中须提供技术彩页或产品技术说明）”

4、提交投标文件截止时间、开标时间“2025年12月11日14点30分”更正为“2025年12月23日14点30分”。

更正日期：2025年12月8日

## 三、其他补充事宜

无。

## 四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

### 1. 采购人信息

名 称：安徽省疾病预防控制中心

地 址：合肥经济技术开发区繁华大道与云外路交叉口（繁华大道12560号）

联系方式：0551-63674912

### 2. 采购代理机构信息

名 称：安徽省招标集团股份有限公司

地 址：合肥市紫云路888号

联系方式：应急客服电话：0551-62220153（接听时间：8:30-12:00,13:30-17:30，节假日除外。潜在投标人应优先拨打项目联系人联系电话，无人接听时再拨打该“应急客服电话”）

### 3. 项目联系方式

项目联系人：章永兴

电 话：0551-66061349, 15077906489

### 五、附件

1. 安徽省疾控中心省结核病参比实验室耐药检测能力提升更正公告
2. 更正后招标文件