

安徽医科大学第一附属医院正电子发射及 X 射线计算机断层成像系统（PET/CT）采购项目更正公告

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：ZF2026-36-1037

原公告的采购项目名称：安徽医科大学第一附属医院正电子发射及 X 射线计算机断层成像系统（PET/CT）采购项目

首次公告日期：2026年8月25日

二、更正信息

更正事项：☒采购公告 ☒采购文件 ☐采购结果

更正内容：

1、招标文件第三章采购需求4.2技术要求表的总体要求“*2 核心部件要求 PET探测器、CT探测器、和所投PET/CT产品为同一生产厂家（提供检测报告证明）”现更正为：“■2 核心部件要求：PET 探测器、CT 探测器、和所投 PET/CT产品为同一品牌厂家生产（提供检测报告证明）”。

2、招标文件第三章采购需求4.2技术要求表的机架部分“5 机架孔径 $\geq 76\text{cm}$ ”现更正为：“5 机架孔径 $\geq 70\text{cm}$ ”。

3、招标文件第三章采购需求4.2技术要求表的PET部分“*5 PET晶体环数 ≥ 40 环”，现更正为：“*5 PET晶体环数 ≥ 36 环”。

4、招标文件第三章采购需求4.2技术要求表的PET部分“■8.2 轴向FWHM离中心1cm处 $\leq 2.5\text{mm}$ ”现更正为：“■8.2 轴向FWHM离中心1cm处 $\leq 3.5\text{mm}$ ”。

5、招标文件第三章采购需求4.2技术要求表的PET部分“■11 系统灵敏度 $\geq 50\text{ cps/kBq}$ ”现更正为：“■11 系统灵敏度 $\geq 8.5\text{ cps/kBq}$ ”。

6、招标文件第三章采购需求4.2技术要求表的PET部分“■13 PET 3D采集散射分数 ≤ 35 ”，现更正为：“■13 PET 3D采集散射分数 $\leq 41\%$ ”。

7、招标文件第三章采购需求4.2技术要求表的PET部分“■14 P NECR $\geq 600\text{k cps}$ ”现更正为：“■14 P NECR $\geq 200\text{k cps}$ ”。

8、招标文件第三章采购需求4.2技术要求表的CT部分“■3 最薄层厚 $\leq 0.6\text{mm}$ ”现更正为：“3 最薄层厚 $\leq 0.6\text{mm}$ ”。

9、招标文件第三章采购需求4.2技术要求表的CT部分“4.8 阳极有效热容量（MHU） ≥ 15 ”，现更正为：“4.8 阳极有效热容量（MHU） ≥ 7 ”。

10、本项目获取招标文件时间延期至2026年9月18日（北京时间，法定节假日除外）。

11、本项目提交投标文件截止时间、开标时间延期至2026年9月29日9点30分（北京时间）。

更正日期：2026年9月10日

三、其他补充事宜

1. 本项目相关信息同时在“安徽省政府采购网（www.ccgp-anhui.gov.cn）、中国招标投标公共服务平台（www.cebpubservice.com）、安徽省招标投标信息网（www.ahtba.org.cn）、优质采云采购平台（www.youzhuicai.com）、优质采招标采购平台（www.yzczb.com）”等媒介上发布；

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名 称：安徽医科大学第一附属医院

地 址：合肥市绩溪路218号

联系方式：0551-62922911

2. 采购代理机构信息（如有）

名 称：安徽省招标集团股份有限公司

地 址：安徽省合肥市包河区紫云路888号

联系方式：应急客服电话：0551-62220153（接听时间：8:30-12:00,13:30-17:30，节假日除外。潜在投标人应优先拨打联系电话，无人接听时再拨打该“应急客服电话”）

3. 项目联系方式

项目联系人：李星、程椿、倪孟杰、施雨朦

电 话：0551-66061350、66061352、66061356、66061355、18256096609（无人接听可短信留言）

五、附件

1. 安徽医科大学第一附属医院正电子发射及 X 射线计算机断层成像系统（PET/CT）采购项目更正公告

2. 原招标文件