

蚌埠医科大学第一附属医院血液透析机采购项目更正公告

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：ZF2026-36-0623

原公告的采购项目名称：蚌埠医科大学第一附属医院血液透析机采购项目

首次公告日期：2026年6月10日

二、更正信息

更正事项：☐采购公告 ☒采购文件 ☐采购结果

更正内容：

1、招标文件“第三章 采购需求”中“二 性能指标：■2 动脉压监测显示范围：-300~+280mmHg；静脉压监测显示范围：-60~+500mmHg；跨膜压监测显示范围：-60~+500mmHg；精确度±10mmHg。”调整为“■2、动脉压监测显示范围：-300~+280mmHg；静脉压监测显示范围：-50~+380mmHg；跨膜压监测显示范围：-60~+500mmHg；精确度±10mmHg。”；

2、招标文件“第三章 采购需求”中“二 性能指标：■4 收缩压：30~+280mmHg；舒张压：10~+240mmHg；平均动脉压：20~+250mmHg；精度±1mmHg。”调整为“■4 收缩压：60~+250mmHg；舒张压：40~+200mmHg；平均动脉压：45~+235mmHg；精度±3mmHg。”；

本项目提交投标文件截止时间、开标时间延期至2026年7月10日10点00分（北京时间）。

更正日期：2026年6月24日

三、其他补充事宜

本项目相关信息同时在“安徽省政府采购网（www.ccgp-anhui.gov.cn）、中国招标投标公共服务平台（www.cebpubservice.com）、安徽省招标投标信息网（www.ahtba.org.cn）、优质采云采购平台（www.youzhicai.com）、优质采招标采购平台（www.yzczb.com）”等媒介上发布；

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：蚌埠医科大学第一附属医院

地址：安徽省蚌埠市长淮路287号

联系方式：0552-3086506

2. 采购代理机构信息（如有）

名称：安徽省招标集团股份有限公司

地址：安徽省合肥市包河区紫云路888号

联系方式：应急客服电话：0551-62220153（接听时间：8:30-12:00,13:30-17:30，节假日除外。潜在投标人应优先拨打联系电话，无人接听时再拨打该“应急客服电话”）

3. 项目联系方式

项目联系人：俞云龙、倪孟杰、施雨朦、章永兴

电话：0551-66061348、0551-66061352、0551-66061355、15255522615（无人接听可短信留言）

五、附件

1. 蚌埠医科大学第一附属医院血液透析机采购项目更正公告

2. 原招标文件