

上海市第六人民医院安徽医院采购脑功能监护仪更正公告（二）

一、项目基本情况

项目编号：FS34000120256171号/ZF2025-32-1321

项目名称：上海市第六人民医院安徽医院采购脑功能监护仪

首次公告日期：2025年9月5日

二、更正信息

更正事项： 采购公告 采购文件 采购结果

更正内容：

1、本项目招标文件第三章采购需求及技术规格要求中“★3.9数值提示窗口：可实时显示患者抑制率、爆发间隔、每分钟爆发次数、发作次数、棘波指数、血氧、脉率、 α 变异率等数值，可设置数值提示的上下限范围”现更正为“★3.9数值提示窗口：可实时显示患者血氧、脉率、脑氧饱和度等数值。”。

更正日期：2025年09月23日

三、其他补充事宜

1. 本项目实施全流程电子化交易，投标文件实施网上远程解密，投标人无需前往开标现场。
2. 此公告视同招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。请投标人及时下载。

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名 称：安徽省立医院

地 址：安徽省合肥市庐阳区庐江路17号

联系方式：0551-62282541

2. 采购代理机构信息

名 称：安徽省招标集团股份有限公司

地 址：安徽省合肥市包河区紫云路888号安徽省招标集团总部基地

联系方式：15905605972

3. 项目联系方式

项目联系人：安丽、于滩滩

电 话：18010874352