

安徽医科大学第一附属医院复合手术室数字减影血管造影系统（DSA）采购项目更正公告

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：ZF2025-36-1877

原公告的采购项目名称：安徽医科大学第一附属医院复合手术室数字减影血管造影系统（DSA）采购项目

首次公告日期：2025年11月14日

二、更正信息

更正事项：采购公告 采购文件 采购结果

更正内容：

1、招标文件第三章采购需求4.2技术要求表参数中“6.15 球管内置金属铜滤片 ≥ 3 档，最大厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ”现更正为：“*6.15 球管内置金属铜滤片 ≥ 3 档，最大厚度 $\geq 0.9\text{mm}$ ”。

2、招标文件第三章采购需求4.2技术要求表参数中“22.3 单次类CT采集有效覆盖范围 ≥ 240 度”现更正为：“22.3 单次类CT采集有效覆盖范围 ≥ 200 度”。

3、招标文件第三章采购需求4.2技术要求表参数中“17 具备介入导管头模拟塑形功能 配备”，现此条参数删除。

4、招标文件第四章资格审查和评标办法（综合评分法）第二节评标办法—2、详细评审表 产品的技术参数（35分）中“3) 根据投标文件与招标文件要求的一般参数(无标识技术参数)偏离情况进行评分。一般技术参数条款评审得分=（投标人满足一般技术参数条款的数量÷一般技术参数条款的总数量）×一般技术参数设定分值，保留小数点后两位，一般技术参数条款的总数量为161项，满分11分”现更正为：“3) 根据投标文件与招标文件要求的一般参数(无标识技术参数)偏离情况进行评分。一般技术参数条款评审得分=（投标人满足一般技术参数条款的数量÷一般技术参数条款的总数量）×一般技术参数设定分值，保留小数点后两位，一般技术参数条款的总数量为160项，满分11分”。

5、本项目提交投标文件截止时间、开标时间延期至2025年12月19日9点30分（北京时间）。

更正日期：2025年12月04日

三、其他补充事宜

1. 招标文件第三章采购需求4.2技术要求表参数中“*21.2各品牌提供最新最高端低剂量防护技术：例如飞利浦提供ClarityIQ技术；西门子提供OPTIQ技术；GE提供AutoRight技术；联影提供VeraIQ等 配备”中所列出的品牌技术只作举例说明，未提及的品牌提供同档次技术，提供相应证明材料即可。

2. 本项目相关信息同时在“安徽省政府采购网（www.ccgp-anhui.gov.cn）、中国招标投标公共服务平台（www.cepubservice.com）、安徽省招标投标信息网（www.ahtba.org.cn）、优质采云采购平台（www.youzhicai.com）、优质采招标采购平台（www.yzczb.com）”等媒介上发布；

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：安徽医科大学第一附属医院

地址：合肥市绩溪路218号

联系方式：0551-62922911

2. 采购代理机构信息（如有）

名称：安徽省招标集团股份有限公司

地址：安徽省合肥市包河区紫云路888号

联系方式：应急客服电话：0551-62220153（接听时间：8:30-12:00, 13:30-17:30，节假日除外。潜在投标人应优先拨打联系电话，无人接听时再拨打该“应急客服电话”）

3. 项目联系方式

项目联系人：李星、程椿、倪孟杰、施雨朦

电 话：0551-66061350、66061352、66061356、66061355、18256096609（无人接听可短信留言）

五、附件

1. 安徽医科大学第一附属医院复合手术室数字减影血管造影系统（DSA）采购项目更正公告
2. 原招标文件