

上海交通大学医学院附属仁济医院安徽医院3.0T核磁共振采购项目更正公告

一、项目基本情况

项目编号：FS34000120253296号/ZF2025-32-0687

项目名称：上海交通大学医学院附属仁济医院安徽医院3.0T核磁共振采购项目

首次公告日期：2025年5月21日

二、更正信息

更正事项：采购公告 采购文件 采购结果

更正内容：

(一) 采购文件技术参数的第1.10.2项，★1.10.2磁体宽度（不含外壳） $\geq 200\text{cm}$ ，现变更为“1.10.2磁体宽度（不含外壳） $\geq 185\text{cm}$ ”（注：删除“★”项）。

(二) 采购文件技术参数的第1.15.5项，★1.15.5 10cmDSV (Typical) $\leq 0.003\text{ppm}$ ，现变更为“★1.15.5 10cmDSV (Typical) $\leq 0.005\text{ppm}$ ”。

(三) 采购文件技术参数的第1.16项，★1.16.5高斯线圈范围 $\leq 5.2*2.8\text{m}^2$ ，现变更为“★1.16.5高斯线圈范围 $\leq 5.0*3.05\text{m}^2$ ”。

(四) 采购文件技术参数的第4.15项，★4.15原厂通用柔性线圈（大、小各一套） ≥ 12 通道，现变更为“★4.15原厂通用柔性线圈（大、小各一套） ≥ 8 通道”。

(五) 采购文件技术参数的第4.5项，★4.5 发射带宽 $\geq 1\text{MHz}$ ，现变更为“4.5发射带宽 $\geq 0.5\text{MHz}$ ”（注：删除“★”项）

(六) 采购文件技术参数的第4.21项，★4.21独立系统线圈接口总数量 ≥ 5 ，现变更为“4.21独立系统线圈接口总数量 ≥ 2 ”（注：删除“★”项）

(七) 本次新增“★”项参数如下：

★4.17专用膝关节线圈（非柔性专用线圈）： ≥ 16 通道；

★4.18专用肩关节线圈（非柔性专用线圈）： ≥ 16 通道；

★4.19专用足/踝线圈： ≥ 16 通道。

(八) 本项目开标时间及投标截止时间发生变更，变更后的时间如下：2025年6月20日上午9时30分。

更正日期：2025年6月3日

三、其他补充事宜

1. 本项目实施全流程电子化交易，投标文件实施网上远程解密，投标人无需前往开标现场。
2. 此公告视同招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。请投标人及时下载。

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名称：安徽省第二人民医院

地址：安徽省合肥市北二环砀山路1868号

联系 方 式：0551-64286082

2. 采购代理机构信息

名 称：安徽省招标集团股份有限公司

地 址：安徽省合肥市包河区紫云路888号安徽省招标集团总部基地

联 系 方 式：0551-66061410、0551-66061411

3. 项目联系方式

项目联系人：汪宪宜、杨跃宇

电 话：18130587667、18005608188