

安徽医科大学第一附属医院正电子发射及 X 射线计算机断层成像系统（PET/CT）采购项目更正公告2

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：ZF2026-36-1037

原公告的采购项目名称：安徽医科大学第一附属医院正电子发射及 X 射线计算机断层成像系统（PET/CT）采购项目

首次公告日期：2026年8月25日

二、更正信息

更正事项：☒采购公告 ☒采购文件 ☐采购结果

更正内容：

- 1、招标文件第三章采购需求4.2技术要求表的总体要求“■1 先进性 为保证设备先进性，必须提供2023年1月之后首次上市的PET/CT”现更正为：“■1 先进性 为保证设备先进性，必须提供2022年6月之后首次上市的PET/CT”。
- 2、招标文件第三章采购需求4.2技术要求表的机架部分“2 机架内部冷却方式 水冷或风冷”现更正为：“■2 机架内部冷却方式 水冷”。
- 3、招标文件第三章采购需求4.2技术要求表的PET部分“7.2 单个晶体横截面尺寸（长×宽）≥4.1mm*4.1mm”，现更正为：“7.2 单个晶体横截面尺寸（长×宽） ≥3.0mm*3.0mm”。
- 4、招标文件第三章采购需求4.2技术要求表的PET部分“■7.4 PET晶体数目 ≥20000块”现更正为：“■7.4 PET晶体数目 ≥19000块”。
- 5、招标文件第三章采购需求4.2技术要求表的PET部分“8.1 横向FWHM离中心1cm处 ≤3mm”现更正为：“8.1 横向FWHM离中心1cm处 ≤3.5mm”。
- 6、招标文件第三章采购需求4.2技术要求表的PET部分“*9 符合时间窗 ≥4.5（固定值，不接受范围值响应）”，现更正为：“*9 符合时间窗 ≥4.5ns（固定值，不接受范围值响应）”。
- 7、招标文件第三章采购需求4.2技术要求表的CT部分“*2.1 探测器排数 ≥64排”现更正为：“*2.1 探测器排数 ≥32排”。
- 8、招标文件第三章采购需求4.2技术要求表的CT部分“■2.3 探测器数量 ≥50000块”现更正为：“■2.3 探测器数量 ≥20000块”。
- 9、招标文件第三章采购需求4.2技术要求表的CT部分“■4.5 球管最小电压 ≤60kV”，现更正为：“■4.5 球管最小电压 ≤70kV”。
- 10、招标文件第三章采购需求4.2技术要求表的CT部分“4.6 管电压多档位可调 ≥8档”现更正为：“4.6 管电压多档位可调 ≥4档”。
- 11、招标文件第三章采购需求4.2技术要求表的CT部分“4.9 最大球管功率（KW） ≥100”现更正为：“4.9 最大球管功率（KW） ≥70”。
- 12、招标文件第三章采购需求4.2技术要求表的扫描床部分“■4 最快移床速度 ≥200mm/s”现更正为：“4 最快移床速度 ≥100mm/s”。
- 13、招标文件第三章采购需求4.2技术要求表的应用软件部分“3 肿瘤软件包 提供”现更正为：“*3 肿瘤软件包 提供（附原厂工作站病例截图）”。
- 14、招标文件第三章采购需求4.2技术要求表的应用软件部分“6 神经分析软件包（或满足功能的第三方软件） 提供”现更正为：“*6 神经分析软件包（或满足功能的第三方软件） 提供（附原厂工作站病例截图）”。

15、招标文件第三章采购需求4.2技术要求表的应用软件部分“7 心脏分析软件包（或满足功能的第三方软件）提供”现更正为：“*7 心脏分析软件包（或满足功能的第三方软件）提供（附原厂工作站病例截图）”。

更正日期：2026年9月11日

三、其他补充事宜

1. 本项目相关信息同时在“安徽省政府采购网（www.ccgp-anhui.gov.cn）、中国招标投标公共服务平台（www.cebpubservice.com）、安徽省招标投标信息网（www.ahtba.org.cn）、优质采云采购平台（www.youzhicai.com）、优质采招标采购平台（www.yzczb.com）”等媒介上发布；

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名 称：安徽医科大学第一附属医院

地 址：合肥市绩溪路218号

联系方式：0551-62922911

2. 采购代理机构信息（如有）

名 称：安徽省招标集团股份有限公司

地 址：安徽省合肥市包河区紫云路888号

联系方式：应急客服电话：0551-62220153（接听时间：8:30-12:00,13:30-17:30，节假日除外。潜在投标人应优先拨打联系电话，无人接听时再拨打该“应急客服电话”）

3. 项目联系方式

项目联系人：李星、程椿、倪孟杰、施雨朦

电 话：0551-66061350、66061352、66061356、66061355、18256096609（无人接听可短信留言）

五、附件

1. 安徽医科大学第一附属医院正电子发射及 X 射线计算机断层成像系统（PET/CT）采购项目更正公告2

2. 原招标文件