

安徽省胸科医院2025年高端科研型后64排X线电子计算机体层扫描系统项目更正公告（三）

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：ZF2025-05-1506（任务书编号：FS34000120256933号）

原公告的采购项目名称：安徽省胸科医院2025年高端科研型后64排X线电子计算机体层扫描系统项目

首次公告日期：2025年09月30日

二、更正信息

更正事项： ☒ 采购公告 ☒ 采购文件 ☐ 采购结果

更正内容：

序号	更正项	更正前内容	更正后内容
1		★3.9探测器单元总数单源CT≥170000，双源CT≥140000	★3.9探测器单元总数单源CT≥170000（或探测器单元数量≥800个单元/排），双源CT≥140000
2		★4.2扫描床最大水平移动速度≥420mm/s	★4.2扫描床最大水平移动速度≥300mm/s
3		4.3扫描床最小水平移动速度≤5mm/s	删除。
4		6.21体部扫描模式，Z轴最快覆盖扫描速度≥40cm/s	删除。
5		6.28 MTF=10%时，X/Y轴空间分辨率≥16Lp/cm	删除。
6		6.31 MTF=10%时，Z轴空间分辨率≥12Lp/cm	删除。

7	第三章采购需求“四. 技术要求”（二）技术性能及功能配置要求	7.3心脏特殊扫描方案，扫描最大螺距 ≥ 1.5 （或心脏可以采用16cm轴扫方案或其他类似技术）	删除。
8		7.9模拟心电图技术（或类似技术）：具备	删除。
9		7.11心脏冠脉采用不受心率和心律限制的前瞻性心电门控触发序列扫描技术（或实现在任意心率下，心脏采集采用前瞻性ECG门控扫描模式）：具备	删除。
10		7.14自由呼吸无需镇静的小儿先心前瞻性心电触发大螺距扫描（或类似技术）：具备	删除。
11		7.15一站式胸痛三联检查扫描，最大螺距 ≥ 1.5 （或类似扫描技术），要求说明实现方式	删除。
12		7.19绝对时相采集技术：具备根据心动周期特定ms选择曝光时间窗的功能（或具备类似功能）	删除。
13		7.21前瞻性心电门控自动曝光范围技术：具备，前瞻性心电门控可根据患者心率自动确定曝光范围功能（或具备类似功能）	删除。
14		7.22心脏最佳时相自动重建技术：具备在心脏扫描结束后，自动重建最佳舒张期和收缩期图像，无需手动选择期相（或具备类似功能）	删除。

15		7. 24绝对时相重建技术：具备根据心动周期特定ms选择重建数据的功能（或具备类似功能）	删除。
16		7. 40一站式心脑血管联合成像，Z轴最快覆盖速度≥43cm/s	删除。
17	提交投标文件截止时间、开标时间	2025年11月17日14点30分(北京时间)	2025年12月01日14点30分(北京时间)

更正日期：2025年11月14日

三、其他补充事宜

- 1. 本次更正内容作为招标文件的组成部分，不一致之处以本次更正内容为准，招标文件其他内容不变。
- 2. 本项目更正公告信息同时在“安徽省政府采购网、优质采招标采购平台、优质采云采购平台”上发布。

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名 称：安徽省胸科医院

地 址：合肥市蜀山区绩溪路397号

联系方式：陈磊，0551-63635501

2. 采购代理机构信息

名 称：安徽省招标集团股份有限公司

地 址：合肥市包河区紫云路888号

联系方式：0551-66061397、66061392

应急客服电话：0551-62220153（接听时间8:30-12:00,13:30-17:30，节假日除外。潜在投标人应优先拨打项目联系人联系电话，无人接听时再拨打该“应急客服电话”）

3. 项目联系方式

项目联系人：张腾飞、丁灵灵

电 话：05510551-66061397、66061392、1373922810

五、附件

无。