

上海市第一人民医院蚌埠医院高清电子内窥镜采购项目更正公告

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：ZF2026-13-1154

原公告的采购项目名称：上海市第一人民医院蚌埠医院高清电子内窥镜采购项目

首次公告日期：2026年09月28日

二、更正信息

更正事项：☐采购公告☒采购文件☐采购结果

更正内容：

1、招标文件第三章采购需求技术参数及要求“四、治疗电子胃镜：2根”现更正为“四、治疗电子胃镜：1根”。

2、删除招标文件第三章采购需求技术参数及要求“五、放大电子结肠镜：1根

5.1 视野范围： $\geq 170^\circ$ （广角）、 $\geq 85^\circ$ （长焦）

5.2 视野方向： 0° （直视）

★5.3景深范围：广角7-100 mm；长焦1-2mm

5.4 弯曲角度：上 $\geq 180^\circ$ ，下 $\geq 180^\circ$ ，左 $\geq 160^\circ$ ，右 $\geq 160^\circ$

5.5 先端部外径： $\leq 11.7\text{mm}$

5.6 插入部外径： $\leq 11.8\text{mm}$

5.7 工作长度： $\geq 1330\text{ mm}$

5.8 钳子管道最小可视距离：距离先端 $\geq 3.0\text{mm}$

5.9 钳子管道内径： $\geq 3.2\text{mm}$

5.10全长： $\geq 1650\text{ mm}$

5.11窄带光成像：具备

5.12副送水：具备

5.13镜身可变软硬：具备

5.14导光束条数： ≥ 3 条

★5.15插头形式：一触式无需防水帽插头

5.16光学放大：支持。”

3、招标文件第四章评标方法和标准（综合评分法）详细评审表中所投产品技术参数及要求响应情况项中“1. 根据投标文件与招标文件要求重要参数（标记“★”的技术参数）的偏离情况进行评审。各项性能指标均有技术支持资料且全部满足招标文件要求的得满分；技术支持资料显示不满足招标文件要求的或未提供技术支持资料的，有一项扣1.5分，共16项，共24分。（同一项参数不重复扣分）。2. 根据投标文件与招标文件要求的一般参数（未标记“★”的技术参数）偏离情况进行评审。各项性能指标全部满足招标文件要求的得满分；不满足招标文件要求的（以投标文件投标响应表载明的为准），有一项扣0.2分，

共65项，共13分。（同一项参数不重复扣分）”。现更正为“1. 根据投标文件与招标文件要求重要参数（标记“★”的技术参数）的偏离情况进行评审。各项性能指标均有技术支持资料且全部满足招标文件要求的得满分；技术支持资料显示不满足招标文件要求的或未提供技术支持资料的，有一项扣1.55分，共14项，共21.7分。（同一项参数不重复扣分）。2. 根据投标文件与招标文件要求的一般参数（未标记“★”的技术参数）偏离情况进行评审。各项性能指标全部满足招标文件要求的得满分；不满足招标文件要求的（以投标文件投标响应表载明的为准），有一项扣0.3分，共51项，共15.3分。（同一项参数不重复扣分）”。

更正日期：2026年09月30日

三、其他补充事宜

本更正公告为采购文件组成部分，与采购文件具有同等法律效力。之前发布的文件与本公告不一致的，以本公告为准。

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名称：综合区域医疗中心蚌埠医院(蚌埠医科大学第二附属医院)

地址：安徽省蚌埠市龙华路 633 号

联系方式：桑老师 0552-3973917

2. 采购代理机构信息

名称：安徽省招标集团股份有限公司

地址：合肥市紫云路888号

联系方式：应急客服电话：0551-62220153（接听时间：8:30-12:00, 13:30-17:30，节假日除外。潜在投标人应优先拨打项目联系人联系电话，无人接听时再拨打该“应急客服电话”）

3. 项目联系方式

项目联系人：方蕾、祝亚飞

电话：0551-66061278、15255163136