

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：ZF2025-35-1939

原公告的采购项目名称：上海市第一人民医院蚌埠医院内窥镜手术器械控制系统采购项目

首次公告日期：2025年11月21日

二、更正信息

更正事项：采购公告采购文件采购结果

更正内容：

1、招标文件第三章采购需求技术参数“1.2.3图像三维仿真功能提供不同的颜色标识用于区分手术器械与内窥镜”修改为“1.2.3可以在3D视野中具备区分手术器械与内窥镜功能”。

2、招标文件第三章采购需求技术参数“1.3.2镜头具有清洁功能”修改为“1.3.2镜头可清洁”。

3、招标文件第三章采购需求技术参数“★1.6 ≥20英寸显示器，分辨率≥1920×1080，具有示教功能”修改为“★1.6分辨率≥1920×1080”。

4、招标文件第三章采购需求技术参数“2.1.2手术操作时机械臂间距固定，避免体外机械臂相互碰撞”修改为“2.1.2手术机械臂具有防碰撞功能”。

5、招标文件第三章采购需求技术参数“2.1.5联机器械更换功能：遥操作期间，即可实现器械更换，不中断手术正常操作”修改为“2.1.5术中可实现手术器械更换”。

6、招标文件第三章采购需求技术参数“2.2.3术中不重新对接及调节联动手术床的前提下，可整体同步调节4支机械臂的位置，实现全腹腔多象限的到达”修改为“2.2.3术中不重新对接及调节联动手术床的前提下，可调节4支机械臂的位置，实现全腹腔多象限的到达”。

7、招标文件第三章采购需求技术参数“3.1具有弯转功能”修改为“3.1具有弯转功能或具备连同机械臂角度调节”。

8、招标文件第三章采购需求技术参数“3.2臂体最大弯转角度 ≥±30°”修改为“3.2臂体最大弯转角度或连同机械臂调节角度 ≥±30°”。

9、招标文件第三章采购需求技术参数“3.6密封(3min之内22kpa气体无泄漏)”修改为“3.6密封(3min之内22kpa气体无泄漏)或符合所投产品洗消要求”。

10、招标文件第三章采购需求技术参数“★4.1机器人专用手术器械（包括持针钳、组织抓钳、单极电钩、单极弯剪、双极弯头抓钳、双极抓钳、双极弯分离钳）的外径≤8.4mm，且与主机同品牌”修改为“★4.1机器人专用手术器械（包括持针钳、组织抓钳、单极电钩、单极弯剪、双极弯头抓钳、双极抓钳、双极弯分离钳）的直径≤8.5mm，且与主机同品牌”。

11、招标文件第三章采购需求技术参数“4.3密封(3min之内22kpa气体无泄漏)”修改为“4.3密封(3min之内22kpa气体无泄漏)或符合所投产品洗消要求”。

12、本项目提交投标文件截止时间、开标时间延期至2025年12月25日上午09:30。

更正日期：2025年12月08日

三、其他补充事宜

本更正公告为采购文件组成部分，与采购文件具有同等法律效力。之前发布的文件与本公告不一致的，以本公告为准。

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名称：蚌埠医学院第二附属医院

地址：安徽省蚌埠市龙华路 633 号

联系方式：桑老师、0552-3973917

2. 采购代理机构信息

名称：安徽省招标集团股份有限公司

地址：合肥市紫云路888号

联系方式：应急客服电话：0551-62220153（接听时间：8:30-12:00, 13:30-17:30，节假日除外。潜在投标人应优先拨打项目联系人联系电话，无人接听时再拨打该“应急客服电话”）

3. 项目联系方式

项目联系人：方蕾、程星

电话：0551-66061278、15255163136