

上海市第六人民医院安徽医院采购微生物飞行时间质谱更正公告

一、项目基本情况

项目编号：FS34000120255493号/ZF2025-32-1113

项目名称：上海市第六人民医院安徽医院采购微生物飞行时间质谱

首次公告日期：2025年9月25日

二、更正信息

更正事项：☒ 采购公告 ☒ 采购文件 ☐ 采购结果

更正内容：

1、本项目招标文件第三章采购需求及技术规格要求中“★2.1配备固体激光器，频率在1-200Hz可调，激光波长355nm，激光发射次数 ≥ 200 亿次。”现更正为“★2.1仪器激光器为固体激光器，激光发射波长可达 350nm以上，频率在1-200Hz连续可调，激光发射次数 ≥ 180 亿次，保证仪器使用寿命更长”。

2、本项目招标文件第三章采购需求及技术规格要求中“2.3采用双通道MCP检测器，高速数据采集卡，采集频率1-2GHz可调”现更正为“2.3仪器检测器为MCP 检测器或 TCP检测器，搭配高速数据采集卡，采集频率可达1-1.8GHz”。

3、本项目招标文件第三章采购需求及技术规格要求中“★2.4采用智能控制的低噪声双级联前级真空泵和高抽速的涡轮分子泵，真空管长时间维持在 4×10^{-8} mbar的高真空度，真空恢复时间 ≤ 30 s”现更正为“★2.4采用真空泵和涡轮分子泵，真空管可维持在 4×10^{-8} mbar的高真空度，真空恢复时间 ≤ 35 s”。

4、本项目招标文件第三章采购需求及技术规格要求中“2.5仪器内置机械泵（油泵）及涡轮分子泵，抽速快且噪音低”现更正为“2.5仪器内置机械泵（油泵）及涡轮分子泵”。

5、原提交投标文件截止时间（开标时间）延期至：2025年11月12日09点00分（北京时间）

更正日期：2025年10月17日

三、其他补充事宜

1. 本项目实施全流程电子化交易，投标文件实施网上远程解密，投标人无需前往开标现场。
2. 此公告视同招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。请投标人及时下载。

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名 称：安徽省立医院

地 址：安徽省合肥市庐阳区庐江路17号

联系方式：0551-62282541

2. 采购代理机构信息

名 称：安徽省招标集团股份有限公司

地 址：安徽省合肥市包河区紫云路888号安徽省招标集团总部基地

联系方式：15905605972

3. 项目联系方式

项目联系人：安丽、于淮淮

电 话：18010874352