

安徽省政府采购项目  
公开招标文件示范文本（货物类）  
（2026 年版）

项目名称：安徽省产品质量监督检验研究院2026  
年能力提升（第八批）家具产品检验检测仪器设备采  
购

项目编号：ZF2026-53-0312

采 购 人：安徽省产品质量监督检验研究院

采购代理机构：安徽省招标集团股份有限公司

2026 年 4 月

# 安徽省产品质量监督检验研究院 2026 年 能力提升（第八批）家具产品检验检测仪器 设备采购招标公告

## 项目概况

安徽省产品质量监督检验研究院 2026 年能力提升（第八批）家具产品检验检测仪器设备采购招标项目的潜在投标人应在优质采云采购平台（[www.youzhicai.com](http://www.youzhicai.com)）获取招标文件，并于 2026 年 4 月 30 日 10 点 00 分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：ZF2026-53-0312

项目名称：安徽省产品质量监督检验研究院 2026 年能力提升（第八批）家具产品检验检测仪器设备采购

预算金额：第 1 包：37 万元，第 2 包：108 万元

最高限价：第 1 包：37 万元，第 2 包：108 万元

采购需求：安徽省产品质量监督检验研究院 2026 年能力提升（第八批）家具产品检验检测仪器设备采购，具体内容详见招标文件。

合同履行期限：合同生效之日起，3 个月内完成供货、安装、调试、培训、检定或校准等所有工作内容。

本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：第 1 包：专门面向中小企业采购，投标人提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造；第 2 包：无。

3. 本项目的特定资格要求：无。

### 三、获取招标文件

时间：2026 年 4 月 9 日至 2026 年 4 月 16 日，每天上午 00:00 至 12:00，下午 12:00 至 23:59（北京时间，法定节假日除外）。

地点：优质采云采购平台（[www.youzhicai.com](http://www.youzhicai.com)）

方式：在线下载

售价（元）：0

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2026 年 4 月 30 日 10 点 00 分（北京时间）

地点：优质采云采购平台（[www.youzhicai.com](http://www.youzhicai.com)）

### 五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

### 六、其他补充事宜

1. 公告发布媒介：安徽省政府采购网（[www.ccgp-anhui.gov.cn](http://www.ccgp-anhui.gov.cn)）、优质采云采购平台（[www.youzhicai.com](http://www.youzhicai.com)）、优质采招标采购平台（[www.yzczb.com](http://www.yzczb.com)）。

2. 本项目需落实的节能环保、中小企业扶持等相关政府采购政策详见招标文件。

3. 按照财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展管理办法》，本项目第 1 包为专门面向中小企业采购项目，企业划型标准按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企

业[2011]300号)规定执行；本项目第2包为非专门面向中小企业采购项目，具体原因如下：按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形，如对此项内容有疑问，可按招标文件约定提出询问或质疑。

#### 4. 电子化交易要求：

(1) 潜在投标人/供应商须登录“优质采云采购平台”（网址：[www.youzhicai.com](http://www.youzhicai.com)，以下称“优质采平台”）参与本项目招标采购活动。首次登录须办理注册手续，请务必选择注册为“投标人角色”类型。注册流程见优质采平台“用户注册”栏目，咨询电话：0551-62624922、400-0099-555。因未及时办理注册手续影响参加招标采购活动的，责任自负。

(2) 已注册的潜在投标人/供应商可登录优质采平台获取招标采购文件，本项目的招标采购文件及其他资料（含澄清、答疑及相关补充文件）通过优质采平台发布，采购人/代理机构不再另行书面通知，潜在投标人/供应商应及时关注、查阅优质采平台。因未及时查看导致不利后果的，责任自负。

(3) 已注册的潜在投标人/供应商若注册信息发生变更（如：与初始注册信息不一致），应及时网上提交变更申请。因未及时变更导致不利后果的，责任自负。

(4) 本项目采用全流程电子化招标采购方式，潜在投标人/供应商须办理CA数字证书（以下简称CA），CA用于电子投标/响应文件的签章及上传（上传投标/响应文件需使用CA进行加密）；CA办理详见《关于优质采平台数字证书办理的须知》（[www.youzhicai.com/nd/a\\_8f80a7ec-911f-4c4d-a123-f8849880f045.html](http://www.youzhicai.com/nd/a_8f80a7ec-911f-4c4d-a123-f8849880f045.html)）；咨询热线：

0551-62624922、400-0099-555。

（5）电子投标/响应文件必须使用优质采“投标文件编制工具 V3.0（智能交易系统适配版）”（以下简称“投标工具”）制作电子投标文件，下载地址：<https://toolcdn.youzhicai.com/tools/BidderTools.zip>。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

### 1. 采购人信息

名称：安徽省产品质量监督检验研究院

地址：合肥市包河经济开发区延安路 13 号

联系方式：0551-63748889

### 2. 采购代理机构信息

名称：安徽省招标集团股份有限公司

地址：安徽省合肥市包河区紫云路 888 号

联系方式：0551-66061495

### 3. 项目联系方式

项目联系人：李真、裴风铃

电话：0551-66061495

## 目 录

第一章	投标邀请 .....	6
第二章	投标人须知 .....	10
第三章	采购需求 .....	29
第四章	评标方法和标准（综合评分法） .....	51
第五章	政府采购合同 .....	59
第六章	投标文件格式 .....	64
第七章	政府采购供应商询问函和质疑函范本 .....	85

## 第一章 投标邀请

### 一、项目基本情况

1. 项目编号：详见招标公告
2. 项目名称：详见招标公告
3. 预算金额：详见招标公告
4. 最高限价：详见招标公告
5. 采购需求：详见招标公告
6. 合同履行期限：详见招标公告
7. 本项目（☐是/☒否）接受联合体投标。

### 二、申请人的资格要求

详见招标公告中申请人的资格要求。

### 三、获取招标文件

时间：详见招标公告

地点：详见招标公告

方式：详见招标公告

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：详见招标公告

地点：详见招标公告

### 五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

### 六、其他补充事宜

详见招标公告

### 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

#### 1. 采购人信息

名 称：安徽省产品质量监督检验研究院

地 址：合肥市包河经济开发区延安路 13 号

联系人：安徽省产品质量监督检验研究院

联系方式：0551-63748889

#### 2. 采购代理机构信息

名 称：安徽省招标集团股份有限公司

地 址：安徽省合肥市包河区紫云路 888 号

联系人：李真、裴风铃

联系方式：0551-66061495

3. 政府采购监督管理部门信息

名 称：安徽省财政厅

地 址：合肥市阜南西路 238 号

联系方式：0551-68150413



## 附件：全流程电子招标采购具体要求

说明：当采用非招标方式进行全流程电子采购活动时，按照本规定执行，其中本要求“投标人”按“供应商”理解，“投标文件”按“响应文件”理解，“招标文件”按“采购文件”理解，“投标文件递交截止时间”按“首次递交响应文件截止时间”理解，“开标”按“开启响应文件”理解，“评标委员会”按“评审小组”理解，“投标无效”按“响应文件无效”理解。

### 一、CA 证书办理和注意事项

1. 本项目采用全流程电子招标采购方式，潜在投标人应及时办理 CA 证书，用于对电子投标文件进行电子签章及加、解密。

2. CA 证书办理详见《优质采平台 CA 数字证书办理说明》：

[http://www.youzhicai.com/nd/a\\_8f80a7ec-911f-4c4d-a123-f8849880f045.html](http://www.youzhicai.com/nd/a_8f80a7ec-911f-4c4d-a123-f8849880f045.html)。

3. 潜在投标人在递交投标文件时，需确保 CA 证书在开标时可正常使用，无更换、过期、企业信息变更等情况。若因上述情况导致投标文件无法解密，由投标人自行承担责任。

4. 需注意，加密和解密投标文件必须使用同一个 CA 证书。**即：使用硬件锁加密，则必须使用同一个硬件锁解密；使用手机扫码加密，则必须使用手机扫码解密。**

### 二、电子投标文件递交

5. 潜在投标人需使用优质采“投标文件编制工具 V3.0（智能交易系统适配版）”（以下简称“投标工具”）制作电子投标文件，下载地址：<https://toolcdn.youzhicai.com/tools/BidderTools.zip>。

（1）投标工具建议在 window7 或 windows10 及以上版本操作系统使用；

（2）电子投标文件建议在 office2010 及以上版本编制。

6. 潜在投标人在投标工具使用 CA 证书对电子投标文件进行电子签章及加密时，需安装“优质采数字证书助手”（即数字证书驱动），下载地址：<https://toolcdn.youzhicai.com/ca.zip>。

7. 潜在投标人需在招标文件规定的投标截止时间前完成电子投标文件的上传，如未在投标截止时间前完成上传的，视为没有递交投标文件。投标截止时间以优质采招标采购平台（[www.yzczb.com](http://www.yzczb.com)）时间为准。

8. 潜在投标人在投标文件递交截止时间前，可以对电子投标文件进行撤回并重新上传。

9. 潜在投标人在制作、签章、加密、上传电子投标文件过程中，若存在技术操作问题，请及时联系优质采招标采购平台客服人员，客服电话：0551-62220164。

### 三、开标和解密

10. 招标人或招标代理机构工作人员（以下简称工作人员）登录优质采招标采购平台组织开标。开标时投标人登录优质采招标采购平台开标大厅，并使用 CA 证书解密投标文件，

工作人员公布开标结果。

11. 投标人须在投标文件解密时限内完成投标文件解密，未能成功解密的视为放弃投标。若解密时出现异常情况，且招标文件“投标人须知”中对投标文件解密设有线下补救方案的，执行该补救方案。

12. 投标人须保持优质采招标采购平台开标大厅为登录状态，并关注开标互动大厅消息直到项目评审结束。

#### **四、评标和询标**

13. 投标人在接收到询标函时，需在询标函载明的时间内登录优质采招标采购平台进行回复。若投标人未及时回复，视为放弃澄清。

#### **五、异常情形**

14. 出现下列情形导致电子交易系统无法正常运行，影响招投标过程的公平、公正和信息安全，经第三方机构认定后，各方当事人免责：

- (1) 网络、服务器、数据库发生故障造成无法访问或使用的；
- (2) 电力系统发生故障导致电子服务系统或电子交易系统无法运行；
- (3) 出现网络攻击、病毒入侵以及电子服务系统或电子交易系统安全漏洞导致无法正常提供服务的；
- (4) 其他无法保证招投标过程公平、公正和信息安全的情形。

#### **六、异常情形处理**

15. 出现上述情形，优质采招标采购平台及时组织相关方查明原因，排除故障。若能保证在开标前恢复系统运行的，招投标程序继续进行；若导致开评标程序无法按时开展，但能在原开标时间后 2 小时内恢复系统运行的，招投标程序继续进行；若导致开评标程序无法按时开展，在原开标时间后 2 小时内无法恢复系统运行的，按以下程序操作：

（1）项目中止，中止期限由招标人或招标代理机构根据项目具体情况确定。中止期限届满后中止情形尚未消除的，招标人或代理机构可以根据实际情况决定延长中止期限。决定延长中止期限的，应向投标人发出延长中止期限通知，并发布公告。

（2）项目恢复，导致项目中止的情形消除后，招标人或代理机构应当尽快恢复招投标程序，向投标人发出恢复交易通知，并发布公告；已发出延长中止期限通知的，按通知执行。

## 第二章 投标人须知

### 一、投标人须知前附表

**注：**本表是本项目的具体要求，是对投标人须知的具体补充和修改，如有不一致，以本表为准。

条款号	条款名称	内容、说明与要求
5.2	现场考察或标前答疑会	<input checked="" type="checkbox"/> 不组织或不召开 <input type="checkbox"/> 统一组织或统一召开 时间：__/__/__年__/__/__日__时__分 地点：_____ 联系人及联系电话：_____ <b>注：如投标人未参加采购人统一组织的现场考察或采购人统一召开的标前答疑会，视同放弃现场考察或标前答疑会，由此引起的一切责任由投标人自行承担。</b>
6.1	网上询问截止时间	2026年4月16日17时00分
7.1	包别划分	<input checked="" type="checkbox"/> 不分包 <input type="checkbox"/> 分为__个包，本次采购第__、__包 投标人对多个包进行投标的中标包数规定： <b>投标人可对本项目一个或多个标包进行投标，也可中多个标包。</b>
10.1	投标保证金	不收取
11.1	投标有效期	120 日历日
13.1	投标文件解密时间	投标截止时间后 30 分钟内
14.1	资格审查	采购人审查或采购人出具委托函委托采购代理机构进行审查
15.4.1	询标回复时间	询标回复时间为 20 分钟内
17.2	评标方法	<input type="checkbox"/> 最低评标价法 <input checked="" type="checkbox"/> 综合评分法
17.3	报价扣除 (非专门面向中	(1) 小型和微型企业价格扣除：10%。 (2) 监狱企业价格扣除：同小型和微型企业。

	小企业采购项目适用)	<p>(3) 残疾人福利性单位价格扣除：同小型和微型企业。</p> <p>(4) 符合条件的联合体价格扣除： <u>  /  </u>。</p> <p>(5) 符合条件的向小微企业分包的大中型企业价格扣除： <u>  /  </u>。（允许大中型企业向小微企业分包的项目适用）</p>
17.4	本国产品价格扣除（适用于既有本国产品又有非本国产品参与竞争的货物项目）	<p>(1) 项目或者采购包中采购内容为单一产品的，既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，对本国产品给予价格扣除 <u>20%</u>。</p> <p>(2) 项目或者采购包中含有多种产品的，符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例<math>\geq 80\%</math>，所有产品价格扣除 <u>20%</u>。</p>
21.1	评标委员会推荐中标候选人数量	<u>1-3 家</u>
21.2	确定中标人	<input checked="" type="checkbox"/> 采购人委托评标委员会确定 <input type="checkbox"/> 采购人确定
23.3	随中标结果公告同时公告的内容	<p>(1) 中小企业声明函；（如有）</p> <p>(2) 残疾人福利性单位声明函；（如有）</p> <p>(3) 因落实政府采购政策等原因进行价格扣除后中标（成交）供应商的评审报价；（适用最低评标价法）</p> <p>(4) 中标（成交）供应商的评审总得分；（适用综合评分法）</p> <p>(5) 符合本国产品标准的声明函。（如有）</p>
24.1	中标通知书发出的形式	<input checked="" type="checkbox"/> 书面 <input checked="" type="checkbox"/> 数据电文
25.1	告知招标结果的形式	<input checked="" type="checkbox"/> 投标人自行登录电子交易系统查看 <input type="checkbox"/> 评标现场告知
26.1	履约保证金	<p>(1) 金额：</p> <p><input type="checkbox"/> 免收</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 合同价的 <u>2.5%</u></p> <p><input type="checkbox"/> 定额收取：人民币_____元</p> <p>(2) 支付方式：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 转账/电汇 <input checked="" type="checkbox"/> 支票 <input checked="" type="checkbox"/> 汇票 <input checked="" type="checkbox"/> 本票 <input checked="" type="checkbox"/> 保险 <input checked="" type="checkbox"/> 保函</p> <p>(3) 收取单位：安徽省招标集团股份有限公司</p>

		<p>（4）收取账号：<u>民生银行合肥分行3401014210003641</u></p> <p>（5）退还时间：<u>验收合格后一次性退还</u></p> <p><b>注意事项：</b></p> <p>（1）以上各类机构出具的以担保函、保证保险承担责任的方式均须满足无条件见索即付条件。</p> <p>（2）以担保函、保证保险形式缴纳履约保证金的，受益人和收取单位须为采购人。</p>
27.1	签订合同和合同公告时间	<p>（1）采购人与中标人应当自发出中标通知书之日起7个工作日内签订合同，采购合同签订之日起2个工作日内完成政府采购合同公开。</p> <p>（2）采购人与中标人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在安徽省政府采购网发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。</p>
28.1	代理费用	<p>（1）收费对象：中标人</p> <p>（2）收取方式：转账/电汇，账号信息如下：</p> <div><p>开 户 名：安徽省招标集团股份有限公司</p><p>开户银行：中国建设银行合肥市滨湖新区支行</p><p>账 号：34001474708050043497</p></div> <p>（3）收费标准：合价服[2009]216号标准，不足4000元的按4000元计取。</p>
31.3	质疑函递交方式、接收部门、联系电话和通讯地址	<p>递交方式：<u>书面形式</u></p> <p>接收部门：<u>安徽省招标集团股份有限公司法务与质管中心</u></p> <p>联系电话：<u>0551-62220155</u></p> <p>通讯地址：<u>安徽省合肥市包河区紫云路888号安徽省招标集团A座407室</u></p>
32	其他内容	
32.1	社保证明材料(如有要求)	<p>本项目招标文件中要求提供的社保证明材料为下述形式之一（投标文件中须提供扫描件）：</p> <p>（1）社保局官方网站查询的缴费记录截图；</p> <p>（2）社保局的书面证明材料；</p> <p>（3）经投标人委托的第三方人力资源服务机构或与</p>

		<p>投标人有直接隶属关系的机构可以代缴社保,但须提供有关证明材料并经评标委员会确认。</p> <p>（4）参与投标的院校，社保证明可以用以下任何一种：</p> <p>①加盖投标人公章的教师证（须为本单位人员）；</p> <p>②医保证明材料。</p> <p>（5）其他经评标委员会认可的证明材料。</p> <p><b>注：</b></p> <p>①以上（1）-（3）社保证明材料<b>至少含养老保险</b>。</p> <p>②法定代表人参与项目的，无需提供社保证明材料，提供身份证明材料即可。</p>
32.2	重要提示	<p>（1）中标人应在规定期限内与采购人签订合同，若中标人未能在规定期限内签订合同，采购人有权取消中标人中标资格，并将相关违约行为报送监管部门，实施信用惩戒；</p> <p>（2）合同签订后，中标人存在规定时间内不组织人员进场开工，不履行供货、安装或服务义务等情况，采购人有权解除合同，并追究违约责任，同时将相关违约行为报送监管部门，记不良行为记录，实施信用惩戒；</p> <p>（3）中标人中标后被监管部门查实存在违法行为，不满足中标条件的，由采购人取消中标资格，并做好项目后续工作；</p> <p>（4）中标人在中标项目发生投诉、信访举报案件、履约存在争议时，拒绝协助配合执法部门调查案件的，采购人可以取消其中标资格或解除合同，并追究其违约责任。</p>
32.3	解释权及符号定义	<p>1、解释权：</p> <p>（1）构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；</p> <p>（2）同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；</p> <p>（3）如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；</p>

		<p>（4）除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标邀请、投标人须知、评标方法和标准、投标文件格式的先后顺序解释；</p> <p>（5）按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。</p> <p>2、符号定义</p> <p>招标文件中，适用于本项目的选项标记为“☑”，不适用于本项目的选项标记为“□”，空格中的“/”表示没有具体要求。</p>
32.4	知识产权	<p>（1）构成本招标文件各个组成部分的文件，未经采购人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。如因此导致采购人损失的，投标人须承担全部赔偿责任。</p> <p>（2）采购人在中华人民共和国境内使用中标货物（服务）、资料、技术、服务或其任何一部分时，履行合同义务后，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如投标人不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的，投标人须承担全部赔偿责任。</p>
32.5	投标专用章、业务专用章等效力规定	除招标文件中另有规定外，招标文件中明确要求并加盖投标人电子签章的，投标人必须加盖投标人公章电子签章。在有授权文件(原件)表明投标专用章、业务专用章等法律效力等同于投标人公章的情况下，可以加盖投标专用章或业务专用章，否则将导致投标无效。
32.6	其他补充说明	<p>1、“政采贷”融资指引：有融资需求的中标人在取得政府采购中标或成交通知书后，可访问安徽省政府采购网“政采贷”栏目，查看和联系第三方平台或者金融机构，商洽融资事项，确定融资意向。中标人签署政府采购中标（成交）合同后，登录“徽采云”金融服务模块，选择意向产品进行申请，并填写相关信息，“徽采云”金融服务模块将中标人融资申请信息推送第三方平台、意向金融机构。</p> <p>2、电子保函指引：中标人可访问安徽省政府采购网</p>

		“融资/保函”栏目，申请办理电子保函（包括：履约保函、预付款保函）。
--	--	------------------------------------



## 二、投标人须知正文

### 1. 采购人、采购代理机构及投标人

1.1 采购人：是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。

1.2 采购代理机构：是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构。

1.3 政府采购监督管理部门：各级人民政府指定的有关部门依法履行与政府采购活动有关的监督管理职责。

1.4 投标人：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。分支机构不得参加政府采购活动，但银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业除外。本项目的投标人须满足以下条件：

1.4.1 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

1.4.2 以采购代理机构认可的方式获得了本项目的招标文件。

1.4.3 若采购需求中写明允许采购进口产品，投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若采购需求中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为**投标无效**。

1.5 若招标公告中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.5.1 两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。联合体投标的，招标文件获取手续由联合体中任一成员单位办理均可。

1.5.2 联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.5.3 采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.5.4 联合体各方应签订联合协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合协议作为投标文件的一部分提交。

1.5.5 大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，联合协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到联合协议投标总金额的比例。

1.5.6 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

1.5.7 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为**投标无效**。

1.5.8 对联合体投标的其他资格要求见申请人的资格要求。

## **2. 资金落实情况**

2.1 本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金。

## **3. 投标费用**

不论投标的结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。

## **4. 适用法律**

本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门、政府采购监督管理部门的政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

## **5. 招标文件构成**

5.1 招标文件包括下列内容：

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 采购需求

第四章 评标方法和标准

第五章 政府采购合同

第六章 投标文件格式

第七章 政府采购询问函和质疑函范本

5.2 现场考察（标前答疑会）及相关事项见**投标人须知前附表**。

5.3 原则上采购人、采购代理机构不要求投标人提供样品。仅凭书面方式不能准确描述采购需求，或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

如需提供样品，对样品相关要求见采购需求，对样品的评审方法及评审标准见招标文件第四章。

5.4 投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。

## **6. 招标文件的澄清与修改**

6.1 投标人如对招标文件内容有疑问，必须在投标人须知前附表规定的网上询问截止时间前以网上提问形式（电子交易系统）提交给采购代理机构。

6.2 采购人可主动地或在答复投标人提出的询问时对招标文件进行澄清与修改。采购代理机构将在安徽省政府采购网以发布更正公告的方式，澄清或修改招标文件，更正公告的内容作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。投标人应主动上网查询。采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息引发的相关责任。

6.3 任何人或任何组织向投标人提供的任何书面或口头资料，未经采购代理机构在网上发布或书面通知，均作无效处理，不得作为招标文件的组成部分。采购代理机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

6.4 对于没有提出疑问又参与了本项目投标的投标人将被视为完全认同本招标文件（含更正公告的内容）。

## **7. 投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用**

7.1 项目有分包的，投标人可对招标文件其中某一个或几个分包进行投标，除非在投标人须知前附表中另有规定。

7.2 投标人应当对所投分包招标文件中“采购需求”所列的所有内容进行投标，如仅响应所投包别中的部分内容，其所投包别的投标将被认定为**投标无效**。

7.3 无论招标文件中是否要求，投标人所投货物及伴随的服务和工程均应符合国家强制性标准。

7.4 投标人与采购代理机构之间与投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均用中文表述。投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文。翻译的中文资料与外文资料出现差异时，以中文为准。

7.5 除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

## **8. 投标文件构成**

8.1 投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件，具体内容详见本项目投标文件格式的相关内容。

8.2 投标人应提交招标文件要求的证明文件，证明其投标内容符合招标文件规定，该证明文件是投标文件的一部分。证明文件形式可以是文字资料、图纸和数据等。

8.3 为保证公平公正，除非另有规定或说明，投标人对同一项目投标时，不得同时提供备选投标方案。

## 9. 投标报价

9.1 投标人的报价应当包括满足本次招标全部采购需求。除招标文件另有规定外，所有投标均应以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。

9.2 投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价，其投标将被认定为**投标无效**。

9.3 投标报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为**投标无效**。

9.4 采购人不接受具有附加条件的报价。

## 10. 投标保证金

10.1 本项目不收取投标保证金。

## 11. 投标有效期

11.1 投标有效期为从投标截止之日算起的日历天数，投标有效期详见投标人须知前附表。

11.2 在投标有效期内，投标人的投标保持有效，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为**投标无效**。

11.3 因特殊原因，采购人或采购代理机构可在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标。投标人也可以拒绝延长投标有效期的要求，且不承担任何责任。上述要求和答复都应以书面形式提交。

## 12. 投标文件的递交、修改与撤回

12.1 投标人应当在招标公告规定的投标截止时间前，将加密的投标文件在电子交易系统上传。

12.2 投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交（以接收到电子签收凭证为准），并可以补充、修改或者撤回投标文件。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。未按规定加密或投标截止时间后送达的投标文件，电子交易系统应当拒收。

## 13. 开标

13.1 开标时，各投标人应在投标人须知前附表规定的解密时间前对其投标文件进行解密。

13.2 开标时，采购代理机构将通过网上开标系统公布开标结果，公布内容包括投标人名称、投标价格及招标文件规定的内容。

13.3 采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。

投标人未派代表参加开标的，视同投标人认可开标结果。

13.4 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

#### 14. 资格审查及组建评标委员会

14.1 采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人资格进行审查，未通过资格审查的投标人不进入评标。

14.2 采购人或采购代理机构将在投标截止时间后至评审结束前通过“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))、中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))查询相关投标人（含其不具有独立法人资格的分支机构）信用记录，并对投标人信用记录进行甄别，对列入“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))失信被执行人名单、重大税收违法失信主体名单、中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标将被认定为**投标无效**。

以联合体形式参加投标的，联合体成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为**投标无效**。

以上信用查询记录，采购人或采购代理机构将下载查询结果页面后与其他采购文件一并保存。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。在本招标文件规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为资格审查依据。投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。如因评审当日信用信息查询渠道故障无法查询信息的，以投标人提供的“投标人资格声明书”作为评审依据。

14.3 按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门、政府采购监督管理部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责本项目评标工作。

## 15. 投标文件符合性审查与澄清

15.1 符合性审查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

15.2 如一个分包内只有一种产品，不同投标人所投产品为同一品牌的，按如下方式处理：

15.2.1 如本项目使用最低评标价法，提供相同品牌产品的不同投标人以其中通过资格审查、符合性审查、异常低价投标审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标方法和标准规定的方式确定一个参加评标的投标人；未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标将被认定为**投标无效**。

15.2.2 如本项目使用综合评分法，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查、异常低价投标审查的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标方法和标准规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格；未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

15.3 如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在采购需求中载明核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按第 15.2 款规定处理。

### 15.4 投标文件的澄清

15.4.1 为有助于投标文件的审查、评价和比较，在评标期间，评标委员会将以书面方式（询标）要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在**投标人须知前附表**规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

如有询标，投标人授权代表（或法定代表人）可通过远程登录的方式接受网上询标，也可凭本人有效身份证明参加询标。因投标人授权代表联系不上、没有及时登录系统等情形而无法接受评标委员会询标的，投标人自行承担相关风险。

15.4.2 投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

15.4.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

15.5 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第 15.4 款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为**投标无效**。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

## 16. 投标无效

16.1 根据本招标文件的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离，从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求和投标文件内容。

无论何种原因，即使投标人投标时携带了证书材料的原件，但投标文件中未提供与之内容完全一致的扫描件的，评标委员会视同其未提供。

16.2 如发现下列情况之一的，其投标将被认定为**投标无效**：

（1）投标文件未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

## 17. 比较与评价

17.1 经符合性审查合格并通过异常低价投标审查的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其投标文件作进一步的比较与评价。

17.2 评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知前附表中规定采用下列一种评标方法，详细评标方法和标准见招标文件第四章：

（1）最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标

报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

（2）综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

17.3 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）和《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价按照投标人须知前附表中规定的标准扣除后的价格参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，可给予联合体或者大中型企业的投标报价按照投标人须知前附表中规定的标准扣除后的价格参与评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

17.4 根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和财政部工业和信息化部关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见（财库〔2025〕30号），政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标委员会应当对投标人所出具的《关于符合本国产品标准的声明函》（以



下简称《声明函》）的完整性、准确性进行审查，评审中发现《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合规定要求的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

注：本项目所称的本国产品是指在中国境内生产的产品，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

17.5 同时符合 17.3 款和 17.4 款的价格评审优惠时，评标价为投标报价分别扣除促进中小企业发展政策的价格评审优惠和本国产品支持政策的价格评审优惠后的价格。

## **18. 废标、重新招标与变更采购方式**

18.1 出现下列情形之一，将导致项目废标：

- （1）符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质性响应的供应商不足规定数量的；
- （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- （3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- （4）因重大变故，采购任务取消的。

18.2 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足 3 家或者通过资格审查或符合性审查或异常低价投标审查的投标人不足 3 家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报政府采购监督管理部门批准。

## 19. 保密要求

19.1 评标将在严格保密的情况下进行。

19.2 有关人员应当遵守评标工作纪律，不得泄露评标文件、评标情况和评标中获悉的国家秘密、商业秘密。

## 20. 中标候选人的确定原则及标准

20.1 评标委员会依据本项目招标文件所约定的评标方法，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，确定中标候选人：

（1）采用最低评标价法的，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。修正和扣除后的投标报价出现两家或两家以上相同者，则所投产品为节能产品、环境标志产品、不发达地区或少数民族地区产品者优先；若报价相同且所投产品同为节能产品、环境标志产品、不发达地区或少数民族地区产品的，则采取评标委员会随机抽取的方式确定中标候选顺序。

（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的，则所投产品为节能产品、环境标志产品、不发达地区或少数民族地区产品者优先；若得分与投标报价均相同且所投产品同为节能产品、环境标志产品、不发达地区或少数民族地区产品的，则采取评标委员会随机抽取的方式确定中标候选顺序。

## 21. 确定中标候选人和中标人

21.1 评标委员会将根据评标标准，按投标人须知前附表中规定数量推荐中标候选人。

21.2 按投标人须知前附表中规定，由评标委员会或采购人确定中标人。

21.3 因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何投标人中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。

## 22. 编写评标报告

22.1 评标报告是根据全体评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。

22.2 异常情形的重点审查

#### 22.2.1 总体要求：

评标报告签署前，评标委员会在评标过程中发现异常行为，包括发现异常评标、异常投标等行为，应启动重点审查，评标委员会负责对异常情形进行审查和认定，确保评标过程的公平公正。

#### 22.2.2 异常评标情形：

- （1）审查是否存在评标委员会评分畸高、畸低现象；
- （2）审查是否存在评标委员会未按采购文件要求修正投标报价不一致的情形；
- （3）审查是否存在投标文件提供了相应方案内容，主观分赋零分的情形；
- （4）审查是否存在投标文件未提供相应内容，主观分得分的情形；
- （5）审查是否存在其他异常评标情形。

#### 22.2.3 异常投标情形：

- （1）法律法规规定的串通投标的情形  
包括《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十四条规定的情形、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）三十七条规定的情形。
- （2）投标活动异常关联情形。
- （3）其他由评标委员会认定的异常投标情形。

#### 22.2.4 审查要求：

- （1）经评标委员会共同认定评标过程存在异常评标情形，如依法可以纠正的，应当予以纠正，否则评委应提出充足的理由，该理由在评标委员会集体讨论并确认后记入评标报告。
- （2）经评标委员会共同认定评标过程存在异常投标情形，可能损害国家利益和社会公共利益，或严重违反公平竞争原则，或涉嫌严重违法违规的，评标委员会有权认定其**投标无效**。
- （3）经评标委员会重点审查后，应当将审查相关情况在评标报告中记录。

### 23. 中标结果公告

23.1 除**投标人须知前附表**规定由评标委员会直接确定中标人外，在评标结束后 2 个工作日内，采购代理机构将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起 5 个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

23.2 自中标人确定之日起 2 个工作日内，采购代理机构将在安徽省政府采购网（[www.ccgp-anhui.gov.cn](http://www.ccgp-anhui.gov.cn)）上发布中标结果公告。

23.3 中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限、评审专家名单以及投标人须知前附表中约定进行公告的内容。中标公告期限为 1 个工作日。

## **24. 中标通知书**

24.1 采购代理机构发布中标结果公告的同时以投标人须知前附表规定的形式向中标人发出中标通知书。

24.2 中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出以后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

24.3 中标通知书是合同的组成部分。

## **25. 告知招标结果**

25.1 采购代理机构以投标人须知前附表规定的形式告知招标结果。

## **26. 履约保证金**

26.1 中标人应按照投标人须知前附表规定缴纳履约保证金。

26.2 如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为放弃中标资格。在此情况下，采购人可确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

## **27. 签订合同**

27.1 采购人与中标人应当按照投标人须知前附表规定的时间内完成政府采购合同签订及合同公告。

27.2 招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

27.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

27.4 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

## **28. 代理费用**

28.1 本项目代理费用的收取按投标人须知前附表的规定执行。

## **29. 廉洁自律规定**

29.1 采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通。

29.2 采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。

## **30. 人员回避**

投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

## **31. 质疑的提出与接收**

31.1 投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

31.2 质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购供应商质疑函范本》格式（详见招标文件）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以书面形式提出质疑，超出法定质疑期提交的质疑将被拒绝。针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

31.3 采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址，见投标人须知前附表。

注：上述条款中所要求的书面形式包含通过电子交易系统递交方式。

## **32. 需要补充的其他内容**

需要补充的其他内容，见投标人须知前附表。

### 第三章 采购需求

**前注：**

1. 根据《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2. 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

3. 如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。

4. 下列采购需求中：标注▲的产品为核心产品（主要中标标的）。

**一、采购需求前附表**

序号	条款名称	内容、说明与要求
1	付款方式	合同生效后，采购人付至合同价的 40%（中标人须提供等额预付款担保），项目经验收合格且相关资料齐备已移交后，一次性付清合同价款。 注： （1）中标人未按规定提供预付款担保的，视为放弃预付款； （2）预付款担保要求：如采用银行保函、担保机构出具的保函（担保机构担保）均须满足无条件见索即付条件。
2	供货及安装地点	安徽省产品质量监督检验研究院，具体按采购人指定地点。
3	供货及安装期限	合同生效之日起，3 个月内完成供货、安装、调试、培训、检定或校准等所有工作内容。
4	免费质保期	货物需求清单中未明确的，免费质保期为自验收合格之日起 2 年；货物需求清单中明确的，免费质保期按货物需求清单执行。

**二、货物需求**

**（一）标识符号**

标识类型	标识符号	标识符号含义
重要指标项	★	符合性审查项，该指标项负偏离或未响应的， <b>投标无效</b> 。
一般指标项	●	评分项，详见评标办法和标准。
无标识项		符合性审查项，该指标项最大允许负偏离 0 项，超过最大允许负偏离项数的， <b>投标无效</b> 。

注：

（1）标识条款中如包含多条子项技术参数或要求，则需满足或优于该标识条款内所有子项技术参数或要求方能得分。

（2）下述技术参数所涉及的具体物理尺寸：货物需求清单中明确允许偏离范围的，按货物需求清单要求执行；货物需求清单中未明确允许偏离范围的，允许±5%偏离。

（3）针对货物需求清单中要求提供证明材料的技术参数及要求：未明确证明材料类型的，证明材料包括但不限于产品技术白皮书、产品技术说明书、产品彩页、产品（软件）功能截图、实物图片、厂家（制造商）官网截图、第三方机构出具的带有 CMA 标识的检测报告等（提供其中之一即可）。明确证明材料类型的，按货物需求清单中要求提供的证明材料类型执行。未按以上要求提供证明材料的视为负偏离或未响应（为便于评审，建议投标人对证明材料中的关键参数进行标注）。

（二）货物需求清单

第 1 包				
序号	货物名称	技术参数及要求	数量 (单位)	所属 行业
1	▲家具力学性能综合试验机	一、主要用途：强度和耐久性试验。 二、依据标准： 符合 GB/T24430-2023《双层床结构安全试验方法》、GB/T 43000-2023《家具 家用童床和折叠小床 试验方法》、GB/T 41650-2022《家具 床 稳定性、强度和耐久性测试方法》、GB/T 10357.1-2024《家具力学性能试验 第1部分：桌类强度和耐久性》中设备的要求。 三、技术指标： 1. ●整体采样铝合金型材框架、型材边长≥80mm, 底板采样≥10mm 铝合金底板，上开定位固定孔；牌伺服电机+力值传感器(误差±3%)，≥8 组；具有位移测量功能，质量误差±1%；移动部件应配备精密导轨或轮子（投标文件中提供设计草图和整体尺寸草案）； 2. ●支持床铺面冲击试验，符合 GB/T 24430-2023/5.3、6.4 中设备的要求，冲击器符合	1 台/套	工业

		<p>GB/T 24430-2023 5.3 条款中设备的要求,总重量 25kg,冲击 10 次(可调),上下铺均能冲击;冲击高度 180mm(可调)。采样电脑控制自动冲击<b>(投标文件提供证明材料,佐证采样电脑控制自动冲击)</b>;</p> <p>3. ● 支持安全栏板静载荷试验,符合 GB/T 24430-2023/6.4.2 中设备的要求,依次施加垂直向上 200N、向外 500N 向内 500N,加载 10 次(可调),每次保持 30s(可调)。同时满足 GB/T13057.6-2013 的 4.3 床屏静载荷实验要求<b>(投标文件中提供书面承诺,格式自拟)</b>。</p> <p>4. ● 支持床铺垂直向上向下静载荷试验,垂直向下 1200N,加载 10 次(可调),每次保持 30s(可调);垂直向上 500N,加载 4 次(可调),每次保持 30s(可调);</p> <p>5. 床铺面耐久性符合 GB/T24430-2023/6.4.5 中设备的要求,垂下向下施加 1000N(可调),1000 次(可调);</p> <p>6. ● 框架和紧固件耐久性符合(GB/T 24430-2023/6.4.6 中设备的要求,300N,10000 次,频频 6 次/min; ABCD 加载、AB、C D 加载(可选);高度可调节兼顾 GB/T 43000-2023/6.9.2 中的耐久性要求;</p> <p>7. 脚踏板垂直静载荷符合 GB/T24430-2023/6.4.7 中设备的要求,垂直向下 1200N,加载 10 次(可调),每次保持 30s(可调);高度可调节兼顾 GB/T 43000-2023/6.9.1 中的垂直静载荷要求;</p> <p>8. 梯子踏脚板水平静载荷符合 GB/T 24430-2023/6.4.8 中设备的要求,垂直向下 1000N(可调),水平 500N,加载 10 次(可调),每次保持 60s(可调);</p> <p>9. 梯子踏脚板耐久性符合 GB/T 24430-2023/6.4.9 中设备的要求,垂直向下 1000N(可调),加载 10000 次(可调),频率 24 次/min(可调);</p> <p>10. 支持踏板冲击试验,符合 GB/T 24430-2023/6.4.10 中设备的要求,冲击高度 150 mm,踏板冲击器符合 GB/T24430-2023/5.9 中设备的要求,外径 25mm,壁厚 2mm,质量 1.6kg;冲击垫 100*100*6(mm)、0.5kg;砝码 15kg;</p> <p>11. 楼梯安全护栏强度符合 GB/T 24430-2023/6.4.11 要求,垂直向下 1500N(可调)加载 10 次(可调),</p>		
--	--	---	--	--



		<p>水向里\向外平 500N（可调），加载 10 次（可调），每次保持 30s（可调）；</p> <p>12. 支持楼梯进去平台强度试验，符合 GB/T 24430-2023/6.4.12 中设备的要求，垂直向下 1500N（可调）加载 10 次（可调），冲击高度 240mm（可调）；</p> <p>13. 支持稳定性试验，符合 GB/T 24430-2023/6.4.13 中设备的要求，定滑轮，砝码 120N、30N 各一个；</p> <p>14. 支持链接上层床与下层床的紧固件强度试验，符合 GB/T 24430-2023/6.4.14 中设备的要求，垂直向上 500N，保持 30 S；</p> <p>15. 半球形手指探棒，符合 GB/T 24430-2023/5.2.1、GB/T 43000-2023/5.1 中设备的要求，采用塑料或不锈钢材质，直径 5 mm、7mm、12mm、18 mm；一端链接力值测量装置；</p> <p>16. 网眼形手指探棒符合 GB/T 24430-2023/5.2.2 中设备的要求，采用塑料或不锈钢材质，一端直径 7mm、一端直径 2.8mm；一端链接力值测量装置；</p> <p>17. 间隙规符合 GB/T 24430-2023/5.2.3 、GB/T 43000-2023/5.1 中设备的要求，采用塑料或不锈钢材质，30° 的锥体，直径 25mm、45 mm、60mm、65 mm、75mm、85mm, 各一个，一端链接力值测量装置；</p> <p>18. 形状评估探棒符合 GB/T 24430-2023/5.2.4 中设备的要求，采用塑料或不锈钢材质，30° 的锥体，直径 5mm、12mm，各一个，一端链接力值测量装置；</p> <p>19. V 形开口模板符合 GB/T 24430-2023/5.10 中设备的要求，采用塑料或不锈钢材质，模板结构尺寸符合 GB/T 24430 图 8；</p> <p>20. 加载垫，直径 200 mm，球面曲率半径 300 mm，边缘倒角半径 12mm，2 个；直径 100mm，边缘倒角半径 12mm，20 个；</p> <p>21. 侧面撞击摆锤，符合 GB/T 43000-2023/5.4 中设备的要求，总质量 2kg, 长 300mm, 制作尺寸符合 GB/T 43000-2023 5.4 条款；（摆锤及吊装装置）；</p> <p>22. 试验假人，符合 GB/T 43000-2023/5.16 中设备的要求，直径 200 mm, 高 300 mm, 15kg, 制作尺寸见 5.16 条款；</p> <p>23. 小型头规，符合 GB/T 43000-2023/5.14 中设备的要求，采用塑料或不锈钢材质，半径 53mm, 制作尺寸见 5.14 条款；</p>		
--	--	---	--	--

		<p>24. 大型头规，符合 GB/T 43000-2023/5.14 中设备的要求，采用塑料或不锈钢材质，直径 223mm, 制作尺寸符合 GB/T 43000-2023/5.14 条款要求；</p> <p>25. 支持童床铺面撞击试验，符合 GB/T 43000-2023/6.7.2 中设备的要求，撞击高度 150mm, 1000 次（可调），不大于 30 次/min, 撞击器自由下落，且弹跳不受限制，撞击器总质量 10kg, 能自动连续试验；</p> <p>26. 齿咬试验仪，符合 GB/T 43000-2023/5.11 中设备的要求，闭合力 50N, , 制作尺寸符合 GB/T 43000-2023 5.11 条款要求；</p> <p>27. 立足点模板，符合 GB/T 43000-2023/5.13 中设备的要求，10mm 透明材料制作，2 块，长 120mm，宽 35mm，, 制作尺寸见 5.13 条款；</p> <p>28. 定位块，符合 GB/T 43000-2023/5.12 中设备的要求，铁或不锈钢制作，宽 50mm, 前缘半径 5mm；</p> <p>29. I 试验重物符合 GB/T10357.1-2024 要求， 50kg, 直径 300±50mm 或边长 300±50mm, 2 块；</p> <p>30. II 试验重物符合 GB/T10357.1-2024 要求， 25kg, 直径 300±50mm 或边长 300±50mm, 2 块；</p> <p>31. 控制终端配置不低于：5 核；≥16G , 内存类型 DDR4；硬盘 1TB，2G 独显；显示端口≥21.5 寸 IPS；配套输出设备配置：分辨率≥1200×1200dpi。</p> <p>四、主要配置：主机 1 台。</p>		
2	课桌椅力学性能综合试验机（课桌椅折叠机构耐久性试验机）	<p>一、主要用途 中小學生午休課桌椅力學性能的檢驗。</p> <p>二、依據標準：</p> <p>符合 GB/T 46016-2025《中小學生午休課桌椅通用技術要求》中設備的要求。</p> <p>三、技術指標：</p> <p>1. ●整體採樣鋁合金型材框架、型材邊長≥80mm, 底板採樣≥10mm 鋁合金底板，上開定位固定孔；伺服電機+力值傳感器（誤差±3%）、≥8 組；質量誤差±1%（<b>投標文件提供設計草圖和整體尺寸草案</b>）；</p> <p>2. ●角度調節機構耐久性，符合 GB/T 46016-2025 6.6.9 中設備的要求，通過機械裝置以 5 個循環/min~15 個循環/min 的速度推動桌斗，使桌斗從最大夾角到平面再到最大夾角為一循環做往復運動，重複 10000 個循環（可調）；將課椅固定在試驗平台上，在座面中心施加 500N 的平衡載荷，解除鎖定裝置，通過機械裝置以 5 個循環/min~15 個循環/min 的速度推</p>	1 台/套	工業

		<p>动靠背,从靠背最小倾角位置到最大倾角位置再回到最小倾角位置为一个循环,重复 10000 个循环(可调);</p> <p>3. 折叠或抽拉机构耐久性,符合 GB/T 46016-2025 6.6.10 中设备的要求通过机械装置以 5 个循环/min~15 个循环/min 的速度推动折叠或抽拉机构(如搁脚抽拉机构、搁脚折叠机构、头/枕靠抽拉机构、扶手折叠机构等),使折叠或抽拉机构从最小位置到最大位置再到最小位置为一个循环做往复运动,重复 10000 个循环(可调)、行程可调;</p> <p>4. 升降机构耐久性,符合 GB/T46016-20256.6.11 中设备的要求并将升降调节机构固定在桌或椅腿一侧,升降从最低到最高再到最低为一个循环做往复运动,升降频率不大于 6 次/min,持续 5000 个循环(可调)、行程可调;</p> <p>5. 垂直加载稳定性符合 GB/T46016-2025/6.6.3 中设备的要求,加载垫直径 100mm,钢性;垂直载荷 200N (质量 20kg)(可调);</p> <p>6. 整体承载能力符合 GB/T46016-2025/6.6.4 中设备的要求,直径 350mm,厚度 48mm,质量 10kg; 载荷 10 个; 支撑辅助件符合 GB/T10357.8-2015 (4.3) 图; 同时满足: GB/T 46016-2025/6.6.5.1 充分向后倾斜稳定性中设备的要求;</p> <p>7. 侧向稳定性符合 GB/T 46016-2025/6.6.5.2 中设备的要求,加载垫直径 200 mm,球面曲率半径 300 mm,边缘倒角 12mm;伺服电机加载配合力值传感器加载,加载力 600N (可调)、加载时间 30s (可调);可实现搁腿静载荷、头/枕靠静载荷。</p> <p>8. 搁腿耐久性符合 GB/T46016-2025/6.6.6 中设备的要求,加载垫直径 200 mm,球面曲率半径 300 mm,边缘倒角 12mm; 伺服电机加载配合力值传感器加载,加载 300N (可调), 20000 次 (可调); 1300N 平衡载荷;</p> <p>9. 座面椅背联合耐久性符合 QB/T4071-2021 中设备的要求,伺服电机加载配合力值传感器加载,座面加载 1250N (可调)\椅背加载 300N (可调)、5 万次 (可调)、力值保持 2s(可调)。可单独进行静载试验加载垫符合 GB/T10357.3-2025 的 5.6、5.7 中设备的要求;</p> <p>10. 控制终端配置不低于: 5 核; ≥16G,内存类型 DDR4;硬盘 1TB, 2G 独显; 显示端口 ≥21.5 英寸</p>		
--	--	--	--	--

		IPS； 配套输出设备配置：分辨率 $\geq 1200 \times 1200$ dpi。 四、主要配置：主机 1 台。		
--	--	--	--	--

第 2 包				
序号	货物名称	技术参数及要求	数量 (单位)	所属 行业
1	气相色谱 质谱联用 仪	<p>一、主要用途：苯、甲苯、二甲苯、挥发性有机物的检测。</p> <p>二、依据标准： 符合 GB 18584-2024《家具中有害物质限量》、GB/T 31106-2014《家具中挥发性有机化合物的测定》中设备的要求。</p> <p>四、技术指标：</p> <p>1. 气相色谱仪主机</p> <p>1.1 智能化用户界面</p> <p>●1.2 可通过在智能手机的浏览器直接输入气相色谱仪 IP 地址的方式远程访问气相色谱仪（<b>投标文件中提供截图，佐证智能手机浏览器 IP 直连</b>）</p> <p>1.3 内置智能化功能，可自动监测系统的健康状况，具有<math>\geq 15</math>项仪器性能相关的参数监控功能（如进样次数、灯丝使用时间、离子源清洗时间、EMV 电压等等），能在潜在问题影响色谱性能之前提醒用户；</p> <p>1.4 彩色触控屏幕操作界面，操作界面可提供包含图形文字的仪器维护、用户帮助等信息；</p> <p>1.5 具备色谱柱使用记录功能，可记录色谱柱的使用次数、时间等信息；</p> <p>2. 柱箱</p> <p>2.1 温度范围：室温以上 <math>8^{\circ}\text{C} \sim 425^{\circ}\text{C}</math>；</p> <p>2.2 温度设定精度：<math>0.1^{\circ}\text{C}</math>；</p> <p>★2.3 最大升温速度：<math>\geq 75^{\circ}\text{C}/\text{min}</math>；</p> <p>2.4 降温速率：从 <math>300^{\circ}\text{C}</math> 到 <math>50^{\circ}\text{C} &lt; 5.7\text{min}</math>；</p> <p>2.5 最长运行时间：999.99 分钟；</p> <p>2.6 程序升温梯度：<math>\geq 20</math> 阶；</p> <p>2.7 温度波动：<math>&lt; 0.01^{\circ}\text{C}/1^{\circ}\text{C}</math>；</p> <p>3. 毛细柱分流/无分流进样口（两个）</p> <p>3.1 最高使用温度：<math>\geq 400^{\circ}\text{C}</math>；</p> <p>3.2 可编程电子参数设定压力、流速和分流比；</p> <p>3.3 压力设定范围：0-100Psi，精度 0.01Psi；</p> <p>3.4 流量范围：0-500mL/分钟 N<sub>2</sub>，0-1250mL/min H<sub>2</sub> or He；</p>	1 台/套	工业

		<p>3.5 扳转式进样口：扳转式进样口密封系统, 无需工具更换进样口衬管时间<math>\leq 30</math> 秒;</p> <p>3.6 分流比: <math>\geq 12450</math>;</p> <p>4. 液体自动进样器 (一台)</p> <p>4.1 液体进样量范围: <math>0.01-50 \mu\text{L}</math>;</p> <p>4.2 样品瓶位数: <math>\geq 16</math> 位;</p> <p>4.3 峰面积重现性: <math>\leq 0.3\%</math> RSD;</p> <p>4.4 进样速度: <math>100\text{ms}</math>;</p> <p>4.5 交叉污染: <math>\leq 0.001\%</math>;</p> <p>4.6 叠加进样: 在当前的样品分析结束之前就开始下一个样品分析的洗针操作并抓起下一个样品瓶;</p> <p>4.7 进样塔无需螺母固定可自由取下;</p> <p>●4.8 自动进样器可升级配置加热器 (进样前对单个样品瓶进行加热, 加热温度范围: <math>35-80^{\circ}\text{C}</math>)、混合器 (<math>4000 \text{ 转}/\text{min}</math>) 和条形码识别器, 能够自动记录进样次数和样品位, 加热时间和混合时间可完全程序化 (投标文件中提供官网截图, 同时提供官网截图链接);</p> <p>6 质谱检测器</p> <p>6.1 真空系统</p> <p>6.1.1 分子涡轮泵系统: 单泵, 无油, 空气冷却, 无需水冷。</p> <p>6.1.2 分子涡轮泵抽速: <math>\geq 250</math> 升/秒;</p> <p>6.1.3 前级泵: 抽速<math>\geq 2.5</math> 立方米/小时;</p> <p>6.2 离子源和接口;</p> <p>6.2.1 离子源类型: EI 源, 双灯丝设计。</p> <p>●6.2.2 离子化能量: <math>\geq 240\text{eV}</math> (投标文件中提供软件设置界面截图佐证);</p> <p>6.2.3 灯丝电流: <math>\geq 310\text{uA}</math>;</p> <p>6.2.4 离子源温度: <math>\geq 350^{\circ}\text{C}</math>;</p> <p>6.3 离子传输: 采用透镜传输, 透镜直接插入四极杆内部;</p> <p>●6.4 四极杆质量分析器 (满足以下条件之一):</p> <p>6.4.1 主四极杆能独立加热, 最高<math>\geq 180^{\circ}\text{C}</math> (非预四极杆加热), 可加热四极杆无须人为手动清洗即可消除污染 (投标文件中提供提供软件设置界面截图以证明加热温度范围);</p> <p>6.4.2 如投标人提供的主四极杆不具备独立加热, 投标文件中提供提供不少于 5 套四极杆备用 (投标文件中提供书面承诺, 格式自拟);</p>		
--	--	---	--	--

		<p>●6.5质量数范围:0.6-1091m/z（投标文件中提供技术参数证明文件佐证）；</p> <p>6.6 仪器检测限：通过对 OFN（八氟萘）八次连续不分流进样所得峰面积精密度在99%置信水平下统计得出仪器检测限 <math>IDL \leq 40fg</math>（通过进样 1uL（含 100fg 样品）测定）；</p> <p>6.7 检测器:带有长寿命电子倍增管、可调尾翼电压和接地孔板的三重离轴检测器。检测器带金属屏蔽板</p> <p>6.8 质量轴稳定性：优于 0.10u/48h；</p> <p>6.9 最高扫描速率：不低于 20000u/s；</p> <p>7 软件系统</p> <p>7.1 工作站软件:中/英文可选,含 NIST 谱库</p> <p>7.2 具有手动调谐/自动调谐，数据采集，数据检索，分析结果报告，定性定量分析及谱库检索功能；</p> <p>7.3 气相色谱-质谱具有保留时间锁定（RTL）功能。此功能通过软件自动调整仪器工作参数,在五个不同条件下进样，分析锁定目标化合物而实现；</p> <p>7.4 仪器故障和维护情况可由内置电子跟踪系统自动记录；</p> <p>7.5 软件能够实现对样品 TVOC 批量处理，TVOC 内所有未知物质分别半定量计算，并剔除检出限以下物质后加和功能；</p> <p>8. 色谱柱：非极性石英毛细管柱；长 60m, 固定相为 100%二甲基硅氧烷或 5%苯基、1%乙烯基、94%甲基硅氧烷；1 根。规格：HP-5MS 或 DB-5MS 60m × 0.25(0.32)mm×0.25(1.00) μm；</p> <p>10. 稳压电源一台；不间断电源；</p> <p>10.1 ≥10kVA 不间断电源，续航时间≥1 小时，输入 380/220 可选，输出 220V±2%，内置或者外置输出隔离变压器实现零地电压为 0，12V 65Ah 胶体电池 32 只，配套辅材电池柜等；</p> <p>10.2 配与 UPS 同等功率的隔离变压器一套、与 UPS 相匹配的消声器一套；</p> <p>11. 控制终端配置不低于：5 核；内存≥16G，内存类型 DDR4；硬盘 1TB，2G 独显；显示器：≥21.5 英寸 IPS；配套输出设备配置≥分辨率 1200×1200dpi；</p> <p>四、主要配置：</p> <p>4.1 气相色谱主机，1 套；</p> <p>4.2 分流/不分流进样口，2 套；</p>		
--	--	---	--	--

		<p>4.3 液体自动进样器，1 套；</p> <p>4.4 质谱检测器，1 套（EI 离子源）；</p> <p>4.5 氮、氦气源，1 套；</p> <p>4.6 配套毛细管色谱柱，共 1 根/台；</p> <p>4.7 消耗品，1 包/台；</p> <p>4.8 控制终端 1 套/台；</p> <p>4.9 原厂色谱中文工作站软件 1 套（含 NIST 质谱谱库）/台；</p> <p>4.10 前级真空泵，1 套；（抽速<math>\geq 2.5 \text{ m}^3/\text{h}</math>）</p> <p>4.11 配套 UPS，1 套；</p> <p>4.12 进样针 10 微升 5 根，进样针 1 微升 5 根，超惰性分流衬管 2 盒（每盒不少于 4 个），超惰性不分流衬管 2 盒（每盒不少于 4 个），EI 源双灯丝两套（除原配以外），气体过滤器 1 套（除原配以外），调谐液 1 套（除原配以外），泵油不少于 3L。</p> <p>4.13 气源氢气、氮气、空气减压阀个一个，气瓶柜 1 个；</p> <p>五、备品备件：维修工具包两套（GC、MS 各一套）。</p> <p>●六、本设备主要是要配套采购人现有的热托福 TD100-xr 使用，设备接入原设备产生的对接费、软件费等以及原有质谱管路恢复运行的费用包含在本项目投标报价中（<b>投标文件中提供书面承诺，格式自拟</b>）。</p>		
2	液相色谱 荧光检测 器	<p>一、主要用途：荧光增白剂的检测。</p> <p>二、依据标准： 符合 QB/T 1952.2-2023《软体家具 弹簧软床垫》、GB/T 27741-2018《纸和纸板 可迁移性荧光增白剂的测定》第 8 章中设备的要求；</p> <p>三、技术指标：</p> <p>1. 激发波长：350nm；发射波长 430nm；</p> <p>2. 信号时测量的噪音：拉曼（H2O）<math>&gt;500</math>；</p> <p>3. 暗值时测量的噪音：拉曼（H2O）<math>&gt;3000</math>；</p> <p>4. 脉冲频率：<math>\geq 296\text{Hz}</math>（针对单一信号模式）；</p> <p>5. 最大数据采集速率：<math>\geq 74 \text{ Hz}</math>；</p> <p>6. 单色器范围：可设置 200nm-1200nm；</p> <p>7. 波长重复性：<math>\pm 0.2\text{nm}</math>；</p> <p>8. 波长准确度：<math>\pm 3\text{nm}</math>；</p> <p>四、主要配置：</p> <p>4.1 荧光检测器一台</p> <p>五、备品备件：</p>	1 台/套	工业

		<p>5.1 配套色谱柱：C18 250mm×4.6mm×5 μm 2 根，相应保护柱 2 套；</p> <p>5.2 消耗品 1 套；样品瓶 200 个，过滤白头 10 个，PEEK 手拧式接头 10 个。</p> <p>五、本设备主要是要配套采购人现有的液相色谱仪（1260 Infinity II）使用，设备接入原设备产生的对接费、软件费等费用包含在本项目投标报价中（<b>投标文件中提供书面承诺，格式自拟</b>）。</p>		
3	辐射照度计	<p>一、主要用途：紫外线辐射检测。</p> <p>二、依据标准：符合 GB/T 18204.1-2025 《公共场所卫生检验方法 第 1 部分_物理性指标》之 15 紫外线辐射（紫外线分析频谱剂量法）中设备的要求。</p> <p>三、技术指标：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 波长范围：200 nm~450 nm；</li> <li>2. 波长测量间隔：0.1 nm；</li> <li>3. 光谱带宽≤6 nm；</li> <li>4. 波长准确度：±0.3 nm；</li> <li>5. 波长重复性≤0.2 nm；</li> <li>6. 辐射照度准确度：±（4%读数+ 1 个字）；</li> <li>7. 测量范围：0.01 μW/cm<sup>2</sup>~2000 mW/cm<sup>2</sup>@氙灯，0.1 mW/cm<sup>2</sup>~20 mW/cm<sup>2</sup>@275 nm LED，0.1 mW/cm<sup>2</sup>~20 mW/cm<sup>2</sup>@370 nm LED；</li> <li>8. 积分时间：0.1 ms~5000 ms；</li> <li>9. 杂散光≤0.3%；</li> <li>10. 通讯方式：USB、WIFI；</li> <li>11. 供电方式：可充电锂电池，充电时间&lt;3h，连续使用时间≥20h；</li> </ol> <p>四、主要配置：主机 1 台。</p>	1 台/套	工业
4	▲尘埃粒子计数器	<p>一、主要用途：空气洁净度检测。</p> <p>二、依据标准：</p> <p>符合 GB 50591-2010《洁净室施工及验收规范》、GB 50073-2013《洁净厂房设计规范》中设备的要求。</p> <p>三、技术指标：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ●粒径通道：0.1 μm, 0.15 μm, 0.2 μm, 0.25 μm, 0.3 μm, 0.5 μm, 1.0 μm, 5.0 μm（<b>投标文件中提供证明材料</b>）；</li> <li>2. ★光源及寿命：长寿命的激光二极管，寿命&gt;35000 小时；</li> <li>3. 采样流量：28.3L/min（可调）；</li> <li>4. 允许最大采样浓度：1000000 个/立方英尺；</li> </ol>	1 台/套	工业



		5. 采样周期：1~999999 秒（可设定）； 6. 采样延时：0~99999 秒（可设定）； 7. 采样间隔：0~99999 秒（可设定）； 8. 数据内存容量：>1000,000 组测量数据，可查询； 9. ●具有加强光学架构建，稳定光学墙体，采用多级消光结构分梯度对照明光路和散射腔内的杂散光进行了拦截和消减（投标文件中提供设计说明材料佐证）； 10. 电池仓至少含 2 块电池。电池支持热拔插，可以在开机状态下取下一块电池进行外置充电； 11. 屏幕显示：彩色≥8 寸触摸屏； 12. 材质：316L/EP 不锈钢； 13. 打印方式：内置式热敏打印机； 四、主要配置：主机 1 台。 五、备品备件：标配电池 1 套。		
5	风速仪	一、主要用途 微生物洁净室、洁净厂房风速的测定。 二、依据标准： 符合 GB 50591-2010《洁净室施工及验收规范》、GB 50073-2013《洁净厂房设计规范》中设备的要求。 三、技术指标： 1. 测量范围：不少于 0~20m/s； 2. 测量精度：≤±4%； 3. 分辨率：≤0.02m/s； 4. 风速探杆：≥100cm。 四、主要配置：主机 1 台。	2 台/套	工业
6	压差计	一、主要用途：压差的测定； 二、依据标准： 符合 GB 50591-2010《洁净室施工及验收规范》、GB 50073-2013《洁净厂房设计规范》中设备的要求。 三、技术指标： 1. 显示屏：带背光液晶显示屏； 2. 压力范围：不少于 0~100Pa； 3. 灵敏度：≤1.0Pa； 四、主要配置：主机 2 台。 五、备品备件：标配电池 1 块/台。	2 台/套	工业
7	照度计	一、主要用途：微生物洁净室、中小学校教室采光、洁净厂房照度的测定。 二、依据标准：符合 GB 7793-2025《中小学校教室采光和照明卫生标准》 GB 50591-2010《洁净室施工及验收规范》、GB 50073-2013《洁净厂房设计规	2 台/套	工业

		<p>范》中设备的要求。</p> <p>三、技术指标：</p> <p>1. 探头原理：光二极管（附滤光镜片）；</p> <p>2. 范围：1~ 50000LUX ；</p> <p>3. 分辨率：≥0.1LUX；</p> <p>四、主要配置：主机 2 台。</p> <p>五、备品备件：电池 1 块/台。</p>		
8	声级计	<p>一、主要用途：微生物洁净室、中小学校教室采光、洁净厂房照度的测定。</p> <p>二、依据标准：符合 GB 7793-2025 《中小学校教室采光和照明卫生标准》、GB 50591-2010《洁净室施工及验收规范》、GB 50073-2013《洁净厂房设计规范》中设备的要求。</p> <p>三、技术指标：</p> <p>1. 测量范围：30dB（A）-130dB(A)，40dB（C）-130dB(C)，45dB（Z）-130dB(Z) ；</p> <p>2. 分辨力 0.1dB；</p> <p>3. 预置时间：手动设置，测量持续时间为 1s~99 h 59 min 59 s；</p> <p>4. 频率计权：A 计权、C 计权、Z 计权；</p> <p>5. 时间计权：F(快)、S(慢)、I(脉冲)；</p> <p>6. 显示器：优于 128×128 点阵式液晶显示器（LCD），分辨力 0.1dB,显示 Lp、Leq、LAE、L5、L10、L50、L90、L95、Lmax、Lmin、LCpeak 等参数，同时具有过载、欠量限、电池电压低落等标志；</p> <p>四、主要配置：主机 2 台。</p> <p>五、备品备件：</p> <p>5.1、电池 1 块/台。</p> <p>5.2、多功能工具箱 1 个。</p>	2 台/套	工业
9	电磁辐射仪器	<p>一、主要用途：电磁辐射（宽带全向场强仪法）检测。</p> <p>二、依据标准：</p> <p>符合 GB/T 18204.1-2025《公共场所卫生检验方法 第 1 部分_物理性指标》之 14 电磁辐射（宽带全向场强仪法）、HJ/T10.2-1996《辐射环境保护管理导则 电磁辐射监测仪器和方法》中设备的要求。</p> <p>三、技术指标：</p> <p>（一）主机技术参数：</p> <p>1. 仪器主机频率范围满足 DC~300GHz</p> <p>2. 射频电场探头：探头类型：三维全向，射频电场综合场强；频率范围：下限不高于 100kHz，上限不低</p>	1 台/套	工业

		<p>于 6GHz；量程范围：下限不高于 0.2V/m，上限不低于 1000V/m；具有过载保护功能。</p> <p>（二）工频电磁场探头参数：探头类型：三维全向，工频电磁场二合一，具有选频功能，频率分辨率最低为 1Hz；</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 频率范围：1Hz-100kHz；</li> <li>2. 量程范围：电场：4mV/m-100kV/m；磁场：0.3nT-40mT；</li> <li>3. 最大过载：电场：200kV/m；磁场：50mT；具有过载保护功能；</li> <li>4. 显示精度：电场：1mV/m；磁场：1nT；</li> <li>5. 频率响应：<math>\leq \pm 0.5\text{dB}</math>；</li> <li>6. 线性度：<math>\leq \pm 0.5\text{dB}</math>；</li> <li>7. 各向同性：<math>\leq 0.5\text{dB}</math>；</li> <li>8. 动态范围：<math>&gt; 110\text{dB}</math>；</li> </ol> <p>（三）显示方式：数显。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 连接工频电磁场探头时应支持电场和磁场同步采集，测量数据可同屏显示电场强度、磁感应强度数值及其实时变化曲线，便于现场快速测量和数据分析；</li> <li>2. 三维分量（X-Y-Z）：实时 X 值，实时 Y 值，实时 Z 值，总场强值</li> <li>3. 数据模式：算术平均值、滑动平均值、方均根值、统计场强（E5、E50、E80、E95）；</li> </ol> <p>（四）结果类型：平均值、最大值、最小值、实时值、X/Y/Z 三轴值，测量结果支持实时值及时域曲线显示 测量单位：V/m、kV/m、<math>\mu\text{W}/\text{cm}^2</math>、<math>\text{mW}/\text{cm}^2</math>、<math>\text{W}/\text{m}^2</math>、dB（<math>\mu\text{V}/\text{m}</math>）、nT、<math>\mu\text{T}</math>、mT、T、mG、mA/m、A/m、标准计权%等，并根据监测数值大小自动切换 V/m 和 kV/m、<math>\mu\text{T}</math> 和 mT；</p> <p>（五）内置温湿度检测模块，支持同步检测测试环境温度、湿度基本信息；</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 温度范围：<math>-40^{\circ}\text{C} \sim +80^{\circ}\text{C}</math></li> <li>2. 精度：<math>\pm 0.4^{\circ}\text{C}</math></li> <li>3. 分辨率：0.1<math>^{\circ}\text{C}</math></li> <li>4. 湿度范围：0~100%；</li> <li>5. 精度：<math>\pm 3\%</math>；</li> <li>6. 分辨率：0.1%；</li> </ol> <p>（六）内置北斗定位及授时</p> <p>测量数据：经度、纬度、时间；参照坐标系：北斗坐标系；授时精度：30<math>\mu\text{s}</math>；位置精确性：<math>&lt; 2.5</math> 米，</p>		
--	--	--	--	--

		<p>更新速率：1s；</p> <p>（七）高频超高频微波：</p> <p>每个测点连续测量 3 次，默认测量时间 15s，可手动输入时间（每次测量时间不少于 15s），给出稳定状态的均方根值，取平均值；</p> <p>（八）内置多种标准测量模式：</p> <p>支持头、胸、腹部三个部位的可选测量功能，可自动保存各部位测量记录，符合标准对于测量高度的要求</p> <p>（九）支持<math>\geq 100</math> 个场所的空间采样并计算平均测量值，支持彩色柱状图展示空间平均测量点值，通过按键切换测量点位；</p> <p>（十）●仪器配备数据保持按键，具有实时测量值冻结功能，保持状态下显示屏数值应持续显示并支持手动解除，设置独立物理按键实现测量单位切换功能，支持当前测量数值的单位制式转换（如 <math>\mu T/mT/T</math>、<math>V/m/kV/m</math> 等）（<b>投标文件中提供设备实物图片佐证以上功能</b>）；</p> <p>（十一）仪器应具有具备方位测量及水平校准功、曲线显示缩放功能，可设置快速访问按键实现数据文件调取功能，同时配置专用功能按键实现屏幕捕捉功能，支持全界面快速截图操作，截图文件自动保存至指定存储路径；</p> <p>（十二）●仪器应配置可扩展存储卡槽，配置标准数据传输及存储接口，内置卫星定位模块及环境传感器，支持实时测量并记录温度、湿度、气压、海拔及地理位置信息（<b>提供设备实物图片佐证支持实时测量并记录温度、湿度、气压、海拔及地理位置信息</b>）；</p> <p>（十三）设备应具备超限值声音报警功能，支持用户自定义报警阈值设置；</p> <p>（十四）供电方式：主机内置可充电锂电池，连续操作时间<math>\geq 14</math> 小时；工频探头应具备双电源供电系统，采用内置可快速更换的模块化电池设计，并配置多功能 Type-C 接口（支持充电及应急供电功能）；</p> <p>（十五）探头互换性：主机支持不同探头互换；</p> <p>（十六）支持蓝牙打印功能，连接蓝牙打印机后可现场打印测量结果，便于测量值的实时确认；</p> <p>四、主要配置：电磁辐射分析仪主机 1 台、射频电场探头 1 个、工频电磁场探头 1 个、便携箱 1 个、充电器 2 个、显示终端 1 台、原装可更换式电池模块 1 个、原装电池座充 1 个、读卡器 1 个、存储卡 1 个、操作</p>		
--	--	--	--	--

		手册等标准配件。		
10	石膏板遇火稳定性	<p>一、主要用途：遇火稳定性测定。</p> <p>二、依据标准： 符合 GB/T9775-2025《纸面石膏板》7.1.12、7.5.15 中设备的要求。</p> <p>三、技术指标：</p> <p>1. 试验外壳及重要部件采用 SUS304 不锈钢制造，耐烟、气腐蚀。控制系统自动化程度高，具有自动点火功能，具有温度控制和时间数字显示；</p> <p>2. 火焰施加时间及持燃时间可在 0~99 分 99 秒范围内调节，试验过程自动控制；</p> <p>3. 悬挂的荷重：7N、10N、12N、15N、17N、20N(共 6 个)；每个载荷厚度分别为 9.5mm、12.0mm、15.0mm、18.0mm、21.0mm、25.0mm；</p> <p>4. 双燃烧器：喷火直径为 <math>(40 \pm 1)</math> mm，喷火孔为 <math>\Phi(2.5 \pm 1)</math> mm；</p> <p>5. ●最高温度 900℃，热电偶精度 1 级（<b>投标文件中证明材料</b>），3min 内能把温度控制在 <math>(800 \pm 30)</math>℃；</p> <p>6. 具有排烟、排气功能；</p> <p>四、主要配置：主机 1 台。</p> <p>五、备品备件：</p> <p>5.1 气源+气瓶，不小于 20L、配套减压阀 1 个。</p>	1 台/套	工业
11	卡尔费休水分测定仪器	<p>一、主要用途：水分含量的测定。</p> <p>二、依据标准：符合 GB33372--2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》附录 B 水分含量的测定中设备的要求。</p> <p>三、技术指标：</p> <p>1. 检测范围 10ppm ~100%，结果显示单位：mg、mg/L、%、ppm；</p> <p>2. 分辨率：0.001mL；重复性：≤5%；</p> <p>3. 终点判定：自动电位终点判定+手动终点判定，支持漂移补偿；</p> <p>4. 滴定杯：密封式滴定杯，耐卡尔费休试剂腐蚀，标配≥50mL 容积；</p> <p>5. 搅拌系统：磁力搅拌，搅拌速度 0~2000rpm 无级可调，搅拌平稳无气泡；</p> <p>6. 电极：标配卡尔费休专用双铂电极，电极响应时间 ≤2s，耐试剂腐蚀；</p> <p>7. 滴定系统：全自动滴定，支持自动补液、自动排液、自动清洗滴定杯；</p>	1 台/套	工业

		<p>8. 空白校正:支持自动空白滴定, 空白值实时补偿;</p> <p>9. 数据存储:可存储<math>\geq 200</math> 组检测数据, 含样品名称、检测结果、日期等信息;</p> <p>10. 数据输出: 内置或外接打印机, 支持试验报告的即时打印。</p> <p>四、主要配置: 主机 1 台。</p> <p>五、备品备件:</p> <p>5.1 卡尔费休双铂电极 1 支、5mL/10mL 滴定管 1 套、密封滴定杯 1 套、磁力搅拌子 2 个、耐腐试剂连接管 2 套、废液管 2 套、进样针 2 支 (10 <math>\mu</math> L/100 <math>\mu</math> L) 。</p> <p>5.2 卡尔费休专用试剂 1 瓶、无水甲醇 1 瓶。</p>		
12	旋转式鼓室灯	<p>一、主要用途: 人造板及饰面人造板理化性能试验中色泽稳定性测定。</p> <p>二、依据标准: 符合 GB/T17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》4.33 条款中的设备要求。</p> <p>三、技术指标:</p> <p>1. 试件垂直固定在旋转式鼓室灯装置框架上, 试件表面与汞灯距离为 300mm, 金属鼓旋转速度为 2.5r/min(可调);</p> <p>2. 汞灯功率为 400W, 波长 300nm 以上;</p> <p>3. 试件尺寸长 <math>150 \pm 2</math>mm, 宽 <math>75 \pm 2</math>mm, 能适用不同大小试件; 同时可检测试件数量不少于 20 个;</p> <p>四、主要配置: 主机 1 台。</p> <p>五、备品备件: 汞灯 2 支。</p>	1 台/套	工业
13	辐射加热源	<p>一、主要用途: 耐辐射热项目检测。</p> <p>二、依据标准:</p> <p>符合 GB/T 7911-2024 《热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板(HPL)》的 7.3.15、GB/T17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》的 4.55.2 条款中的设备要求。</p> <p>三、技术指标:</p> <p>1. 辐射加热器, 由两个总额定功率 1500W 的电加热保护元件组成;</p> <p>2. 加热器平行放置, 水平安装在内部尺寸约 110mm 宽, 125mm 深的有金属衬里的槽内; 加热元件距槽底部高度由垂直槽放置的试件决定, 要求试件距加热元件 <math>(76 \pm 1.0)</math>mm。也可在加热器的顶部及左右面和背面加上挡风罩;</p> <p>●3. 调压变压器, 带有电压指示功能, 控制加热所需</p>	1 台/套	工业

		<p>的电压；可控制在使得试件能达到 163℃（<b>投标文件中提供证明材料</b>）；</p> <p>4. 成型装置符合 GB/T17657-2022 的 4.55.2.4 图中的设备要求；</p> <p>四、主要配置：主机 1 台。</p> <p>五、备品备件：成型装置，1 套。</p>		
14	冲击试验仪器	<p>一、主要用途：耐小球冲击性检测。</p> <p>二、依据标准：符合 GB/T 7911-2024 《热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板(HPL)》的7.3.17 条款中的设备要求。</p> <p>三、技术指标：</p> <p>1. 冲击试验仪符合 GB/T7911-2024 的 7.3.17 条款中的设备要求，包含一个冲击螺栓，螺栓尾部有一个直径 5mm 的钢球，通过压缩弹簧的弹力对试件表面冲击，压缩弹簧的弹力可以通过弹簧压缩量调节旋钮来调整，弹力范围 0N~90N，冲击力可调；</p> <p>2. 压缩弹簧长度为 100mm，释放时能产生（1962±50）N/m 的弹力，试验时，将钢球退回到预定力的位置后用固定器卡住，打开固定器释放钢球即可进行冲击；</p> <p>3. 钢板尺寸：300*300*50（mm）；</p> <p>四、主要配置：主机 1 台。</p>	1 台/套	工业
15	材料产烟染毒试验机	<p>一、主要用途：材料产烟毒性危险分级。</p> <p>二、依据标准：符合 GB/T 20285-2006 《材料产烟毒性危险分级》中的设备要求。</p> <p>三、技术指标：</p> <p>1. 试验装置由环形炉、石英管、石英舟、烟气采集配给组件、温度控制系统、炉位移系统、空气供给系统组成；</p> <p>2. 环形炉，炉管内径 47mm±1mm，长度 95mm~110mm；石英管通径 36mm±1mm，管壁厚 2mm±0.5mm，长度 1000 mm；</p> <p>3. 环形炉移动速率在 10mm/min~0.1mm/min，可移动距离 600mm；环形炉位移速率：采用伺服马达，控制精度：0.01mm/min，（10±0.01）mm/min，前进位移速率可调。后退位移速度 50mm/min；</p> <p>4. 石英管：采用钢玉管，耐 1600℃高温；</p> <p>5. 温度控制系统：</p> <p>●a、采用外径 1mm 的铠装 K 型热电偶（精度≥2 级），环形炉内壁温度静止时波动在±1℃；运动时波动在±2.5℃；温度范围 300-1200℃，静态±1℃；</p>	1 台/套	工业

		<p><b>（投标文件中证明材料）；</b></p> <p>b、温度校准装置：配外径 1mm 的铠装 K 型热电偶（精度<math>\geq 2</math> 级）和感温片，可与电脑软件连用，校准炉内温升；</p> <p>c、空气流量：0-20L/min 可调，采用转子流量计；</p> <p>d、烟气采集配给系统：能迅速使载气和稀释气充分混合；</p> <p>e、气体通路的切换：能便捷、快速的完成染毒箱、烟气采集箱、废气间的切换；</p> <p>f、转笼质量 <math>60 \pm 10\text{g}</math>；</p> <p>g、染毒箱有效空间体积约 9.2L；</p> <p>有小鼠运动记录系统：能记录小鼠的时间-运动图谱，实时显示鼠笼的角速度的转动图表；鼠笼运动记录，准确至 <math>1^\circ</math> ；</p> <p>载气和稀释气供给系统：由空气源和可调节的 2.5 级气体流量计及输气管线组成；</p> <p>材料的产烟浓度、产烟率设定后自动计算，自动化程度高，可联机自动打印图表和试验报告；</p> <p>控制终端配置不低于：5 核；内存<math>\geq 16\text{G}</math>，内存类型 DDR4；硬盘 1TB，2G 独显；显示：<math>\geq 21.5</math> 英寸 IPS；</p> <p>配套输出设备配置分辨率<math>\geq 1200 \times 1200\text{dpi}</math>；</p> <p>四、主要配置：主机 1 台。</p> <p>五、备品备件：</p> <p>烟尘收集、空气压缩机 1 个、校准用热电偶 1 根，鼠笼 10 个。</p>		
16	燃烧速率测试仪	<p>一、主要用途：GB 6675.3-2025 《玩具安全 第 3 部分_易燃性能》燃烧性能测定。</p> <p>二、依据标准：GB 6675.3-2025 《玩具安全 第 3 部分_易燃性能》。</p> <p>三、技术指标：</p> <p>●1. 被测样品与燃烧器成 <math>45^\circ</math>、<math>90^\circ</math> 角布置（可调）（投标文件中提供实物图或设计图纸佐证）；</p> <p>2. 燃烧器火焰高度：<math>20 \pm 2\text{mm}</math>（可调）；<math>10 \pm 1\text{s}</math>（可调），程序自动控制点火及停火，且能调整高度符合 GB 6675.3-2025 的 5.2、5.3、5.4、5.5 要求；</p> <p>3. 试验过程自动控制，采用电子点火器自动点火、自动点火、停火及计时；</p> <p>4. 试验台箱体采用 304 不锈钢制作，燃气管路配备防爆电磁阀。</p> <p>四、主要配置：主机 1 台。</p>	1 台/套	工业



		五、备品备件： 5.1、火焰高度标尺、试样架、带有金属网格支撑的试样架，各1个。 5.2、气源：工业用丙烷1瓶，减压阀1个、管路5米。		
--	--	---	--	--

### 三、其他要求

1. 中标人提供软、硬件设备的现场安装、调试和开通，并保证整个系统的正常运行；保证不同时期提供的同类设备（软件、硬件）兼容，所供设备在使用之前，必须提供现场培训。

2. 质保期内设备的软件升级、硬件保修由中标人承担。普通国产设备，质保期内，原生产厂提供全机免费保修。所有费用均包含在投标人的投标报价中，中标后采购人不再另行支付任何费用。

3. 任何出具检测数据的仪器设备在安装调试阶段或仪器设备验收前，中标人（供应商）应需免费提供一份委托方为采购人（安徽省产品质量监督检验研究院）名义的检定/校准合格证书一份，且计量参数指标为采购人确认合格。需在本地安装或移动后影响计量性能的仪器设备，应提供本地量值溯源机构的检定/校准合格证书一份（本地机构不具备量值溯源能力的除外）。

4. 根据设备安装的复杂程度，需现场装配、安装的大型设备，以及设备本身所需水、电、气安装条件超过实验室原有的基本配置，设备供应商应通过现场勘察，并与相关实验室进行沟通，该部分费用包含在投标报价中，由中标人负责实施。

### 四、报价要求

本项目报总价，投标报价包括本项目需求的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、保险费（如有）、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。

### 五、备品备件及专用工具

1. 备品备件：中标人提供能够满足质量保证期内的设备维修要求的备品备件，备品备件应是新品。

2. 专用工具：中标人提供设备安装、调试、验收、维修、保养所必要的专用工具、仪器、仪表等工具。

### 六、安装调试、验收试验及质量保证

1. 中标人在设备安装地点负责安装、调试。

2. 具体设备验收标准和程序按采购人要求执行，下列验收程序可参照执行：

2.1 采购人和相关部门按照招标文件和投标文件承诺进行验收。招标文件没有规定和投标文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国

家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。涉及需要由质检或行业主管部门验收的项目，采购人须约请相关部门和专家参加项目验收。所有需要质检部门进行检测才能使用的设备，投标报价中必须包含首次检测费用。

2.2 货物在验收时，中标人应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等，涉及进口的部件须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的保养修理所需的各种随机工具及全部有关技术文件（外文应提供中文翻译资料，下同）、操作使用说明书、质保书、保修证明、维护手册及技术性指导资料以及根据中国相关法律规定制造、销售报价货物（包括主要部件和材料）所必备的各种证书（如产品质量检验报告、国家相关检测机构出具的检验报告等）等文件汇集成册交付采购人和应由中标人提供的必要文件。

2.3 中标人应根据采购人使用单位的技术要求提供相应的产品。由中标人所提供的设备部件间的连线和插接件均应视为设备内部器件，包含在相应的设备之中。

2.4 运行测试及最终验收。在系统安装、调试结束后，采购人对其进行全面的测试，对测试中暴露出来的问题，中标人应及时进行整改，系统最终测试完毕经验收合格后，采购人应向中标人签发最终验收证明。

2.5 中标人应向采购人提供安装调试过程中的各种文档资料，以便采购人今后能掌握操作和维护方法。依据合同与合同有关条件、本招标文件的技术规范、系统配置要求、设备技术文件和系统说明书，以及国家和省部级等要求进行验收，验收分为预验收和竣工验收。

3. 如设备在验收时有一个或多个指标未能达到要求而属于中标人责任时，则中标人自费采取有效措施，在规定时间内使之达到保证指标。如在规定的时间内仍达不到合格标准时，则中标人应向采购人赔偿。

## **七、包装运输**

1. 中标人负责设备包装、办理运输和保险，将设备安全运抵交货地点。
2. 设备制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护，确保其不受污损。
3. 在包装箱外应标明采购人的订货号、发货号。
4. 各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。
5. 包装箱上应有明显的包装储运图示标志。
6. 整体产品或分别运输的部件都要适应运输和装载的要求。
7. 随产品提供的技术资料应完整无缺。

## **八、技术培训**

1. 为使合同设备能正常安装和运行，由中标人提供相应的技术培训，并免收采购人培训费用。培训内容应与工程进度相一致。

2. 培训的时间、人数、地点等具体内容由买卖双方商定，内容至少包括：设备原理、使用、维护、运行操作、常见故障处理等。

## 九、质保及售后服务

1. 自双方签订《验收报告》起进入免费质保期。

2. 在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下发现商品有缺陷，中标人将免费修理或替换该设备；在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下设备发生故障，中标人应及时提供免费服务。

## 第四章 评标方法和标准（综合评分法）

### 一、总则

本项目将按照招标文件第二章 投标人须知的相关要求及本章的规定评标。

### 二、评标方法

#### 2.1 资格审查（第 1、2 包均按以下标准评审）

资格审查表			
序号	审查因素	审查内容	格式要求
1	营业执照等证明文件	<p>（1）投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的营业执照；</p> <p>（2）投标人为事业单位的，应提供有效的事业单位法人证书；</p> <p>（3）投标人是非企业机构的，应提供有效的执业许可证或登记证书等证明文件；</p> <p>（4）投标人是个体工商户的，应提供有效的个体工商户营业执照；</p> <p>（5）投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。</p>	提供材料扫描件或电子证照，应完整的体现出材料或电子证照全部内容。联合体投标的联合体各方均须提供。
2	投标人资格声明书	提供符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。	详见第六章投标文件格式。
3	投标人信用记录	投标人不得存在投标人须知正文第 14.2 款中的不良信用记录情形	无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。
4	中小企业证明文件（适用于专门面向中小企业采购项目或预留中小企业采购份额项目）	<p>符合申请人的资格要求中落实政府采购政策需满足的资格要求：</p> <p>（1）专门面向中小企业采购的，投标人应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。</p> <p>（2）如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向</p>	详见第六章投标文件格式（如专门面向中小企业，按格式提供）。

		协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足招标文件关于预留份额的要求。	
5	其它落实政府采购政策的资格要求	如有，见第一章《投标邀请》	提供材料扫描件或电子证照，应完整的体现出材料或电子证照全部内容。
6	本项目对于联合体的要求（适用于接受联合体投标项目）	联合体投标的详见投标人须知正文第 1.5 款，且提供《联合协议》。	《联合协议》详见第六章投标文件格式。
7	本项目的特定资格要求	如有，见第一章《投标邀请》	提供材料扫描件或电子证照，应完整的体现出材料或电子证照全部内容。

**资格审查指标通过标准：**投标人必须通过资格审查表中的全部评审指标。

## 2.2 符合性审查

评标委员会对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查表如下（第 1、2 包均按以下标准评审）：

符合性审查表			
序号	审查指标	审查标准	格式要求
1	开标一览表	格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标人电子签章	详见第六章投标文件格式。
2	投标函	格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标人电子签章	详见第六章投标文件格式。
3	授权书	格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标人电子签章	法定代表人参加投标的无需此件，提供身份证明即可。详见第六章投标文件格式。
4	投标报价	符合招标文件投标人须知正文第 9 条要求	详见第六章投标文件格式。

5	商务响应情况	符合招标文件采购需求中对付款方式、供货及安装期限、供货及安装地点、免费质保期等实质性要求	详见第六章投标文件格式。
6	技术响应情况	符合招标文件采购需求中货物技术参数等实质性要求	详见第六章投标文件格式。
7	投标文件异常监测	不同投标人的文件制作机器识别码或 MAC 地址或 IP 地址或文件创建码或联系方式出现相同的情形,相关投标人均 <b>投标无效</b> 。	
8	其他要求	符合法律、行政法规规定的其他条件或招标文件列明的其他实质性要求	

**符合性审查指标通过标准：**投标人必须通过符合性审查表中的全部评审指标。

### 2.3 异常低价投标审查（第 1、2 包均按以下标准评审）

异常低价投标审查表			
序号	评审指标	评审标准	格式及材料要求
1	异常低价投标审查	<p>（1）投标报价＜全部通过符合性审查投标人投标报价平均值×50%；</p> <p>（2）投标报价＜通过符合性审查的次低报价投标人投标报价×50%；</p> <p>（3）投标报价＜采购项目最高限价（如采购项目未设定最高限价的，以采购项目预算金额作为最高限价）×45%；</p> <p>（4）评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。</p> <p><b>提醒：</b></p> <p>上述数值计算：涉及总价、单价的精确到“分”并四舍五入，涉及费率的精确到小数点后两位，第三位四舍五入（例：如平均值为 123.456 元，即为 123.46 元；如平均值为 80.126%，即为 80.13%）。</p>	<p>投标人在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。</p>

注：

评标委员会启动异常低价投标审查后，属于评审标准中第（1）项至第（4）项情形的，

应当要求相关投标人在评审现场合理的时间内（不少于 30 分钟）对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第 3 项情形，投标人已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为**无效投标**处理。

评标委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。异常低价响应审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随投标人提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

## 2.4 详细审查

2.4.1 评标委员会按照下表对投标文件进行详细审查和评分。

2.4.2 本项目综合评分满分为 100 分，其中：技术资信分值占总分值的权重为 65%，价格分值占总分值的权重为 35%。具体评分细则如下（第 1、2 包均按以下标准评审）：

类别	评分内容	评分标准	分值范围
技术资信分 ( <u>65</u> 分)	满足货物指标要求情况	第 1 包：●代表一般指标项，每满足一项得 4 分，共 7 项，共计 28 分； 第 2 包：●代表一般指标项，每满足一项得 2 分，共 14 项，共计 28 分。 注： 以投标响应表和技术参数及要求中证明材料要求作为评审依据。	0-28 分
	投标人业绩	第 1 包：自 2022 年 1 月 1 号以来（以合同签订时间为准），投标人具有采购需求中标记▲产品的供货业绩（须与所投产品同品牌），每提供一个得 3 分，满分 6 分。 注： (1) 同一业绩包含多个标注▲产品的，不累计计分。 (2) 投标文件中同时提供： 合同扫描件； 合同对应的发票扫描件及发票在国家税务总局官网查询的截图； 合同对应的验收合格证明材料； 检定/校准证书扫描件。	0-6 分

		<p>（3）如合同中无法体现合同签订时间、供货产品品牌等信息的，须另提供业主证明材料，否则不得分。</p> <p>第2包：自2022年1月1号以来（以合同签订时间为准），投标人具有采购需求中任意产品的供货业绩（须与所投产品同品牌），每提供一个得3分，满分6分。</p> <p>注：</p> <p>（1）同一业绩包含多个产品的，不累计计分；同一产品最多只计算一次，不重复计算。</p> <p>（2）投标文件中同时提供：</p> <p>合同扫描件；</p> <p>合同对应的发票扫描件及发票在国家税务总局官网查询的截图；</p> <p>合同对应的验收合格证明材料；</p> <p>检定/校准证书扫描件。</p> <p>（3）如合同中无法体现合同签订时间、供货产品品牌等信息的，须另提供业主证明材料，否则不得分。</p>	
	所投产品综合情况	<p>评标委员会根据投标人提供的所投产品技术先进性、设备性能、稳定性、与本项目匹配度等情况进行评分：</p> <p>1. 所投产品与本项目特点和难点匹配性高，优于本项目采购需求，得4分；</p> <p>2. 所投产品与本项目特点和难点匹配，适合本项目采购需求，得2分；</p> <p>3. 所投产品与本项目特点和难点匹配有待改善，但基本满足本项目采购需求，得1分；</p> <p>4. 不可行的或未提供相关材料说明的，不得分。</p> <p><b>注：投标文件中可提供相关说明材料（格式不限，如文字说明、产品彩页、所获荣誉等）。</b></p>	0-4分
	体系认证	<p>投标人所投标记▲产品的制造商具有以下经中国国家认证认可监督管理委员会认证机构颁发有效的认证证书：</p> <p>1. 质量管理体系认证的，得1分；</p> <p>2. 环境管理体系认证，得1分；</p> <p>3. 职业健康安全管理体系认证，得1分。</p> <p><b>注：投标文件中须提供上述证书扫描件，以及全国认证认可公共服务平台官网证书信息查询截图，否则不得分。</b></p>	0-3分
	质保承诺	<p>采购需求中标注▲的产品免费质保期满足招标文件要求的基础上，每增加一年质量保证期的，得2分，</p>	0-4分



		<p>满分 4 分，不足一年的部分不得分。</p> <p>注：</p> <p>投标文件中提供书面承诺函，格式自拟。所有费用均包含在投标人的投标报价中，中标后采购人不再另行支付任何费用。</p>	
	项目涉及后续采购响应	<p>1. 评标委员会根据投标人所投产品的免费质保期满后的配件及耗材价格情况，进行评分：</p> <p>（1）所投产品的质保期满后的配件价格提供七折或七折以下（小于等于七折）优惠的，得 2 分；</p> <p>（2）所投产品的质保期满后的配件价格提供八折或八折以下优惠（大于等于八折）的，得 1 分；</p> <p>（3）未提供的不得分。</p> <p><b>注：投标文件中提供免费质保期满后的配件及耗材清单，同时提供相关承诺（格式自拟）。</b></p> <p>2. 评标委员会根据投标人所投产品的免费质保期满后的维护费用承诺（除配件价格外），进行评分：</p> <p>（1）免费质保期满后的维护费用提供七折或七折以下（小于等于七折）优惠的，得 2 分；</p> <p>（2）免费质保期满后的维护费用提供八折或八折以下优惠（大于等于八折）的，得 1 分；</p> <p>（3）其他的不得分。</p> <p><b>注：投标文件中提供承诺（格式自拟）；本项以最高分计一次。</b></p>	0-4 分
	售后服务方案	<p>根据投标人投标文件中提供的售后服务情况由评标委员会进行评分：</p> <p>1. 售后服务制度及措施：从服务管理制度、保障措施、等方面考虑由评标委员会进行评分（满分 3 分）：</p> <p>（1）方案完整详细，可行性、实用性、针对性强，得 3 分；</p> <p>（2）方案基本完整，适合本项目采购需求，具有可行性、实用性和针对性，得 2 分；</p> <p>（3）方案有待提升，可行性、实用性针对性有待改善，得 1 分；</p> <p>（4）方案不可行或者未提供得 0 分。</p> <p>2. 维保方式及内容：从维保方式、维保内容等方面考虑由评标委员会进行评分（满分 2 分）：</p> <p>（1）方案完整详细，可行性、实用性、针对性强，得 2 分；</p> <p>（2）方案基本完整，适合本项目采购需求，具有可</p>	0-7 分

		<p>行性 实用性和针对性，得 1 分；</p> <p>（3）方案有待提升，可行性、实用性针对性有待改善，得 0.5 分；</p> <p>（4）方案不可行或者未提供得 0 分。</p> <p>3. 投标人为本项目配备售后服务人员（满分 2 分）：</p> <p>（1）售后服务人员配备不少于 3 人，得 2 分。</p> <p>（2）售后服务人员配备 1-2 人，得 1 分。</p> <p>（3）未提供的不得分。</p> <p>注：</p> <p>投标文件中同时提供：</p> <p>（1）人员名单（格式自拟）；</p> <p>（2）投标人为上述售后服务人员缴纳的 2025 年 10 月以来任意 1 个月的社保证明材料，社保证明材料形式详见<b>投标人须知前附表 32.1 条</b>。未提供上述材料的不得分。</p>	
	厂家工程师	<p>投标文件中提供为本项目配备的生产厂家工程师具有中级或中级及以上专业技术资格（或职称）的，每提供一人得 2 分，满分 4 分。</p> <p>注：</p> <p>（1）投标文件中提供配备的生产厂家工程师技术资格（或职称）证书扫描件；</p> <p>（2）投标文件中提供生产厂家为上述人员缴纳的 2025 年 10 月以来任意 1 个月的社保证明材料，社保证明材料形式详见<b>投标人须知前附表 32.1 条</b>。未提供上述材料的不得分。</p> <p>（3）一人多个证书只计算一次，不似重复计算。</p>	0-4 分
	培训方案	<p>根据投标人投标文件中提供的培训方案情况，从培训目标、培训对象、培训方式、培训时间安排等方面考虑，由评标委员会进行评分：</p> <p>（1）培训方案优于本项目采购需求，完整详细，可行性、实用性、针对性强，得5分；</p> <p>（2）培训方案适合本项目采购需求，完整详细，具有可行性、实用性、针对性，得3分；</p> <p>（3）培训方案基本适合本项目采购需求，可行性、实用性、针对性有待改善，得1分；</p> <p>（4）方案不可行或未提供不得分。</p>	0-5 分
价格分 (35分)	<p>价格分统一采用低价优先法，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分 35 分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：</p> <p>投标报价得分 = (评标基准价/投标报价) × 35% × 100</p>		

#### 2.4.3 分值汇总

（1）评标委员会各成员应当独立对每个有效投标人的投标文件进行评分，并汇总每个投标人的得分。取各位评委评分之平均值，四舍五入保留至小数点后两位数，得到该投标人的技术资信分。

（2）将投标人的技术资信分加上根据上述标准计算出的价格分，即为该投标人的综合总得分。

## 第五章 政府采购合同

### 政府采购合同 (货物类)

项目名称：\_\_\_\_\_（第\_\_包）

项目编号：\_\_\_\_\_

合同编号：\_\_\_\_\_

买方（采购人）：\_\_\_\_\_

卖方（中标人）：\_\_\_\_\_

签订时间：\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

项目编号：

买 方：安徽省产品质量监督检验研究院

电话：

卖 方：

电话：

见证方：安徽省招标集团股份有限公司

电话：0551-66061495

买方通过安徽省招标集团股份有限公司组织的公开招标方式采购活动，经评标委员会的评审，决定将本项目采购合同授予卖方。为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，买卖双方协商一致同意按如下条款签订本合同：

**一、货物的名称、规格型号、数量和价格（若产品过多则见附表，如有附表则必须加盖公章）。货物的名称、规格型号详见采购文件之采购需求。**

单位：元

产品名称	规格型号	单位	数量	单价	小计	生产厂商
合计						
合同总金额（大写）：人民币元						
备注：上述产品报价含产品生产、运输（送达至买方指定地点并下货）、安装、调试、检验合格直至交付及售后服务、税金、劳保基金等费用。						

## 二、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

- (1) 采购文件及答疑、更正公告；
- (2) 采购文件标准文本中的“合同条款”；
- (3) 中标或成交公告；
- (4) 卖方提交的投标文件及书面承诺函；
- (5) 双方另行签订的补充协议。

## 三、合同金额

本合同的总金额为\_\_\_\_\_元（人民币大写：\_\_\_\_\_）。

## 四、供货期限

合同生效之日起，\_\_\_\_\_个月内完成供货、安装、调试、培训等所有工作内容。由买方进行验收。货物运输至买方指定地点到货物验收合格交付使用前，卖方负责对货物的损毁灭失承担责任。

## 五、验收要求

### （一）质量标准

卖方保证提供的货物符合中华人民共和国国家及行业的安全质量标准、环保标准中之较高者；若货物来源于中华人民共和国境外，还要同时符合货物来源国的官方、行业及生产厂商的安全质量标准、环保标准中之较高者。上述标准为已发布的且在货物交付时有效的最新版本的标准。当货物来源于中华人民共和国境外时，产品必须附有原产地证明、中华人民共和国商检机构的检验证明、合法进货渠道证明及海关完税证明，此外，有关技术资料中须附有全文翻译的中文文本。

### （二）验收组织

买方负责组织验收工作。

### （三）验收程序

1. 成立验收小组。
2. 验收前要编制验收表格。
3. 验收时双方要按照验收表格逐项验收。
4. 验收方出具验收报告。
5. 复杂设备的验收还要包括出厂检验、到货检验、安装和调试、最终验收、培训等伴随服务的验收。

## 六、付款方式

合同生效后，买方付至合同价的 40%（卖方须提供等额预付款担保），项目经验收合格且相关资料齐备已移交后，一次性付清合同价款。

注：

- （1）卖方未按规定提供预付款担保的，视为放弃预付款；
- （2）预付款担保要求：如采用银行保函、担保机构出具的保函（担保机构担保）均须满足无条件见索即付条件。

## 七、售后服务

- （一）卖方对合同货物的质量保修期为验收证书签署之日起\_\_\_\_\_。
- （二）卖方在合同货物的质量保修期内，免费为买方提供合同货物的技术指导和维修服务的时间是：每周\_\_\_\_天\_\_\_\_小时（工作时间）。
- （三）卖方保证在合同货物出现故障和缺陷时，或接到买方提出的技术服务要求后 24 小时内予以答复，如买方有要求或必要时，卖方应在接到买方通知后 48 小时内派员至买方免费维修和提供现场指导。
- （四）如卖方在接到买方维修通知后 48 小时仍不能修复有关货物，卖方应提供与该货物同一型号的备用货物。
- （五）如卖方在接到买方提出的技术服务要求或维修通知后 24 小时内没有响应、拒绝

或没有派员到达买方提供技术服务、修理或退换货物，买方有权委托第三方对合同货物进行维修或提供技术服务，因此产生的相关费用由卖方承担。

（六）在合同货物保修期届满后，如果因合同货物硬件或软件的固有缺陷和瑕疵出现紧急故障和事故，卖方应在接到买方通知之后24小时内到达现场。

（七）项目验收后，根据买方的请求，卖方应当为买方指定的人员提供培训，并向买方提供培训相关资料。

## 八、履约保证金

本项目履约保证金为      元(人民币大写：      )，收受人为安徽省招标集团股份有限公司，期限为验收合格后一次性退还。如卖方未能按期履行合同，买方可从履约保证金中获得经济上的赔偿。

## 九、违约责任

（一）卖方供货期超过合同约定供货期限。如果卖方由于自身的原因未能按期履行完合同，买方可从履约保证金中获得经济上的赔偿。其标准为按每延期一周收取合同金额的0.1%，但误期赔偿费总额不得超过履约保证金总额。一周按7天计算，不足7天按一周计算。在此情况下，卖方不得要求买方退还其履约保证金。

（二）卖方供货期内未能交货。卖方在履行合同过程中，如果遇到不能按时交货情况，应及时以书面形式将不能按期履行合同的理由、延误的时间通知买方。买方在收到卖方通知后，有权决定是否延长合同的履行时间或终止合同。如买方终止合同，卖方不得要求买方返还履约保证金；如买方同意延长合同的履行时间，卖方必须在买方规定的时间内提供符合质量标准的产品，由此造成的误期赔偿费按照前款约定执行。如卖方在买方规定的时间内未能提供符合质量标准的产品，买方有权解除合同，履约保证金不予退还，提请政府采购监管部门将卖方列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。

（三）卖方交货不符合合同质量标准，卖方必须重新提供符合质量标准的产品，由此造成的误期赔偿费按照前款约定执行。如卖方在买方规定的时间内未能提供符合质量标准的产品，买方有权解除合同，履约保证金不予退还，提请政府采购监管部门将卖方列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。

（四）卖方将合同转包，提供假冒伪劣产品，擅自变更、中止或者终止合同的，买方有权解除合同，并提请政府采购监管部门对卖方进行采购金额千分之五的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。

（五）买方未能按时组织验收，由财政部门责令限期改正，给予警告，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，由其行政主管部门给予处分，并予通报。

（六）买方违反合同规定拒绝接收货物的，应当承担由此造成的损失。

（七）验收合格后，买方未能按时提请付款，由财政部门责令限期改正，给予警告。

（八）买方擅自变更、中止或者终止合同，由财政部门责令限期改正，给予警告，对直

接负责的主管人员和其他直接责任人员，由其行政主管部门给予处分，并予通报。

#### 十、签约地点

本合同在合肥市包河区签订。

#### 十一、合同的终止

（一）本合同因下列原因而终止：

- 1、本合同正常履行完毕；
- 2、合同双方协议终止本合同的履行；
- 3、不可抗力事件导致本合同无法履行或履行不必要；
- 4、符合本合同约定的其他终止合同的条款。

（二）对本合同终止有过错的一方应赔偿另一方因合同终止而受到的损失。对合同终止双方均无过错的，则各自承担所受到的损失。

#### 十二、其他

（一）买卖双方必须严格按照采购文件、投标文件及有关承诺签订采购合同，不得擅自变更。合同执行期内，买卖双方均不得随意变更或解除合同。

（二）本合同执行期间，如遇不可抗力，致使合同无法履行时，买卖双方应按有关法律、法规规定及时协商处理。

（三）合同未尽事宜，买卖双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

（四）本合同如发生纠纷，买卖双方应当及时协商解决，协商不成时，按以下第（②）项方式处理：

①根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向合肥仲裁委员会申请仲裁。

②向合同签订地人民法院起诉。

本合同一式柒份，自买卖双方法定代表人或委托代理人签字加盖单位公章后生效。

买 方：安徽省产品质量监督检验研究院

卖 方：

单位盖章：

单位盖章：

法定代表人或委托代理人：

法定代表人或委托代理人：

日 期：

日 期：

见 证 方：安徽省招标集团股份有限公司

单位盖章：

日 期：



## 第六章 投标文件格式

# 投 标 文 件

【第\_\_包】

项目名称：\_\_\_\_\_

项目编号：\_\_\_\_\_

投 标 人：\_\_\_\_\_

\_\_年\_\_月\_\_日

## 一、开标一览表

项目名称	
投标人全称	
投标范围	全部/第__包
投标报价	大写：_____ 小写：_____
其他	

投标人电子签章：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_

## 注：

1. 此表用于开标唱标之用。
2. 表中投标报价即为优惠后报价，并作为评审及定标依据。任何有选择或有条件的投标报价，或者表中某一包别填写多个报价，均为无效报价。
3. 表中大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。
4. 如投标人电子交易系统中填写的报价与投标文件中签章的开标一览表报价不一致，以投标文件中签章的开标一览表报价为准。

## 二、投标函

**致：安徽省产品质量监督检验研究院**

根据贵方的招标公告和投标邀请，我方兹宣布同意如下：

1. 我方根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证于买方要求的日期内完成，并通过买方验收。

2. 我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件附件及更正公告（如有），我方正式认可并遵守本次招标文件，并对招标文件各项条款、规定及要求均无异议。

3. 我方同意从招标文件规定的开标日期起遵循本招标文件，并在招标文件规定的投标有效期之前均具有约束力。

4. 我方声明投标文件所提供的一切资料均真实无误、及时、有效，企业运营正常。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与投标有关的任何证据、数据或资料。

投标人电子签章：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_

### 三、投标人资格声明书

致：安徽省产品质量监督检验研究院

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

（一）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（四）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

（五）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

（六）我单位（含不具有独立法人资格的分支机构）无以下不良信用记录情形：

（1）被人民法院列入失信被执行人；

（2）被税务部门列入重大税收违法失信主体名单；

（3）被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

（七）我单位无“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的采购活动”的情形。与我单位存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

序号	单位名称	相互关系
1		
2		

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人电子签章：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_

四、授权书

本授权书声明：\_\_\_\_\_（投标人名称）授权\_\_\_\_\_（投标人授权代表姓名）代表我方参加本项目采购活动，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人授权代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。投标人授权代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

授权代表身份证明扫描件：

身份证明扫描件	身份证明扫描件
---------	---------

授权代表联系方式：\_\_\_\_\_（请填写手机号码）

特此声明。

投标人电子签章：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_

注：

- 1. 本项目只允许有唯一的投标人授权代表，提供身份证明扫描件；
- 2. 法定代表人参加投标的无需提供授权书，提供身份证明扫描件。

## 五、投标分项报价表

## 5-1 货物部分

序号	货物名称	品牌、型号规格	原产地及生产厂商	单位	数量	单价（元）	小计（元）	备注
1								
2								
3								
...								
合计金额（元）								

## 5-2 符合本国产品标准的产品成本之和占比

本公司（单位）提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例	_____ %
<p><b>提醒：</b></p> <p>1. 投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到 80%以上时，对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠。</p> <p>2. 投标人应当根据“投标分项报价表-货物部分”的内容对符合本国产品标准的产品成本进行测算（比例未达到 80%或未进行比例测算的，对该投标人提供的全部产品不予价格评审优惠），如有虚假响应，投标人承担全部责任。</p> <p>3. 上表中全部产品成本之和是指表 5-1 包含的全部货物、服务产品成本之和。</p>	

投标人电子签章：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_

**注：**

1. 表 5-1 中须明确列出所投产品的货物名称、品牌、型号规格、原产地及生产厂商，否则可能导致**投标无效**。
2. 上述报价为投标人完成本项目内容的全部费用（总报价为表 5-1 合计金额之和），如有漏项或缺项，自行承担全部责任。

## 六、投标响应表

## 6.1 商务响应表

序号	商务条款	招标文件要求	投标人承诺	偏离说明
1	付款方式			
2	供货及安装地点			
3	供货及安装期限			
4	免费质保期			
...				

招标文件中所列商务要求，我公司确认，对招标文件所列商务要求，除以上响应表所列情况外，我方响应情况全部为“无偏离”。

投标人电子签章：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_

注：

1. “无偏离”指与招标文件要求一致，“正偏离”指优于招标文件要求；“负偏离”指低于招标文件要求。

2. 无论正偏离或负偏离，投标人均需在“投标人承诺”一栏中列明响应的详细内容，否则视同投标人响应情况为“无偏离”。

3. 如投标人未在上述响应表中填写内容，视同投标人响应情况为“无偏离”。

## 6.2 技术响应表

序号	货物名称	招标文件规定的技术参数及要求	所投产品的品牌、型号及技术参数	偏离说明
1				
2				
3				
4				
...				

招标文件中所列技术要求，我公司确认，对招标文件所列技术要求，除以上响应表所列情况外，我方响应情况全部为“无偏离”。

投标人电子签章：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_

注：

1. “无偏离”指与招标文件要求一致，“正偏离”指优于招标文件要求；“负偏离”指低于招标文件要求。
2. 无论正偏离或负偏离，投标人均需在“所投产品的品牌、型号及技术参数”一栏中列明响应的详细内容，否则视同投标人响应情况为“无偏离”。
3. 如投标人未在上述响应表中填写内容，视同投标人响应情况为“无偏离”。



## 七、联合协议（如有）

（不允许联合体投标或未组成联合体投标，不需此件，请删去“联合协议”；允许联合体投标且投标人为联合体投标的，请将此件制成扫描件上传，同时删去本提示内容）

联合体成员一名称：\_\_\_\_\_；

联合体成员二名称：\_\_\_\_\_；

.....

上述各成员单位经过友好协商，自愿组成联合体，共同参加本项目的投标，现就联合体投标事宜订立如下协议：

1. \_\_\_\_\_（成员单位名称）为联合体牵头人。

2. 在本项目投标阶段，联合体牵头人负责投标项目的一切组织、协调工作，并授权代理人以联合体的名义参加项目的投标，代理人在投标、开标、评标、合同签订过程中所签署的一切文件和处理与本次招标有关的一切事务，联合体各方均予以承认并承担法律责任。联合体中标后，联合体各方共同与采购人签订合同，就本项目对采购人承担连带责任。

3. 联合体各成员单位内部的职责分工及各方负责内容的合同金额占总合同金额的百分比如下：

联合体成员一名称：\_\_\_\_\_，承担\_\_\_\_\_工作，负责内容的合同金额占总合同金额的百分比：\_\_\_\_\_%；

联合体成员二名称：\_\_\_\_\_，承担\_\_\_\_\_工作，负责内容的合同金额占总合同金额的百分比：\_\_\_\_\_%；

.....

4. 投标工作和联合体在中标后项目实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

5. 联合体中标后，本联合协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。

6. 本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或者合同履行完毕后自动失效。

联合体成员一：\_\_\_\_\_（公章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

联合体成员二：\_\_\_\_\_（公章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

.....

签订日期：\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

## 八、中小企业声明函

*（非中小企业投标，不需此件，请删去“中小企业声明函”）*

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加安徽省产品质量监督检验研究院（单位名称）的安徽省产品质量监督检验研究院 2026 年能力提升（第八批）家具产品检验检测仪器设备采购（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人电子签章：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_

注：

1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年数据，无上一年数据的新成立企业可不填报。
2. 投标人应根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）相关规定，如实填写中小企业声明函。如有虚假，将依法承担相应责任。投标人自行登录工业和信息化部官网进行中小企业规模类型自测（查询网址 <https://www.miit.gov.cn/>）。
3. 上述“标的名称”，详见第三章采购需求中明确的“货物名称”。
4. 上述“采购文件中明确的所属行业”，详见第三章采购需求中明确的“所属行业”。
5. 填写示例：某设备，属于（填写第三章采购需求中对应货物的“所属行业”，如工业）行业；制造企业为某企业，从业人员 100 人，营业收入为 10000 万元，资产总额为 5000 万元，属于小型企业 [投标人自行登录工业和信息化部官网进行中小企业规模类型自测（查询网址 <https://www.miit.gov.cn/>）]。

## 九、残疾人福利性单位声明函

（非残疾人福利性单位投标，请删去“残疾人福利性单位声明函”）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为 ☒ 符合条件/☐ 不符合条件（投标人自行勾选）的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人电子签章：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_

## 十、关于符合本国产品标准的声明函

*（不符合本国产品扶持政策，不需此件）*

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. （产品名称1）<sup>1</sup>，生产厂为（厂名）<sup>2</sup>，厂址为（生产厂址）。  /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。

2. （产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。  /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。

.....

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

投标人电子签章：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_

注：

1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3. 上述声明函中标注  /  的，无需填写。
4. 投标人应当结合“五、投标分项报价表-货物部分”相关信息进行填写。
5. 根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和财政部工业和信息化部关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见（财库〔2025〕30号），本项目所称的本国产品是指在中国境内生产的产品，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市

燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

## 十一、诚信履约承诺函

**致：安徽省产品质量监督检验研究院**

如我单位被确定为本项目中标人，我单位承诺在合同签订及履约过程中将严格执行《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目采购文件中关于合同签订及履约的相关规定，不出现以下情形：

- （1）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；
- （2）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；
- （3）将政府采购合同转包；
- （4）提供假冒伪劣产品；
- （5）擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

本单位知悉如出现上述情形，将会被依法追究法律责任，可能的处理结果有：处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

投标人电子签章：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_



## 十二、其他相关证明材料

提供符合投标邀请、采购需求及评标方法和标准规定的相关证明文件。

### 12.1 涉及资格、符合性审查的证明材料

序号	审查因素	审查内容	证明材料页码
1	营业执照等证明文件	<p>(1) 投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的营业执照；</p> <p>(2) 投标人为事业单位的，应提供有效的事业单位法人证书；</p> <p>(3) 投标人是非企业机构的，应提供有效的执业许可证或登记证书等证明文件；</p> <p>(4) 投标人是个体工商户的，应提供有效的个体工商户营业执照；</p> <p>(5) 投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。</p>	P__页
2	投标人资格声明书	提供符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。	P__页
3	中小企业证明文件（适用于专门面向中小企业采购项目或预留中小企业采购份额项目）	<p>符合申请人的资格要求中落实政府采购政策需满足的资格要求：</p> <p>(1) 专门面向中小企业采购的，投标人应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。</p> <p>(2) 如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足招标文件关于预留份额的要求。</p>	P__页
4	其它落实政府采购政策的资格要求	如有，见第一章《投标邀请》	P__页
5	本项目的特定资格要求	如有，见第一章《投标邀请》	P__页
6	开标一览表	格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标人电子签章	P__页

7	投标函	格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标人电子签章	P__页
8	授权书	格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标人电子签章	P__页
9	投标报价	符合招标文件投标人须知正文第 9 条要求	P__页
10	商务响应情况	符合招标文件采购需求中对付款方式、供货及安装期限、供货及安装地点、免费质保期等实质性要求	P__页
11	技术响应情况	符合招标文件采购需求中货物技术参数等实质性要求	P__页
12	其他要求	符合法律、行政法规规定的其他条件或招标文件列明的其他实质性要求	P__页

## 12.2 涉及详细审查的证明材料

评分内容	评分标准	证明材料页码
满足货物指标要求情况	<p>第 1 包: ●代表一般指标项, 每满足一项得 4 分, 共 7 项, 共计 28 分;</p> <p>第 2 包: ●代表一般指标项, 每满足一项得 2 分, 共 14 项, 共计 28 分。</p> <p>注:</p> <p><b>以投标响应表和技术参数及要求中证明材料要求作为评审依据。</b></p>	P__页
投标人业绩	<p>第 1 包: 自 2022 年 1 月 1 号以来 (以合同签订时间为准), 投标人具有采购需求中标记▲产品的供货业绩 (须与所投产品同品牌), 每提供一个得 3 分, 满分 6 分。</p> <p>注:</p> <p>(1) 同一业绩包含多个标注▲产品的, 不累计计分。</p> <p>(2) 投标文件中同时提供:</p> <p>合同扫描件;</p> <p>合同对应的发票扫描件及发票在国家税务总局官网查询的截图;</p> <p>合同对应的验收合格证明材料;</p> <p>检定/校准证书扫描件。</p> <p>(3) 如合同中无法体现合同签订时间、供货产品品牌等信息的, 须另提供业主证明材料, 否则不得分。</p> <p>第 2 包: 自 2022 年 1 月 1 号以来 (以合同签订时间为准), 投标人具有采购需求中任意产品的供货业绩 (须与所投产品同品牌), 每提供一个得 3 分, 满分 6 分。</p> <p>注:</p> <p>(1) 同一业绩包含多个产品的, 不累计计分; 同一产品最</p>	P__页

	<p>多只计算一次，不重复计算。</p> <p>（2）投标文件中同时提供： 合同扫描件； 合同对应的发票扫描件及发票在国家税务总局官网查询的截图； 合同对应的验收合格证明材料； 检定/校准证书扫描件。</p> <p>（3）如合同中无法体现合同签订时间、供货产品品牌等信息的，须另提供业主证明材料，否则不得分。</p>	
所投产品综合情况	<p>评标委员会根据投标人提供的所投产品技术先进性、设备性能、稳定性、与本项目匹配度等情况进行评分：</p> <p>1. 所投产品与本项目特点和难点匹配性高，优于本项目采购需求，得 4 分；</p> <p>2. 所投产品与本项目特点和难点匹配，适合本项目采购需求，得 2 分；</p> <p>3. 所投产品与本项目特点和难点匹配有待改善，但基本满足本项目采购需求，得 1 分；</p> <p>4. 不可行的或未提供相关材料说明的，不得分。</p> <p><b>注：投标文件中可提供相关说明材料（格式不限，如文字说明、产品彩页、所获荣誉等）。</b></p>	P__页
体系认证	<p>投标人所投标记▲产品的制造商具有以下经中国国家认证认可监督管理委员会认证机构颁发有效的认证证书：</p> <p>1. 质量管理体系认证的，得 1 分；</p> <p>2. 环境管理体系认证，得 1 分；</p> <p>3. 职业健康安全管理体系认证，得 1 分。</p> <p><b>注：投标文件中须提供上述证书扫描件，以及全国认证认可信息公共服务平台官网证书信息查询截图，否则不得分。</b></p>	P__页
质保承诺	<p>采购需求中标注▲的产品免费质保期满足招标文件要求的基础上，每增加一年质量保证期的，得 2 分，满分 4 分，不足一年的部分不得分。</p> <p><b>注：</b> 投标文件中提供书面承诺函，格式自拟。所有费用均包含在投标人的投标报价中，中标后采购人不再另行支付任何费用。</p>	P__页
项目涉及后续采购响应	<p>1. 评标委员会根据投标人所投产品的免费质保期满后及配件及耗材价格情况，进行评分：</p> <p>（1）所投产品的质保期满后的配件价格提供七折或七折以下（小于等于七折）优惠的，得 2 分；</p> <p>（2）所投产品的质保期满后的配件价格提供八折或八折以下优惠（大于等于八折）的，得 1 分；</p>	P__页

	<p>(3) 未提供的不得分。</p> <p><b>注：投标文件中提供免费质保期满后的配件及耗材清单，同时提供相关承诺（格式自拟）。</b></p> <p>2. 评标委员会根据投标人所投产品的免费质保期满后的维护费用承诺（除配件价格外），进行评分：</p> <p>(1) 免费质保期满后的维护费用提供七折或七折以下（小于等于七折）优惠的，得 2 分；</p> <p>(2) 免费质保期满后的维护费用提供八折或八折以下优惠（大于等于八折）的，得 1 分；</p> <p>(3) 其他的不得分。</p> <p><b>注：投标文件中提供承诺（格式自拟）；本项以最高分计一次。</b></p>	
售后服务方案	<p>根据投标人投标文件中提供的售后服务情况由评标委员会进行评分：</p> <p>1. 售后服务制度及措施：从服务管理制度、保障措施、等方面考虑由评标委员会进行评分（满分 3 分）：</p> <p>(1) 方案完整详细，可行性、实用性、针对性强，得 3 分；</p> <p>(2) 方案基本完整，适合本项目采购需求，具有可行性实用性和针对性，得 2 分；</p> <p>(3) 方案有待提升，可行性、实用性针对性有待改善，得 1 分；</p> <p>(4) 方案不可行或者未提供得 0 分。</p> <p>2. 维保方式及内容：从维保方式、维保内容等方面考虑由评标委员会进行评分（满分 2 分）：</p> <p>(1) 方案完整详细，可行性、实用性、针对性强，得 2 分；</p> <p>(2) 方案基本完整，适合本项目采购需求，具有可行性实用性和针对性，得 1 分；</p> <p>(3) 方案有待提升，可行性、实用性针对性有待改善，得 0.5 分；</p> <p>(4) 方案不可行或者未提供得 0 分。</p> <p>3. 投标人为本项目配备售后服务人员（满分 2 分）：</p> <p>(1) 售后服务人员配备不少于 3 人，得 2 分。</p> <p>(2) 售后服务人员配备 1-2 人，得 1 分。</p> <p>(3) 未提供的不得分。</p> <p><b>注：</b></p> <p>投标文件中同时提供：</p> <p>(1) 人员名单（格式自拟）；</p> <p>(2) 投标人为上述售后服务人员缴纳的 2025 年 10 月以来任意 1 个月的社保证明材料，社保证明材料形式详见<b>投标人须知前附表 32.1 条</b>。未提供上述材料的不得分。</p>	P__页

厂家工程师	<p>投标文件中提供为本项目配备的生产厂家工程师具有中级或中级及以上专业技术资格（或职称）的，每提供一人得 2 分，满分 4 分。</p> <p>注：</p> <p>（1）投标文件中提供配备的生产厂家工程师技术资格（或职称）证书扫描件；</p> <p>（2）投标文件中提供生产厂家为上述人员缴纳的 2025 年 10 月以来任意 1 个月的社保证明材料，社保证明材料形式详见<b>投标人须知前附表 32.1 条</b>。未提供上述材料的不得分。</p> <p>（3）一人多个证书只计算一次，不似重复计算。</p>	P__页
培训方案	<p>根据投标人投标文件中提供的培训方案情况，从培训目标、培训对象、培训方式、培训时间安排等方面考虑，由评标委员会进行评分：</p> <p>（1）培训方案优于本项目采购需求，完整详细，可行性、实用性、针对性强，得5分；</p> <p>（2）培训方案适合本项目采购需求，完整详细，具有可行性、实用性、针对性，得3分；</p> <p>（3）培训方案基本适合本项目采购需求，可行性、实用性、针对性有待改善，得1分；</p> <p>（4）方案不可行或未提供不得分。</p>	P__页

**特别提示：**

投标人在投标文件制作时可在此栏内上传招标文件要求上传的证明资料，如营业执照、证书等，应将上述证明材料制作成扫描件上传。

## 第七章 政府采购供应商询问函和质疑函范本

### 询问函范本

（如为对采购文件或采购程序的询问或疑问，请按询问函范本或电子交易系统  
统中网上询问格式附件进行提交）

致：采购人

我单位拟参与\_\_\_\_\_（项目名称、编号）的采购活动，现有以下内容(或  
条款)存在疑问(或无法理解)，特提出询问。

一、（事项一）

1、（内容或条款）

2、（说明疑问或无法理解原因）

3、（建议）

二、（事项二）

...

随附相关证明材料如下：

联 系 人：\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_

## 质疑函范本

### 一、质疑供应商基本信息

质疑供应商： .....

地址： ..... 邮编： .....

联系人： ..... 联系电话： .....

授权代表： .....

联系电话： .....

地址： ..... 邮编： .....

### 二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称： .....

质疑项目的编号： ..... 包号： .....

采购人名称： .....

采购文件获取日期： .....

### 三、质疑事项具体内容

质疑事项 1： .....

事实依据： .....

.....

法律依据： .....

.....

质疑事项 2

.....

### 四、与质疑事项相关的质疑请求

请求： .....

签字(签章)：

公章：

日期：

## 质疑函制作说明：

1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6. 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。