

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：ZF2026-36-0686

原公告的采购项目名称：蚌埠医科大学第一附属医院磁共振成像系统招标采购

首次公告日期：2026年06月24日

二、更正信息

更正事项：☒采购公告 ☒采购文件 ☐采购结果

更正内容：

- 1、删除本项目：第三章采购需求4.2技术要求表中：***1** 主磁体、梯度系统、梯度功率放大器、射频线圈等作为核心部件为原厂生产，与磁共振整机须为同一品牌。
- 2、本项目：第三章 采购需求4.2技术要求表中“***10.1** 须提供原厂生产独立后处理工作站，非第三方产品（相应功能由主机实现，后处理软件包配置在主机及工作站上均能进行）”更改为：“***10.1** 须提供独立后处理工作站，相应功能由主机实现，后处理软件包配置在主机及工作站上均能进行”；
- 3、本项目：第三章 采购需求4.2技术要求表中“13.3 原厂线圈：头颈联合矩阵线圈2个：≥16；体部线圈（非组合）2个，≥12通道；脊柱相控阵线圈（非组合）2个，≥24通道；大柔性多功能线圈2个，≥8通道；小柔性多功能线圈1个，≥6通道；乳腺专用线圈2个，≥6通道；膝关节专用线圈1个，≥12通道；腕关节专用硬式线圈（不可用柔性线圈代替）1个，≥8通道；”更改为：“13.3 线圈：头颈联合矩阵线圈2个：≥16；体部线圈（非组合）2个，≥12通道；脊柱相控阵线圈（非组合）2个，≥24通道；大柔性多功能线圈2个，≥8通道；小柔性多功能线圈1个，≥6通道；乳腺专用线圈2个，≥6通道；膝关节专用线圈1个，≥12通道；腕关节专用硬式线圈（不可用柔性线圈代替）1个，≥8通道；”
- 4、删除第四章 资格审查和评标办法（综合评分法）3、详细评审表中“综合评价（5分）”以及“供货安装方案（5分）”评审项，新增“供货方案（5分）”以及“安装调试方案（5分）”评审项，调整后的评分办法为：

条款号	条款内容	编列内容	备注
3.3.1	分值构成 (总分100分)	商务部分：5分 技术部分：65分 投标报价：30分	

3.3.2	评标基准价计算方法	有效的投标报价（适用价格扣除的，用扣除后的价格参与评审）中的最低价作为评标基准价	
条款号		评分因素	评分标准
3.3.3商务部分	1	所投产品业绩（5分）	1、开标时间6个月以内的首次注册的产品，要求提供近2021年1月以来（以合同签订时间为准），所投核心产品同品牌同类型产品具有医疗机构供货业绩的，每提供一个业绩得1分，最高得5分；2、开标时间6个月之前首次注册的产品，要求提供2021年1月至今（以合同签订时间为准），所投核心产品同品牌同型号产品具有医疗机构供货业绩的，每提供一个业绩得1分，最高得5分。 注： （1）本项为所投产品业绩； （2）投标文件中提供合同扫描件，如合同中无法体现签订时间、产品品牌等评审因素的，须同时提供业主单位加盖公章证明材料扫描件，否则不得分； （3）以上业绩须为已供货（安装）完毕的业绩，投标文件中无须提供已供货（安装）完毕证明材料扫描件，投标人在“业绩汇总表”中备注是否供货（安装）完毕即可。

		1. 根据投标文件与招标文件要求实质性响应参数（标记“*”的技术参数）的偏离情况进行评审。技术支持资料显示不满足招标文件要求的或未提供技术支持资料的，投标将被否决； 2. 根据投标文件与招标文件要求核心参数（标记“★”的技术参数）的偏离情况进行评审，每满足一项得5分，共1项，满分5分。 3. 根据投标文件与招标文件要求重要参数（标记“■”的技术参数）的偏离情况进行评审，每满足一项得1.5分，共17项，满分25.5分。 4. 根据投标文件与招标文件要求的一般参数（无标识技术参数）偏离情况进行评分。一般技术参数条款评审得分=（投标人满足一般技术参数条款的数量÷一般技术参数条款的总数量）×一般技术参数设定分值，保留小数点后两位，一般技术参数条款的总数量为317项，满分6.5分。 技术资料：对于标注“*”、“★”参数和“■”参数技术参数/条款的响应情况，以招标文件明确要求的材料为准，若招标文件未明确要求则以所投产品制造商公开发布的资料或产品技术白皮书或产品彩页或检测机构出具的检测报告或功能界面截图或官网功能截图或评标委员会认可的其他证明材料为准。若所投产品制造商公开发布的资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。为便于评审，投标供应商对证明材料中的关键参数进行标注。
1	产品的技术参数 (37分)	

		根据投标人提供的针对本项目的供货方案，方案内容从货物配送运输、确保本项目保质保量准时完成等方面考虑，由评标委员会进行综合评分： 1) 供货方案优于本项目采购需求，完整详细，配送运输路线科学高效、进度及质量保障措施完善，可行性、实用性、针对性强，得5 分； 2) 供货方案适合本项目采购需求，较完整详细，配送运输规划清晰、进度及质量保障措施到位，可行性、实用性、针对性较强，得4 分； 3) 供货方案基本满足本项目采购需求，基本全面，配送运输安排明确，具备基础的进度和质量保障手段，具有可行性、实用性和针对性，得3 分； 4) 供货方案及计划安排有待提升，配送运输环节存在疏漏，进度或质量保障措施不够完善，可行性、实用性和针对性有待改善，得2 分； 5) 供货方案无法满足项目需求，配送运输关键环节缺乏合理规划，不具备实用性、针对性，得1 分； 6) 未提供供货方案的不得分。
	2	供货方案 (5分)

3.3.4技术部分	3	售后服务方案（5分）	售后服务方案： 1）对本项目的特点和难点理解准确，售后服务方案优于本项目采购需求，可行性、实用性、针对性强，得5分； 2）对本项目的特点和难点理解较为准确，售后服务方案能满足本项目采购需求，可行性、实用性、针对性较强，得4分； 3）对本项目的特点和难点理解基本准确，售后服务方案基本满足本项目采购需求，具有可行性、实用性和针对性，得3分； 4）对本项目的特点和难点理解不够准确，售后服务方案能够一定程度满足本项目采购需求，可行性、实用性和针对性有待提升的，得2分； 5）对本项目的特点和难点理解不足，售后服务方案不能满足采购需求的，得1分； 6）未提供方案的不得分。
-----------	---	------------	--

	4	应急服务方案（5分）	应急服务方案： 1）应急服务方案完整详细，备品备件供应可以得到充分保障，应急服务响应及时，方案实用性强的，得5分； 2）应急服务方案较为完整详细，备品备件供应可以得到保障，应急服务响应较为及时，方案实用性较强的，得4分； 3）应急服务方案基本完整，备品备件供应基本可以满足使用，应急服务响应较及时，方案实用性较强的，得3分； 4）应急服务方案内容不够完整，备品备件供应能力有待提升，方案实用性有待加强的得2分； 5）应急服务方案内容不能满足本项目采购需求的，得1分； 6）未提供方案的不得分。
	5	质保承诺（3分）	所投产品整机免费质保期，在招标文件要求免费质保期的基础上每增加1年得3分（增加部分不足1年的不得分），满分3分。 注：以开标一览表中所报免费质保期为评审依据。

		根据投标人提供的技术培训方案进行综合评审： 1) 对本项目的特点和难点理解准确，技术培训方案优于本项目采购需求，完整详细，可行性、实用性、针对性强，得5分； 2) 对本项目的特点和难点理解较为准确，技术培训方案满足本项目采购需求，完整详细，可行性、实用性、针对性较强，得4分； 3) 对本项目的特点和难点理解基本准确，技术培训方案适合本项目采购需求，较完整详细，具有可行性、实用性和针对性，得3分； 4) 对本项目的特点和难点理解有待提升，技术培训方案可行性、实用性和针对性有待改善，得2分； 5) 对本项目的特点和难点理解不足，技术培训方案不能保障本项目的，得1分； 6) 未提供方案的不得分。
	6	技术培训方案（5分）

	7	安装、调试方案（5分） 根据投标人提供的针对本项目的安装、调试方案，方案内容从货物安装、调试等方面考虑，由评标委员会进行综合评分： 1）安装、调试方案优于本项目采购需求，完整详细，安装工艺流程规范、调试测试全面、安全保障措施严密，可行性、实用性、针对性强，得5分； 2）安装、调试方案适合本项目采购需求，较完整详细，安装流程清晰、调试及安全措施到位，可行性、实用性、针对性较强，得4分； 3）安装、调试方案基本满足本项目采购需求，基本全面，安装及调试核心环节有明确操作规范，具备基础的安全保障措施，具有可行性、实用性和针对性，得3分； 4）安装、调试方案及计划安排有待提升，安装流程或调试环节存在不足，安全保障措施不够健全，可行性、实用性和针对性有待改善，得2分； 5）安装、调试方案及计划安排不足，安装流程或调试环节存在较大问题，安全保障措施不健全，得1分； 6）未提供安装、调试方案的不得分。	
3.3.5 投标报价	1	投标报价得分计算 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价（适用价格扣除的，用扣除后的价格参与评审）的价格分为满分，其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分 = （评标基准价 / 投标报价） × 投标报价满分分值。	30分

另，本项目提交投标文件截止时间、开标时间由2026年07月15日10点00分（北京时间），更改为：2026年07月30日10点00分（北京时间）。

更正日期：2026年07月14日

三、其他补充事宜

本公告相关信息同时在“安徽省政府采购网、中国招标投标公共服务平台（www.cebpubservice.com）、安徽省招标投标信息网（www.ahtba.org.cn）、优质采云采购平台（网址：www.youzhicai.com）、优质采招标采购平台（www.yzczb.com）”等媒介上发布。

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名 称：蚌埠医科大学第一附属医院

地 址：安徽省蚌埠市长淮路287号

联系方式：0552-3086506

2. 采购代理机构信息

名 称：安徽省招标集团股份有限公司

地 址：合肥市紫云路888号

联系方式：应急客服电话：0551-62220153（接听时间：8:30-12:00,13:30-17:30，节假日除外。潜在投标人应优先拨打项目联系人联系电话，无人接听时再拨打该“应急客服电话”）

3. 项目联系方式

项目联系人：俞云龙、倪孟杰、施雨朦、章永兴

电 话：0551-66061348、0551-66061352、0551-66061355、15255522615（无人接听可短信留言）

五、附件

1. 蚌埠医科大学第一附属医院磁共振成像系统招标采购更正公告

2. 原招标文件