

安徽医科大学第一附属医院遥测心电监护仪（1拖8）采购项目更正公告

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：ZF2025-36-1529

原公告的采购项目名称：安徽医科大学第一附属医院遥测心电监护仪（1拖8）采购项目

首次公告日期：2025年10月11日

二、更正信息

更正事项：☒采购公告 ☒采购文件 ☐采购结果

更正内容：

1、招标文件第三章采购需求4.2技术要求表参数中“*3.3 心律失常监测方法：支持心律失常分析种类 ≥ 22 种，可适用于成人，儿童和新生儿”现更正为：“*3.3 心律失常监测方法：支持心律失常分析种类 ≥ 22 种”。

2、招标文件第三章采购需求4.2技术要求表参数中“■5.4 工作电压及连续工作时间：额定工作电压 $\leq 1.8V$ ，支持 ≥ 6 天连续监护（提供证明文件）”现更正为：“■5.4 工作电压及连续工作时间：额定工作电压 $\leq 3.6V$ ，支持 ≥ 96 小时连续监护（提供证明文件）”。

3、招标文件第三章采购需求4.2技术要求表参数中“■6.3 工作电压及连续监测时间：额定工作电压 $\leq 3.6V$ ，连续监测ECG和SpO₂ ≥ 5 天；连续监测ECG ≥ 8 天（提供证明文件）”现更正为：“■6.3 工作电压及连续监测时间：额定工作电压 $\leq 3.6V$ ，支持 ≥ 96 小时连续监护（提供证明文件）”。

4、招标文件第三章采购需求4.2技术要求表参数中“6.4 防水等级： $\geq IPX8$ （提供证明文件）”现更正为：“6.4 防水等级： $\geq IPX7$ （提供证明文件）”。

5、本项目提交投标文件截止时间、开标时间延期至2025年11月18日9点30分（北京时间）。

更正日期：2025年10月31日

三、其他补充事宜

本项目相关信息同时在“安徽省政府采购网（www.ccgp-anhui.gov.cn）、中国招标投标公共服务平台（www.cebpubservice.com）、安徽省招标投标信息网（www.ahtba.org.cn）、优质采云采购平台（网址：www.youzhicai.com）、优质采招标采购平台（www.yzczb.com）”等媒介上发布；

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：安徽医科大学第一附属医院

地址：合肥市绩溪路218号

联系方式：0551-62922911

2. 采购代理机构信息（如有）

名称：安徽省招标集团股份有限公司

地址：安徽省合肥市包河区紫云路888号

联系方式：应急客服电话：0551-62220153（接听时间：8:30-12:00, 13:30-17:30，节假日除外。潜在投标人应优先拨打联系电话，无人接听时再拨打该“应急客服电话”）

3. 项目联系方式

项目联系人：李星、程椿、倪孟杰、施雨朦

电 话：0551-66061350、66061352、66061356、66061355、18256096609（无人接听可短信留言）

五、附件

1. 安徽医科大学第一附属医院遥测心电监护仪（1拖8）采购项目更正公告
2. 原招标文件