

上海市第六人民医院安徽医院采购后 64 排 超高端 CT 项目更正公告（四）

一、项目基本情况

项目编号：FS34000120239241 号/ZF2025-32-0218

项目名称：上海市第六人民医院安徽医院采购后 64 排超高端 CT

首次公告日期：2025 年 04 月 02 日

二、更正信息

更正事项： 采购公告 采购文件 采购结果

更正内容：

1、本项目招标文件第三章采购需求及技术规格要求中“★总体要求一、设备用途：用于全身扫描的临床应用和临床研究。投标产品必须是厂家在投标时全 CT 产品中的高档机型及最新平台产品：GE 须提供 Revolution Apex 平台，Philips 须提供 Spectral CT 机型，SIEMENS 须提供 SOMATOM Force 机型，联影须提供天河平台技术产品，其他品牌须提供同档次最先进机型。”现更正为“★总体要求一、设备用途：用于全身扫描的临床应用和临床研究。投标产品必须是厂家在投标时全 CT 产品中的高档机型及最新平台产品：GE 须提供 Revolution Apex 平台，Philips 须提供 Spectral CT 机型，SIEMENS 须提供 SOMATOM Force 机型，联影须提供 uCT968 机型，其他品牌须提供同档次最先进机型。”

2、原提交投标文件截止时间（开标时间）延期至：2025 年 06 月 11 日 09 点 00 分（北京时间）。

更正日期：2025年05月26日

三、其他补充事宜

1. 本项目实施全流程电子化交易，投标文件实施网上远程解密，投标人无需前往开标现场。
2. 此公告视同招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。请投标人及时下载。

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名 称：安徽省立医院
地 址：安徽省合肥市庐阳区庐江路 17 号
联系方式：0551-62282541

2. 采购代理机构信息

名 称：安徽省招标集团股份有限公司
地 址：安徽省合肥市包河区紫云路 888 号安徽省招标集团总部
基地
联系方式：15905605972

3. 项目联系方式

项目联系人：安丽、于潍潍
电 话：18010874352