

# 中国科学技术大学附属第一医院（安徽省立医院）采购心肺运动仪更正公告

## 一、项目基本情况

项目编号：FS34000120258471号/ZF2025-32-1546

项目名称：中国科学技术大学附属第一医院（安徽省立医院）采购心肺运动仪

首次公告日期：2025年11月26日

## 二、更正信息

更正事项： 采购公告  采购文件  采购结果

更正内容：

1、本项目招标文件第三章采购需求及技术规格要求现删除1.4 心电采集盒能够单独使用，能够当做单独的心电图机使用，且能够通过内置热敏打印纸打印心电报告。

2、本项目招标文件第三章采购需求及技术规格要求现删除1.5 热敏和激光打印的走纸速度：25、50 mm/s ±2%。

3、本项目招标文件第三章采购需求及技术规格要求现删除3.2.2 心电与踏车为同一品牌。

4、本项目招标文件第三章采购需求及技术规格要求“3.1.1 运动心电、肺功能测试系统、运动设备，为同一厂家”现更正为“3.1.1运动心电、肺功能测试系统、运动设备，通过国家药监局检测。”。

5、本项目招标文件第三章采购需求及技术规格要求“3.3.2 采用数字超声式二氧化碳分析器，测量范围：0-17.5%，测量精度：±0.03%，响应时间：≤ 90 ms (10-90%)”现更正为“3.3.2采用数字超声式二氧化碳分析器或红外线技术，测量范围:0-17.5%，测量精度:±0.03%，响应时间:≤90ms (10-90%)。”

6、本项目第四章资格审查和评标办法中技术参数及要求“《第三章 采购需求及技术规格要求中的技术参数内容》中二、技术要求内容评审明细如下：无标识项的为一般指标项，每满足（或优于）一项，加1分；本小项满分31分。”现更正为“《第三章 采购需求及技术规格要求中的技术参数内容》中二、技术要求内容评审明细如下：无标识项的为一般指标项，每满足（或优于）一项，加1.2分；本小项满分33.6分。”

7、本项目第四章资格审查和评标办法中“供货安装（调试）方案（0-5分）根据投标人投标文件中提供的供货安装（调试）方案进行评审，包括但不限于设备运输方案、安装人员配备方案、设备调试方案等进行综合评审：（1）对项目现场了解充足，安装方案有针对性，明确且详细，安装人员配备充分满足项

目需求且有富余，设备调试方案有效可行得5分；（2）对项目现场了解，安装方案较明确且详细，安装人员配备能较大程度满足项目需求，设备调试方案较有效可行得3分；（3）对项目现场基本了解，安装方案基本明确，安装人员配备基本能满足项目需求，设备调试方案有待完善得1分；（4）未提供相关内容的不得分。”现更正为“供货安装（调试）方案（0-2.4分）根据投标人投标文件中提供的供货安装（调试）方案进行评审，包括但不限于设备运输方案、安装人员配备方案、设备调试方案等进行综合评审：（1）对项目现场了解充足，安装方案有针对性，明确且详细，安装人员配备充分满足项目需求且有富余，设备调试方案有效可行得2.4分；（2）对项目现场了解，安装方案较明确且详细，安装人员配备能较大程度满足项目需求，设备调试方案较有效可行得2分；（3）对项目现场基本了解，安装方案基本明确，安装人员配备基本能满足项目需求，设备调试方案有待完善得1分；（4）未提供相关内容的不得分。”

8、本项目提交投标文件截止时间、开标时间延期至2025年12月19日14点30分（北京时间）。

更正日期：2025年12月4日

### 三、其他补充事宜

1. 本项目实施全流程电子化交易，投标文件实施网上远程解密，投标人无需前往开标现场。
2. 此公告视同招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。请投标人及时下载。

### 四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系

#### 1. 采购人信息

名称：安徽省立医院

地址：安徽省合肥市庐阳区庐江路17号

联系方式：0551-62282541

#### 2. 采购代理机构信息

名称：安徽省招标集团股份有限公司

地址：安徽省合肥市包河区紫云路888号安徽省招标集团总部基地

联系方式：安丽、于潍潍0551-66061413、0551-66061414

#### 3. 项目联系方式

项目联系人：安丽、于潍潍

电话：15905605972、18010874352

应急客服电话：0551-62220153（接听时间：8:30-12:00,13:30-17:30，节假日除外。潜在投标人/供应商应优先拨打联系电话，无人接听时再拨打该“应急客服电话”）