

安徽医科大学第一附属医院数字一体化手术室设备（含无影灯、手术床、吊塔）采购项目更正公告-2

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：ZF2025-36-1923

原公告的采购项目名称：安徽医科大学第一附属医院数字一体化手术室设备（含无影灯、手术床、吊塔）采购项目

首次公告日期：2025年11月19日

二、更正信息

更正事项：采购公告 采购文件 采购结果

更正内容：

1、针对安徽医科大学第一附属医院数字一体化手术室设备（含无影灯、手术床、吊塔）采购项目更正公告：

招标文件第三章采购需求4.2技术要求表参数中“医用吊桥 8.1 抗菌材质 吊塔主体材料要求为6005高强度铝合金，方形全封闭式设计，吊塔所采用的材料必须防腐蚀，便于清洗，吊塔表面喷塑采用环保抗菌粉末，具有表面抑制细菌再生作用，满足大肠杆菌及金黄色葡萄球菌抗菌率 $\geq 99.9\%$ 要求”现更正为：“医用吊桥 8.1 抗菌材质 吊塔主体材料要求为6005高强度铝合金，全封闭式设计，吊塔所采用的材料必须防腐蚀，便于清洗，吊塔表面喷塑采用环保抗菌粉末，具有表面抑制细菌再生作用，满足大肠杆菌及金黄色葡萄球菌抗菌率 $\geq 99.9\%$ 要求”。

更正日期：2025年12月9日

三、其他补充事宜

本项目相关信息同时在“安徽省政府采购网（www.ccgp-anhui.gov.cn）、中国招投标公共服务平台（www.cepubservice.com）、安徽省招标投标信息网（www.ahtba.org.cn）、优质采云采购平台（www.youzhicai.com）、优质采招标采购平台（www.yzczb.com）”等媒介上发布；

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名 称：安徽医科大学第一附属医院

地 址：合肥市绩溪路218号

联系方式：0551-62922911

2. 采购代理机构信息（如有）

名 称：安徽省招标集团股份有限公司

地 址：安徽省合肥市包河区紫云路888号

联系方式：应急客服电话：0551-62220153（接听时间：8:30-12:00, 13:30-17:30，节假日除外。潜在投标人应优先拨打联系电话，无人接听时再拨打该“应急客服电话”）

3. 项目联系方式

项目联系人：李星、程椿、倪孟杰、施雨朦

电 话：0551-66061350、66061352、66061356、66061355、18256096609（无人接听可短信留言）

五、附件

1. 安徽医科大学第一附属医院数字一体化手术室设备（含无影灯、手术床、吊塔）采购项目更正公告-2

2. 原招标文件