

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：ZF2025-36-1164

原公告的采购项目名称：安徽省紧密型县域医共体设备更新一期项目-超声诊断仪三

首次公告日期：2025年8月12日

二、更正信息

更正事项： ☒ 采购公告 ☒ 采购文件 ☐ 采购结果

更正内容：

1、第三章采购需求（二）技术参数及要求“5.1.1具备实时三平面造影和实时三维造影”删除；

2、第三章采购需求（二）技术参数及要求“5.2.1具备颈动脉血流矢量分析技术或超分辨率微血管成像或灰阶血流成像技术或血流斑点追踪成像：支持用具有方向的箭头/线条/颜色来描述血管内的血流动力学特征；具备血流成像定量技术或血管壁剪切应力的测量。”修改为“5.2.1具备颈动脉血流矢量分析技术或超分辨率微血管成像或灰阶血流成像技术或血流斑点追踪成像或血管增强技术：具备血流成像定量技术或管壁剪切应力的测量；”

3、第三章采购需求（二）技术参数及要求“●6.6.1三维自动二尖瓣定量；三维自动左心耳定量或实时自动三尖瓣定量”修改为“●6.6.1三维自动左心耳定量或实时自动三尖瓣定量。”

4、招标文件第四章资格审查和评标办法（综合评分法）的第二节评标办法“3.2.3（2）技术部分 8 产品的技术参数（35分）”中“一般技术参数条款的总数量为39项”的内容修改为“一般技术参数条款的总数量为38项”。

5、开标时间、投标文件提交截止时间修改为：2025年09月25日09时30分；

更正日期：2025年09月04日

三、其他补充事宜

本项目相关信息同时在“安徽省政府采购网（www.ccgp-anhui.gov.cn）、中国招标投标公共服务平台（www.cebpubservice.com）、安徽省招标投标信息网（www.ahtba.org.cn）、优质采云采购平台（网址：www.youzhicai.com）、优质采招标采购平台（www.yzczb.com）”等媒介上发布。

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名 称：安徽省卫生健康委员会

地 址：合肥市包河区屯溪路435号

联系方式：0551-62998136

2. 采购代理机构信息（如有）

名 称：安徽省招标集团股份有限公司

地 址：安徽省合肥市包河区紫云路888号

联系方式：应急客服电话：0551-62220153（接听时间：8:30-12:00,13:30-17:30，节假日除外。潜在投标人应优先拨打项目联系人联系电话，无人接听时再拨打该“应急客服电话”）

3. 项目联系方式

项目联系人：杨婉莹、李星、施雨朦、许亮、章永兴

电 话：0551-66061353、0551-66061356、0551-66061355、0551-66061351、0551-66061349、18096669151（施）、13696536668（许）

五、附件

1. 安徽省紧密型县域医共体设备更新一期项目-超声诊断仪三更正公告

2. 原招标文件