

安徽医科大学第一附属医院正电子发射及 X 射线计算机断层成像系统（PET/CT）采购项目更正公告3

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：ZF2026-36-1037

原公告的采购项目名称：安徽医科大学第一附属医院正电子发射及 X 射线计算机断层成像系统（PET/CT）采购项目

首次公告日期：2026年8月25日

二、更正信息

更正事项：☐采购公告 ☒采购文件 ☐采购结果

更正内容：

1、招标文件第三章采购需求4.2技术要求表的PET部分“*7.3 晶体厚度或轴向视野 晶体厚度 $\geq 20\text{mm}$ 或轴向视野 $\geq 35\text{cm}$ ”，现更正为：“*7.3 晶体厚度或轴向视野 晶体厚度 $\geq 20\text{mm}$ 或轴向视野 $\geq 28\text{cm}$ ”。

2、招标文件第三章采购需求4.2技术要求表的CT部分“1 CT重建层数 ≥ 128 ”现更正为：“*1 CT重建层数 ≥ 128 ”。

3、招标文件第三章采购需求4.2技术要求表的CT部分“*2.1 探测器排数 ≥ 32 排”现更正为：“2.1 探测器排数 ≥ 32 排”。

4、招标文件第三章采购需求4.2技术要求表的CT部分“■2.3 探测器数量 ≥ 20000 块”现更正为：“*2.3 CT每排探测器探测器数量 ≥ 700 ”。

5、招标文件第三章采购需求4.2技术要求表的CT部分“4.3 球管大焦点 $\leq 1.1 \times 1.2\text{mm}$ ”，现更正为：“*4.3 球管大焦点 $\leq 1.0\text{mm}^2$ ”。

6、招标文件第四章资格审查和评标办法（综合评分法）的详细评审表中：产品的技术参数（35分）的第2）项中：“根据投标文件与招标文件要求核心（重要）参数（标记“■”的技术参数）的偏离情况进行评审，每满足一项得1.75分，共16项，满分28分”更正为：“根据投标文件与招标文件要求核心（重要）参数（标记“■”的技术参数）的偏离情况进行评审，每满足一项得1.8分，共15项，满分27分”。

7、招标文件第四章资格审查和评标办法（综合评分法）的详细评审表中：产品的技术参数（35分）的第3）项中：“一般技术参数条款的总数量为129项，满分7分”更正为：“一般技术参数条款的总数量为125项，满分8分”。

更正日期：2026年9月14日

三、其他补充事宜

1. 本项目相关信息同时在“安徽省政府采购网（www.ccgp-anhui.gov.cn）、中国招标投标公共服务平台（www.cebpubservice.com）、安徽省招标投标信息网（www.ahtba.org.cn）、优质采云采购平台（www.youzhicai.com）、优质采招标采购平台（www.yzczb.com）”等媒介上发布；

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：安徽医科大学第一附属医院

地址：合肥市绩溪路218号

联系方式：0551-62922911

2. 采购代理机构信息（如有）

名 称：安徽省招标集团股份有限公司

地 址：安徽省合肥市包河区紫云路888号

联系方式：应急客服电话：0551-62220153（接听时间：8:30-12:00,13:30-17:30，节假日除外。潜在投标人应优先拨打联系电话，无人接听时再拨打该“应急客服电话”）

3. 项目联系方式

项目联系人：李星、程椿、倪孟杰、施雨朦

电 话：0551-66061350、66061352、66061356、66061355、18256096609（无人接听可短信留言）

五、附件

1. 安徽医科大学第一附属医院正电子发射及 X 射线计算机断层成像系统（PET/CT）采购项目更正公告³
2. 原招标文件