

安徽省紧密型县域医共体设备更新一期项目-数字化摄影X射线机（DR）一更正公告

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：ZF2025-36-1174

原公告的采购项目名称：安徽省紧密型县域医共体设备更新一期项目-数字化摄影X射线机（DR）一

首次公告日期：2025年08月12日

二、更正信息

更正事项：☒采购公告 ☒采购文件 ☐采购结果

更正内容：

1、招标文件第三章采购需求4.2技术要求表参数中“6.1 球管与胸片架是否双向跟踪：具备”现更正为：“6.1 球管与胸片架(平板探测器)自动跟踪:具备”。

2、招标文件第四章资格审查和评标办法（综合评分法）产品的技术参数中“一般技术参数条款的总数量为34项，满分7分”现更正为：“一般技术参数条款的总数量为33项，满分7分”。

3、本项目提交投标文件截止时间、开标时间延期至2025年09月16日09点30分（北京时间）。

更正日期：2025年08月27日

三、其他补充事宜

本项目相关信息同时在“安徽省政府采购网（www.ccgp-anhui.gov.cn）、中国招标投标公共服务平台（www.cebpubservice.com）、安徽省招标投标信息网（www.ahtba.org.cn）、优质采云采购平台（网址：www.youzhicai.com）、优质采招标采购平台（www.yzczzb.com）”等媒介上发布；

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：安徽省卫生健康委员会

地址：合肥市包河区屯溪路435号

联系方式：0551-62998136

2. 采购代理机构信息（如有）

名称：安徽省招标集团股份有限公司

地 址：安徽省合肥市包河区紫云路888号

联系方式：应急客服电话：0551-62220153（接听时间：8:30-12:00,13:30-17:30，节假日除外。潜在投标人应优先拨打联系电话，无人接听时再拨打该“应急客服电话”）

3. 项目联系方式

项目联系人：施雨朦、朱光祖、程椿、许亮

电 话：0551-66061355、0551-66061354、0551-66061350、0551-66061351、18096669151（施）、13866705214（朱）、13696536668（许）

五、附件

1. 安徽省紧密型县域医共体设备更新一期项目-数字化摄影X射线机（DR）一更正公告
2. 原招标文件