

安徽省紧密型县域医共体设备更新一期项目-超声诊断仪四更正公告

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：ZF2025-36-1979

原公告的采购项目名称：安徽省紧密型县域医共体设备更新一期项目-超声诊断仪四

首次公告日期：2025年12月2日

二、更正信息

更正事项：采购公告 采购文件 采购结果

更正内容：

1、招标文件第三章采购需求4.2技术要求表中“3.7自适应核磁像素优化技术或智能化斑点噪声抑制技术，或微米成像技术。多级可调，应用于所有成像模式，可实时或后处理实现”现修改为：“3.7自适应核磁像素优化技术或智能化斑点噪声抑制技术或微米成像技术。多级可调，适用于二维成像模式，可实时或后处理实现”。

2、招标文件第三章采购需求4.2技术要求表中“4.12 具备国际标准的子宫内膜肿瘤评估报告系统或支持子宫内膜蠕动波分析功能”现修改为：“4.12 具备子宫内膜肿瘤评估报告系统或支持子宫内膜蠕动波分析功能”。

3、招标文件第三章采购需求4.2技术要求表中“5.8 容积能量模式直方图，结合不规则体积测量可计算血管指数VI, FI和VFI”现修改为：“5.8 容积能量模式，结合不规则体积测量可计算血管指数VI, FI 和VFI”。

4、招标文件第三章采购需求4.2技术要求表中“7.1 数字集成化TGC分段 ≥ 8 ”现修改为：“7.1 TGC 分段 ≥ 8 ”。

5、招标文件第三章采购需求4.2技术要求表中“8.3.4 腹部容积探头, 2-7MHz, 最大扫描视野 $\geq 90^\circ \times 85^\circ$ (容积) (提供技术白皮书或图片)”现修改为：“8.3.4 腹部容积探头, 2-7MHz, 最大扫描视野 $\geq 90^\circ$, 容积扫描角度 $\geq 85^\circ$ (提供技术白皮书或图片)”。

6、招标文件第三章采购需求4.2技术要求表中“8.3.5 腔内容积探头, 4-9MHz, 最大扫描视野 $\geq 180^\circ \times 120^\circ$ (容积) (提供技术白皮书) ”现修改为：“8.3.5 腔内容积探头, 4-9MHz, 最大扫描视野 $\geq 180^\circ$, 容积扫描角度 $\geq 120^\circ$ (提供技术白皮书或图片)”。

7、招标文件第三章采购需求4.2技术要求表中“1. 数量及用途: 10台, 应用于妇科、产科、生殖、腹部、心脏、小器官、儿科、其他, 所投机型必须支持多种容积探头并满足产科超声诊断, 妇科疑难病例超声诊断, 胎儿畸形产前诊断等, 机器具备持续升级能力且终身提供免费版本升级”现修改为：“1. 用途: 应用于妇科、产科、生殖、腹部、心脏、小器官、儿科、其他, 所投机型必须支持多种容积探头并满足产科超声诊断, 妇科疑难病例超声诊断, 胎儿畸形产前诊断等, 机器具备持续升级能力且终身提供免费版本升级”。

8、本项目提交投标文件截止时间、开标时间延期至2026年1月5日上午9: 30。

更正日期：2025年12月19日

三、其他补充事宜

本项目相关信息同时在“安徽省政府采购网（www.ccgp-anhui.gov.cn）、中国招标投标公共服务平台（www.cepubservice.com）、安徽省招标投标信息网（www.ahtba.org.cn）、优质采云采购平台（网址：www.youzhicai.com）、优质采招标采购平台（www.yzczb.com）”等媒介上发布；

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：安徽省卫生健康委员会

地址：合肥市包河区屯溪路435号

联系方式：0551-62998136

2. 采购代理机构信息（如有）

名称：安徽省招标集团股份有限公司

地址：安徽省合肥市包河区紫云路888号

联系方式：应急客服电话：0551-62220153（接听时间：8:30-12:00, 13:30-17:30，节假日除外。潜在投标人应优先拨打联系电话，无人接听时再拨打该“应急客服电话”）

3. 项目联系方式

项目联系人：施雨朦、杨婉莹、李星、许亮、章永兴

电话：0551-66061355、0551-66061353、0551-66061356、0551-66061351、0551-66061349、18096669151（施）、13696536668（许）

五、附件

1. 安徽省紧密型县域医共体设备更新一期项目-超声诊断仪四更正公告

2. 原招标文件