

安徽省紧密型县域医共体设备更新一期项目-超声诊断仪九更正公告

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：ZF2025-36-1822

原公告的采购项目名称：安徽省紧密型县域医共体设备更新一期项目-超声诊断仪九

首次公告日期：2025年11月11日

二、更正信息

更正事项：☒采购公告 ☒采购文件 ☐采购结果

更正内容：

1、第三章采购需求（二）技术参数及要求“○1.6可选配探头：腹部、小器官、腔内、心脏、腹部容积、线阵矩阵、经食道心脏等探头，经食道心脏探头须具有三类医疗器械注册证（提供注册检验报告或盖章版技术白皮书或第三方检测机构出具的证明材料）”修改为“○1.6可选配探头：腹部、小器官、腔内、心脏、经食道心脏等探头，经食道心脏探头须具有三类医疗器械注册证（提供注册检验报告或盖章版技术白皮书或第三方检测机构出具的证明材料）”。

2、第三章采购需求（二）技术参数及要求“●2.16具有组织多普勒成像及定量分析，支持TVI、TVD、TVM、TEI四种模式，支持曲线解剖M型和彩色曲线解剖M型”修改为“●2.16具有组织多普勒成像及定量分析，支持TVI、TVD、TVM、TEI四种模式，支持曲线解剖M型”。

3、第三章采购需求（二）技术参数及要求“2.19具有弹性成像及定量分析单元，支持逐帧图像的压力大小查看，具备组织硬度定量分析软件，支持多种比值分析，柱状图分析，支持定量测量映射分析，即在组织图测量时可在弹性图同步测量，支持应变率测量和肿块周边组织弹性定量分析，自动描记肿块周边组织，并支持弹性对比分析功能”修改为“2.19具有弹性成像及定量分析单元，支持逐帧图像的压力大小查看，具备组织硬度定量分析软件，支持多种比值分析，柱状图分析，支持定量测量映射分析，即在组织图测量时可在弹性图同步测量，支持组织弹性定量分析”。

4、第三章采购需求（二）技术参数及要求“5.4动态图像、静态图像以PC格式直接导出（支持单帧图像文件包含：DCM、TIFF、BMP、JPG单帧，电影文件包括：CIN、AVI、DCM），无需特殊软件即能在普通PC机上直接观看图像”现修改为：此条参数删除。

5、招标文件第四章资格审查和评标办法（综合评分法）的第二节评标办法中“产品的技术参数”第4条中“一般技术参数条款的总数量为65项”现修改为“一般技术参数条款的总数量为64项”。

6、开标时间、投标文件提交截止时间修改为：2025年12月10日09时30分；

更正日期：2025年11月25日

三、其他补充事宜

本项目相关信息同时在“安徽省政府采购网（www.ccgp-anhui.gov.cn）、中国招标投标公共服务平台（www.cebpubservice.com）、安徽省招标投标信息网（www.ahtba.org.cn）、优质采云采购平台（网址：www.youzhicai.com）、优质采招标采购平台（www.yzczzb.com）”等媒介上发布。

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：安徽省卫生健康委员会

地址：合肥市包河区屯溪路435号

联系方式：0551-62998136

2. 采购代理机构信息（如有）

名 称：安徽省招标集团股份有限公司

地 址：安徽省合肥市包河区紫云路888号

联系方式：应急客服电话：0551-62220153（接听时间：8:30-12:00,13:30-17:30，节假日除外。潜在投标人应优先拨打项目联系人联系电话，无人接听时再拨打该“应急客服电话”）

3. 项目联系方式

项目联系人：施雨朦、杨婉莹、李星、许亮

电 话：0551-66061355、0551-66061353、0551-66061356、18096669151（施）、13696536668（许）

五、附件

招标文件