

# 安徽省紧密型县域医共体设备更新一期项目-超声诊断仪五更正公告

## 一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：ZF2025-36-1187

原公告的采购项目名称：安徽省紧密型县域医共体设备更新一期项目-超声诊断仪五

首次公告日期：2025年8月12日

## 二、更正信息

更正事项：采购公告 采购文件 采购结果

更正内容：

1、招标文件第三章采购需求4.2技术要求表第一包、第二包核心参数、重要参数及一般参数中“**3.3** 操作面板可电动上下升降、左右旋转和前后平移”现更正为：“**3.3** 操作面板可电动上下升降、左右旋转和前后平移”。

2、招标文件第三章采购需求4.2技术要求表第一包、第二包核心参数、重要参数及一般参数中“3.5 具备中央刹车系统（可一键同时锁定/解锁四个轮（非四轮单独刹车））”现更正为：此条参数删除。

3、招标文件第三章采购需求4.2技术要求表第一包、第二包核心参数、重要参数及一般参数中“**5.2.5** 造影成像可以与融合成像、定位功能结合使用”现更正为：“**5.2.5** 造影成像可以与融合成像、定位功能结合使用”。

4、招标文件第三章采购需求4.2技术要求表第一包、第二包核心参数、重要参数及一般参数中“**4.2** 数字化连续多普勒显示和分析单元：支持凸阵或线阵探头（提供注册检验报告或技术白皮书或第三方有权机构出具的证明材料）”现更正为：“**4.2** 数字化连续多普勒显示和分析单元：支持凸阵或线阵探头或相控阵探头(提供注册检验报告或技术白皮书或第三方有权机构出具的证明材料)”。

5、招标文件第三章采购需求4.2技术要求表第一包、第二包核心参数、重要参数及一般参数中“8.2 二维灰阶模式帧速率：凸阵探头，18cm深度，扫描角度80°，最高线密度下，二维帧频≥50帧/秒 相控阵探头，18cm深度，扫描角度90°，最高线密度下，二维帧频≥50帧/秒”现更正为：“8.2 二维灰阶模式帧速率：凸阵探头，18cm深度，扫描角度80°，二维帧频≥50帧/秒 相控阵探头，18cm深度，扫描角度90°，二维帧频≥50帧/秒”。

6、第一包、第二包招标文件第二章投标人须知前附表中“12.5多包投标、多包中标的规定”的内容更正为：

条款号	条款名称	编列内容
-----	------	------

12.5	多包投标、多包中标的规定	1、评审顺序：本项目评审时按“第1包→第2包……”的包号数字递增顺序评审。 2、投标约定：投标人可对本项目一个或多个包进行投标。 3、中标约定： （1）对于本项目第1包、第2包：同一投标人只能取得其中一个包的中标资格，且在后续标包的评审中该投标人均视为无效投标人。 （2）如某标包因中标人放弃中标资格、质疑或投诉等原因导致评审结果变更的，不影响其他包评审结果，也不受多投单中规则影响。
------	--------------	--

7、第一包、第二包招标文件第四章资格审查和评标办法（综合评分法）的第二节评标办法“3.2.3（2）技术部分 8 产品的技术参数（35分）”中“一般技术参数条款的总数量为38项”的内容更正为：“一般技术参数条款的总数量为37项”。

8、本项目提交投标文件截止时间、开标时间延期至2025年9月18日上午9：30。

更正日期：2025年8月27日

### 三、其他补充事宜

关于本项目招标文件多处参数要求的证明材料不一致问题澄清如下：

因不同参数实现的临床功能不同，呈现方式不同，要求提供不同的证明材料是基于保障临床需求。且文件中已有相关表述“对于标注‘★’、‘■’、‘●’号项技术性能参数的响应情况，以招标文件明确要求的材料为准，若招标文件未明确要求则以所投产品制造商公开发布的资料或产品技术白皮书或产品彩页或检测机构出具的检测报告或功能界面截图或官网功能截图或评标委员会认可的其他证明材料为准”。即技术参数中明确要求提供具体证明材料的，以技术参数中要求的证明材料为准，否则以上述证明材料为准。

本项目相关信息同时在“安徽省政府采购网（[www.ccgp-anhui.gov.cn](http://www.ccgp-anhui.gov.cn)）、中国招标投标公共服务平台（[www.cebpubservice.com](http://www.cebpubservice.com)）、安徽省招标投标信息网（[www.ahtba.org.cn](http://www.ahtba.org.cn)）、优质采云采购平台（网址：[www.youzhicai.com](http://www.youzhicai.com)）、优质采招标采购平台（[www.yzczb.com](http://www.yzczb.com)）”等媒介上发布。

### 四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

#### 1. 采购人信息

名称：安徽省卫生健康委员会

地址：合肥市包河区屯溪路435号

联系方式：0551-62998136

#### 2. 采购代理机构信息（如有）

名称：安徽省招标集团股份有限公司

地址：安徽省合肥市包河区紫云路888号

联系方式：应急客服电话：0551-62220153（接听时间：8:30-12:00,13:30-17:30，节假日除外。潜在投标人应优先拨打联系电话，无人接听时再拨打该“应急客服电话”）

### 3. 项目联系方式

项目联系人：施雨朦、李星、倪孟杰、许亮、章永兴

电话：0551-66061355、0551-66061356、0551-66061352、0551-66061351、0551-66061349、18096669151（施）、13696536668（许）

## 五、附件

1. 安徽省紧密型县域医共体设备更新一期项目-超声诊断仪五更正公告
2. 原招标文件