

首都医科大学附属北京天坛医院安徽医院神经外科手术显微镜采购项目更正公告

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：ZF2026-36-1243

原公告的采购项目名称：首都医科大学附属北京天坛医院安徽医院神经外科手术显微镜采购项目

首次公告日期：2026年10月08日

二、更正信息

更正事项：☐采购公告 ☒采购文件 ☐采购结果

更正内容：第三章采购需求 五、技术参数

- 1、“1.16机头角度：主镜可绕垂直轴旋转 $\geq 540^{\circ}$ ，左右倾斜： $\geq -45^{\circ}/45^{\circ}$ ，前倾 $\geq 25^{\circ}$ /后倾 $\geq 120^{\circ}$ ”修改为“1.16机头角度：主镜可绕垂直轴旋转 $\geq 270^{\circ}$ ，左右倾斜： $\geq -45^{\circ}/45^{\circ}$ ，前倾 $\geq 25^{\circ}$ /后倾 $\geq 90^{\circ}$ ”；
- 2、“2.2主光源与备用光源皆为 ≥ 300 瓦氙灯或同等亮度LED灯，集成化设计无外挂，可一键切换；”修改为“*2.2主光源与备用光源皆为 ≥ 250 瓦氙灯（非LED、卤素灯），集成化设计无外挂，可一键切换”；
- 3、“☒2.3氙灯寿命提示：具有剩余时间提示和亮度报警功能；并承诺氙灯使用寿命 ≥ 500 小时或LED灯 ≥ 50000 小时，若低于承诺时长则更换新灯泡，费用由投标人承担（提供承诺函并加盖投标商公章）”修改为“☒2.3氙灯寿命提示：具有剩余时间提示和亮度报警功能；并承诺氙灯使用寿命 ≥ 500 小时，若低于承诺时长则更换新灯泡，费用由投标人承担（提供承诺函并加盖投标商公章）”；
- 4、“☒4.1一体化设计无外置台车，镜体内完全内置超高清4K摄像头，视频分辨率 $\geq 3840 \times 2160$ P，无需外接分光器和视频适配器，便于临床线缆管理”修改为“☒4.1一体化设计无外置台车，镜体内完全内置高清及以上摄像头，视频分辨率 $\geq 1920 \times 1080$ P，无需外接分光器和视频适配器，便于临床线缆管理”；
- 5、2.1采购内容总预算/最高投标限价（万元）修改为：600万元。

更正日期：2026年10月10日

三、其他补充事宜

本项目相关信息同时在“安徽省政府采购网（www.ccgp-anhui.gov.cn）、中国招标投标公共服务平台

台（www.cebpubservice.com）、安徽省招标投标信息网（www.ahtba.org.cn）、优质采云采购平台（网址：www.youzhicai.com）、优质采招标采购平台（www.yzczb.com）”等媒介上发布；

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名 称：皖南医科大学第一附属医院（弋矶山医院）

地 址：芜湖市镜湖区赭山西路 2 号

联系方式：0553-5739103

2. 采购代理机构信息

名 称：安徽省招标集团股份有限公司

地 址：安徽省合肥市包河区慈云路888号

联系方式：应急客服电话：0551-62220153（接听时间：8:30-12:00,13:30-17:30，节假日除外。潜在

在投标人应优先拨打项目联系人联系电话，无人接听时再拨打该“应急客服电话”）

3. 项目联系方式

项目联系人：杨婉莹、丁佳

电 话：0551-66061353、0551-66061357、18715688316（无人接听时可短信留言）

五、附件

招标文件