

上海市第一人民医院蚌埠医院设备更新采购项目（二）更正公告

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：ZF2025-35-0125

原公告的采购项目名称：上海市第一人民医院蚌埠医院设备更新采购项目（二）

首次公告日期：2025 年 2 月 12 日

二、更正信息

更正事项：☐采购公告☒采购文件☐采购结果

更正内容：

1、招标文件第三章采购需求 03 包数字胃肠机技术参数“1.1 高压产生方式：高频逆变， $\geq 80\text{kHz}$ 。”修改为“1.1 高压产生方式：高频逆变， $\geq 30\text{kHz}$ 。”

2、招标文件第三章采购需求 03 包数字胃肠机技术参数“3.7 影像系统移动速度： $\geq 15\text{cm/s}$ ”修改为“3.7 影像系统移动速度： $\geq 10\text{cm/s}$ ”。

3、招标文件第三章采购需求 03 包数字胃肠机技术参数“3.8 影像系统覆盖范围： $\geq 200\text{cm}$ ”修改为“3.8 床面/影像系统纵向覆盖移动： $\geq 200\text{cm}$ ”。

4、招标文件第三章采购需求 03 包数字胃肠机技术参数“3.11 床面/影像系统纵向覆盖移动： $\geq 95\text{cm}$ ”，现删除本条。

5、03 包数字胃肠机增加技术参数“3.11 胃肠造影压迫器：具备。”

6、招标文件第三章采购需求 03 包数字胃肠机技术参数“4.4 有效视野： $\geq 17''\times 17''$ ， ≥ 5 视野可变”，修改为“4.4 有效视野： $\geq 17''\times 17''$ ， ≥ 4 视野可变”。

7、招标文件第三章采购需求 03 包数字胃肠机技术参数“5.9 操作室监视器台数： ≥ 2 台（ $\geq 19''2M$ 医用显示器）”，修改为“5.9 操作室监视器台数： ≥ 2 台（ $\geq 19''1M$ 医用显示器）”。

8、招标文件第三章采购需求 03 包数字胃肠机技术参数“5.10 检查室监视器台数： ≥ 2 台（ $\geq 19''2M$ 医用显示器）”，修改为“5.10 检查室监视器台数： ≥ 2 台（ $\geq 19''1M$ 医用显示器）”。

9、本项目提交投标文件截止时间、开标时间延期至 2025 年 3 月 19 日上午 9：30。

更正日期：2025 年 2 月 28 日

三、其他补充事宜

本更正公告为采购文件组成部分，与采购文件具有同等法律效力。之前发布的文件与本公告不一致的，以本公告为准。

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名 称：蚌埠医学院第二附属医院

地 址：安徽省蚌埠市龙华路 633 号

联系方式：桑老师、0552-3973917

2. 采购代理机构信息

名 称：安徽省招标集团股份有限公司

地 址：合肥市包河大道 236 号

联系方式：应急客服电话：0551-62220153（接听时间：8:30-12:00,13:30-17:30，节假日除外。潜在投标人应优先拨打项目联系人联系电话，无人接听时再拨打该“应急客服电话”）

3. 项目联系方式

项目联系人：方蕾、白子强

电 话：0551-63799361、15255163136