

安徽省紧密型县域医共体设备更新一期项目-核磁共振成像系统（MR）二更正公告

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：ZF2025-36-2023

原公告的采购项目名称：安徽省紧密型县域医共体设备更新一期项目-核磁共振成像系统（MR）二

首次公告日期：2025年12月2日

二、更正信息

更正事项： 采购公告 采购文件 采购结果

更正内容：

1、招标文件第三章采购需求4.2技术要求表核心参数、重要参数及一般参数中“●4、最大单轴梯度场强(X/Y/Z轴可同时达到，非有效值) $\geq 45\text{mT/m}$ ”现修改为：“●4、最大单轴梯度场强(X/Y/Z轴可同时达到，非有效值) $\geq 33\text{mT/m}$ ”。

2、招标文件第三章采购需求4.2技术要求表核心参数、重要参数及一般参数中“●5、最大单轴梯度切换率(X/Y/Z轴可同时达到，非有效值) $\geq 200\text{T/m/s}$ ”现修改为：“●5、最大单轴梯度切换率(X/Y/Z轴可同时达到，非有效值) $\geq 120\text{T/m/s}$ ”。

3、本项目提交投标文件截止时间、开标时间延期至2026年1月5日上午9:30。

更正日期：2025年12月19日

三、其他补充事宜

本项目相关信息同时在“安徽省政府采购网（www.ccgp-anhui.gov.cn）、中国招标投标公共服务平台（www.cepubservice.com）、安徽省招标投标信息网（www.ahtba.org.cn）、优质采云采购平台（网址：www.youzhicai.com）、优质采招标采购平台（www.yzczb.com）”等媒介上发布；

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：安徽省卫生健康委员会

地址：合肥市包河区屯溪路435号

联系方式：0551-62998136

2. 采购代理机构信息（如有）

名称：安徽省招标集团股份有限公司

地址：安徽省合肥市包河区紫云路888号

联系方式：应急客服电话：0551-62220153（接听时间：8:30-12:00, 13:30-17:30，节假日除外。潜在投标人应优先拨打联系电话，无人接听时再拨打该“应急客服电话”）

3. 项目联系方式

项目联系人：施雨朦、倪孟杰、程椿、许亮

电话：0551-66061355、0551-66061352、0551-66061350、0551-66061351、18096669151（施）、13866705214（朱）、13696536668（许）

五、附件

1. 安徽省紧密型县域医共体设备更新一期项目-核磁共振成像系统（MR）二更正公告
2. 原招标文件