

上海市第六人民医院安徽医院采购 mini C 臂项目更正公告（二）

一、项目基本情况

项目编号：FS34000120253275 号/ZF2025-32-0682

项目名称：上海市第六人民医院安徽医院采购 mini C 臂

首次公告日期：2025 年 05 月 23 日

二、更正信息

更正事项：☒ 采购公告 ☒ 采购文件 ☐ 采购结果

更正内容：

1、本项目招标文件第三章采购需求及技术规格要求中“4.4 监视器俯仰角调节度 $\geq \pm 100$ ”现更正为“4.4 监视器俯仰角调节度 $\geq \pm 10^\circ$ ”。

2、本项目招标文件第三章采购需求及技术规格要求中“4.5 监视器旋转角度 ≥ 2700 ”现更正为“4.5 监视器旋转角度 $\geq 270^\circ$ ”。

3、本项目招标文件第三章采购需求及技术规格要求中“6.4 水平移动 ≥ 3660 ”现更正为“6.4 水平移动 $\geq 366^\circ$ ”。

4、原提交投标文件截止时间（开标时间）延期至：2025 年 07 月 22 日 09 点 00 分（北京时间）。

更正日期：2025 年 6 月 19 日

三、其他补充事宜

1. 本项目实施全流程电子化交易，投标文件实施网上远程解密，投标人无需前往开标现场。

2. 此公告视同招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。请投标人及时下载。

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名 称：安徽省立医院

地 址：安徽省合肥市庐阳区庐江路 17 号

联系方式：0551-62282541

2. 采购代理机构信息

名 称：安徽省招标集团股份有限公司

地 址：安徽省合肥市包河区紫云路 888 号安徽省招标集团总部
基地

联系方式：15905605972

3. 项目联系方式

项目联系人：安丽、于潍潍

电 话：18010874352