

上海市第六人民医院安徽医院采购移动式C形臂X射线机更正公告

一、项目基本情况

项目编号：FS34000120255569号/ZF2025-32-1204

项目名称：上海市第六人民医院安徽医院采购移动式C形臂X射线机

首次公告日期：2025年8月14日

二、更正信息

更正事项：☒ 采购公告 ☒ 采购文件 ☐ 采购结果

更正内容：

1、本项目招标文件第三章采购需求及技术规格要求中“5.1平板探测器材质：CMOS晶体硅、IGZO”现更正为“5.1平板探测器材质：CMOS晶体硅或非晶硅”。

2、删除本项目招标文件第三章采购需求及技术规格要求中“5.4后处理灰阶 $\geq 32\text{bit}$ ”。

3、删除本项目招标文件第三章采购需求及技术规格要求中“7.4显示器多轴位万向臂支架 ≥ 5 轴”。

4、删除本项目招标文件第三章采购需求及技术规格要求中“10.3曝光模式 ≥ 8 种”。

5、本项目招标文件第三章采购需求及技术规格要求中“7.1医用UHD平板显示器 ≥ 27 英寸”现更正为“7.1平板显示器 ≥ 27 英寸”。

6、本项目招标文件第三章采购需求及技术规格要求中“9.6 C臂轨道内运动角度 $\geq 150^\circ$ ”现更正为“9.6 C臂轨道内运动角度 $\geq 130^\circ$ ”。

7、本项目招标文件第四章资格审查和评标办法（综合评分法）中技术参数及要求“《第三章 采购需求及技术规格要求中的技术参数内容》中二、技术要求内容评审明细如下：（1）标注“★”条款的技术指标为关键指标项，每满足（或优于）一项，加5分；本小项满分5分；（2）无标识项的为一般指标项，每满足（或优于）一项，加0.4分；本小项满分28分。”，现更正为“《第三章 采购需求及技术规格要求中的技术参数内容》中二、技术要求内容评审明细如下：（1）标注“★”条款的技术指标为关键指标项，每满足（或优于）一项，加5分；本小项满分5分；（2）无标识项的为一般指标项，每满足（或优于）一项，加0.4分；本小项满分26.8分。”。

8、本项目招标文件第四章资格审查和评标办法（综合评分法）中设备配置评价“根据投标人所投产品设备配置情况进行综合评审，包括但设备硬件及软件安装配置、数据安全等方面进行评审：（1）所投产品设备硬件及软件安装配置高端完善、功能齐全、可行性强、数据安全保障机制完善的得3分；（2）所投产品设备硬件及软件配置齐全，具有合理性，能够满足项目实际使用需求、数据安全能得到保障的得2

分；（3）所投产品设备硬件及软件配置简单，缺少项目针对性，数据安全有待提高的得1分；（4）未提供不得分。”，现更正为“根据投标人所投产品设备配置情况进行综合评审，包括但设备硬件及软件安装配置、数据安全等方面进行评审：（1）所投产品设备硬件及软件安装配置高端完善、功能齐全、可行性强、数据安全保障机制完善的得4.2分；（2）所投产品设备硬件及软件配置齐全，具有合理性，能够满足项目实际使用需求、数据安全能得到保障的得2分；（3）所投产品设备硬件及软件配置简单，缺少项目针对性，数据安全有待提高的得1分；（4）未提供不得分。”。

9、原提交投标文件截止时间（开标时间）延期至：2025年09月16日09点00分（北京时间）。

更正日期：2025年08月29日

三、其他补充事宜

1. 本项目实施全流程电子化交易，投标文件实施网上远程解密，投标人无需前往开标现场。
2. 此公告视同招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。请投标人及时下载。

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名 称：安徽省立医院

地 址：安徽省合肥市庐阳区庐江路17号

联系方式：0551-62282541

2. 采购代理机构信息

名 称：安徽省招标集团股份有限公司

地 址：安徽省合肥市包河区紫云路888号安徽省招标集团总部基地 联系方式：15905605972

3. 项目联系方式

项目联系人：安丽、于潍潍

电 话：18010874352