

安徽省胸科医院2025年高端科研型后64排X线电子计算机体层扫描系统项目更正公告

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：ZF2025-05-1506（任务书编号：FS34000120256933号）

原公告的采购项目名称：安徽省胸科医院 2025 年高端科研型后 64 排 X 线电子计算机体层扫描系统项目

首次公告日期：2025 年 09 月 30 日

二、更正信息

更正事项：☒ 采购公告 ☒ 采购文件 ☐ 采购结果

更正内容：

序号	更正项	更正前内容	更正后内容
1	第三章采购需求 “四. 技术要求” （一）货物需求说明-“无标识项”	符合性审查项，出现 5 条以上（不含 5 条）负偏离或不满足的将导致投标无效。	符合性审查项，出现 3 条以上（不含 3 条）负偏离或不满足的将导致投标无效。
2	第三章采购需求 “四. 技术要求” （二）技术性能及功能配置要求	★2.1.2 球管电压档位≥5 档	★2.1.2 球管电压档位≥4 档
3		★2.1.4 最小输出管电压≤70 kV	★2.1.4 最小输出管电压≤80kV

4		★2.2.9 球管小焦点 $\leq 0.4 \times 0.8 \text{mm}^2$	★2.2.9 球管小焦点 $\leq 0.7 \times 1.0 \text{mm}^2$
5		★4.2 扫描床最大水平移动速度 $\geq 600 \text{mm/s}$	★4.2 扫描床最大水平移动速度 $\geq 420 \text{mm/s}$
6		★6.1 最快机架旋转速度 $\leq 0.23 \text{s}/360^\circ$ （投标文件中提供产品彩页、系统功能截图、datasheet、技术白皮书、参与者指南、产品说明书、检测/检验报告或医疗器械注册证等相关证明材料任意一类）	6.1 最快机架旋转速度 $\leq 0.27 \text{s}/360^\circ$
7		6.13 最薄图像重建层厚 $\leq 0.625 \text{ mm}$	★6.13 最薄图像重建层厚 $\leq 0.625 \text{ mm}$
8		★6.19 体部扫描模式，最大螺距 ≥ 2.0	★6.19 体部扫描模式，最大螺距 ≥ 1.5

9		★6.27 MTF=0%时， X/Y 轴空间分辨率 $\geq 21\text{Lp/cm}$	★6.27MTF=0%时， X/Y 轴空间分辨率 $\geq 16\text{Lp/cm}$
10		★7.1 心脏扫描物 理单扇区时间分辨 率（非等效） $\leq 100\text{ms}/180^\circ$	★7.1 心脏扫描物 理单扇区时间分辨 率（非等效） $\leq 135\text{ms}/180^\circ$
11		★7.2 心脏冠脉最 快扫描时间 $\leq 0.25\text{s/rot}$	★7.2 心脏冠脉最快 扫描时间 $\leq 0.27\text{s/rot}$
12	第四章资格审查 和评标办法-第二 节评标办法-2、详 细评审表- 3.2.3 (1)商务部分“产 品业绩及用户评 价（8分）”	产品业绩及用户评 价（8分）： 1. 自 2022 年 1 月 1 日以来（以合同签 订时间为准），每 提供一个与本次所 投货物同品牌的类 似供货项目业绩 （须为向医疗机构 供货的业绩）的得 2 分，满分 6 分。	产品业绩（8分）： 自 2022 年 1 月 1 日 以来（以合同签订时 间为准），每提供一 个与本次所投货物 同品牌同型号产品 供货项目业绩（须为 向医疗机构供货的 业绩）的得 2 分，满 分 8 分。 注：每份业绩须提

		注：每份业绩须提供：（1）业绩合同扫描件；（2）与合同对应的能反映主要产品情况的货物清单，如合同中无法体现主要产品清单，则同时提供加盖合同甲方公章的证明材料且能体现主要产品清单，否则不予得分。（3）类似供货业绩是指：超高端 CT（后 64 排超高端 CT）供货项目业绩。（4）同一业主业绩不可累计，不同业主业绩可以累计计分。 2. 在上述评标委员会认可的业绩中，投标人同时具有表	供：（1）业绩合同扫描件，如合同中无法体现产品品牌及型号等主要内容，则同时提供加盖合同甲方公章的证明材料予以证明，否则不予得分。（2）同一业主业绩不可累计，不同业主业绩可以累计计分。
--	--	---	--

		明投标人履约良好的用户评价意见， 每提供1个得1分， 满分2分。 注：投标文件中提供加盖业主单位公章（或部门章）的用户评价意见扫描件。	
13	提交投标文件截止时间、开标时间	2025年10月27日 10点00分（北京时间）	2025年11月10日 14点30分（北京时间）

更正日期：2025年10月24日

三、其他补充事宜

1. 本次更正内容作为招标文件的组成部分，不一致之处以本次更正内容为准，招标文件其他内容不变。

2. 本项目更正公告信息同时在“安徽省政府采购网、优质采招标采购平台、优质采云采购平台”上发布。

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名 称：安徽省胸科医院

地 址：合肥市蜀山区绩溪路397号

联系方式：陈磊，0551-63635501

2. 采购代理机构信息

名 称：安徽省招标集团股份有限公司

地 址：合肥市包河区紫云路 888 号

联系方式：0551-66061397、66061392

应急客服电话：0551-62220153（接听时间

8:30-12:00,13:30-17:30，节假日除外。潜在投标人应优先拨打项目

联系人联系电话，无人接听时再拨打该“应急客服电话”）

3. 项目联系方式

项目联系人：张腾飞、丁灵灵

电 话：05510551-66061397、66061392、1373922810

五、附件

无。