

评标专家签到表

项目名称：安徽省公共卫生临床中心（安徽省传染病医院）后 64 排 X 线计算机断层扫描仪全维保服务项目单一来源论证会
时间：2026 年 05 月 13 日

序号	姓名	单位名称	职称	验证码	联系电话
1	梁林	合肥市第二人民医院	主治医师		13956951127
2	张品	安徽医科大学	高工		15955187967
3	李心	安徽大学	高工		13956019170
4					
5					
6					
7					
8					

附件



单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 梁 林	
	职称: 维修师	
	工作单位: 合肥市第二人民医院	
项目信息	项目名称: 安徽省公共卫生临床中心(安徽省传染病医院)后64排X线计算机断层扫描仪全维保服务项目	
	供应商名称: 通用电气医疗系统贸易发展(上海)有限公司	
专业人员论证意见	(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由) 该采购为医院在用后64排X线计算机断层扫描仪全维保服务。在用机型为GE品牌 Revolution power 型号。该机器备件和软件均由GE原厂研发, 维修秘钥不开放只有GE原厂有, 基于该知识产权的服务具有唯一性。维修所需备件需与原设备配套, 只能从原厂或经授权公司获取, 其他厂家生产的备件无法与之配套。经政府采购询价第三十一号单一来源方式公示。故, 该采购项目拟勾建议采用单一来源就从通用电气医疗系统贸易发展(上海)有限公司处勾。	
专业人员签字	梁 林	日期 2016年5月13日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件


单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 	
	职称: 高工	
	工作单位: 宝应县人民医院	
项目信息	项目名称: 安徽省公共卫生临床中心(安徽省传染病医院)后64排X线计算机断层扫描仪全维保服务项目	
	供应商名称: 通用电气医疗系统贸易发展(上海)有限公司	
专业人员论证意见	(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由) 本项目中后64排GE Revolution Power各中采和中采均由GE研发, 维护配件和耗材等也具有唯一性, 全部配件均从该供应商处采购, 故建议采用单一来源方式从通用电气医疗系统贸易发展(上海)有限公司采购。	
专业人员签字		日期: 2016年5月13日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: <u>袁明鸣</u>	
	职称: <u>副主任医师</u>	
	工作单位: <u>安徽皖南医学院</u>	
项目信息	项目名称: 安徽省公共卫生临床中心(安徽省传染病医院)后64排X线计算机断层扫描仪全维保服务项目	
	供应商名称: 通用电气医疗系统贸易发展(上海)有限公司	
专业人员论证意见	(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由) 本项目拟采购的64排X线计算机断层扫描仪(型号revolution power)全维保服务项目,该维保较新,备件及软件只有GE原厂提供,鉴于该产品的特殊性,其他生产厂家均无法与之配套,故建议采用单一来源方式采购。	
专业人员签字		日期 <u>2016.5.12</u> 年 月 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。