

首都医科大学附属北京天坛医院安徽医院便携式彩色多普勒超声诊断仪采购项目更正公告

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：ZF2026-36-0933

原公告的采购项目名称：首都医科大学附属北京天坛医院安徽医院便携式彩色多普勒超声诊断仪采购项目

首次公告日期：2026年8月13日

二、更正信息

更正事项： ☒ 采购公告 ☒ 采购文件 ☐ 采购结果

更正内容：第三章采购需求

1、删除参数“2.3.1含多胎测量、胎儿生理评分、中国人群产科公式”；

2、删除参数“2.3.3自动NT测量”；

3、*5.1.2参数修改为“*5.1.2 探头配置：标配 ≥ 26 把探头：凸阵探头 ≥ 7 把，线阵探头 ≥ 7 把，（其中凸阵或线阵探头须有一种探头提供单晶体或纯净波或冰晶材质）；单晶体或纯净波或冰晶相控阵探头 ≥ 7 把，超高频探头 ≥ 2 把，颅脑小微凸探头 ≥ 1 把，腔内探头 ≥ 1 把，经食道探头 ≥ 1 把。”

4、6.3参数修改为“6.3具备探头扩展槽。”

5、2.6.2参数修改为“2.6.2自动包络心内膜边界。2.6.3自动计算左室舒张期容积、左室收缩期容积。2.6.4自动计算左室射血分数EF以及每搏量SV。”

6、本项目提交投标文件截止时间、开标时间修改为：2026年9月17日10点30分（北京时间）。

更正日期：2026年9月1日

三、其他补充事宜

本项目相关信息同时在“安徽省政府采购网（www.ccgp-anhui.gov.cn）、中国招标投标公共服务平台（www.cebpubservice.com）、安徽省招标投标信息网（www.ahtba.org.cn）、优质采云采购平台（网址：www.youzhicai.com）、优质采招标采购平台（www.yzczb.com）”等媒介上发布；

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名 称：皖南医科大学第一附属医院（弋矶山医院）

地 址：芜湖市镜湖区赭山西路 2 号

联系方式：0553-5739103

2. 采购代理机构信息

名 称：安徽省招标集团股份有限公司

地 址：安徽省合肥市包河区紫云路888号

联系方式：应急客服电话：0551-62220153（接听时间：8:30-12:00,13:30-17:30，节假日除外。潜在投标人应优先拨打项目联系人联系电话，无人接听时再拨打该“应急客服电话”）

3. 项目联系方式

项目联系人：杨婉莹、丁佳

电 话：0551-66061353、0551-66061357、18715688316（无人接听时可短信留言）

五、附件

招标文件