

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：ZF2026-36-0625

原公告的采购项目名称：蚌埠医科大学第一附属医院血液透析滤过机采购项目

首次公告日期：2026年6月10日

二、更正信息

更正事项：☒采购公告 ☒采购文件 ☐采购结果

更正内容：

1、招标文件“第三章 采购需求”中“4.2技术要求表”调整为：

血液透析滤过机招标技术参数	
一	功能要求
1	支持血液透析、单纯超滤、序贯透析、On-line HDF 和 On-line HF 的治疗模式。
2	显示屏：≥15彩色液晶触摸屏，可旋转，全中文操作系统。
★3	具有双透析液过滤器组件。
4	具有监测动脉压、静脉压、跨膜压功能。
5	具有数据管理系统，通过有线或无线免费与医院血透信息系统联网。
★6	提供非侵入式联机清除率监测仪，无需额外耗材及额外实验室诊断方法。
7	具有气泡检测功能。
8	具有漏血检测功能。

9	具有可调钠曲线和超滤曲线。
■10	设备需可显示并实时调整基础钠值，处方钠值或具备钠离子曲线调节功能。
■11	具有双容量平衡超滤控制系统。
12	具有预冲液联机排放功能。
13	具备药液消毒和热消毒，消毒脱钙可一体化完成。
14	在线生产置换液，支持在线的预冲、回血与补液。
15	断电保护：内置电源，确保血泵、肝素泵及所有监测功能正常运转至少30min，且数据不丢失。
16	提供无创式血压检测功能。
17	配备 B 干粉筒支架组件。
18	配备通讯组件，免费连接医院血透系统。
■19	静脉壶液面自动调整，并提供按键式静脉壶液面调整功能。
■20	具有补液比率功能，补液速度随血液流速按比例自动调整。或具有精准补液功能。
■21	具有透析液流速随血流速按比例自动调整功能或具有透析液流量曲线功能。
*22	配备在线血温监测，在线血容量监测。
二	性能指标
1	透析液流速：300~700mL/min。

2	透析液温度：35~39° C。
■3	脱水速度：0~4.00L/h，脱水精度：±10mL/h或±1%。
4	漏血探测精度：精度≤0.5mL 血液/1L 透析液。
5	透析液浓度：测量范围：12.8~15.7mS/cm。
6	联机清除率K精确度≤±6%或联机清除率Kt/V显示精度±10%。
★7	置换液流速：25-400mL/min。
8	动脉血泵流量：50~600mL/min。
9	肝素泵流量范围：0.5~9mL/h。
★10	配置在线血压监测：收缩压：60~+250mmHg；舒张压：40~+200mmHg；平均动脉压：45~+235mmHg；精度±3mmHg。
■11	动脉压监测显示范围：-300~+300mmHg；静脉压监测显示范围：-50~+390mmHg；跨膜压监测显示范围：-100~+400mmHg。
三	耗材及其他要求
*1	原厂细菌过滤器单独报价，且不得高于1000元/个。

本项目提交投标文件截止时间、开标时间延期至2026年8月18日10点00分（北京时间）。

更正日期：2026年7月31日

三、其他补充事宜

本项目相关信息同时在“安徽省政府采购网（www.ccgp-anhui.gov.cn）、中国招标投标公共服务平台（www.cebpubservice.com）、安徽省招标投标信息网（www.ahtba.org.cn）、优质采云采购平台（www.youzhicai.com）、优质采招标采购平台（www.yzczb.com）”等媒介上发布；

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名 称：蚌埠医科大学第一附属医院

地 址：安徽省蚌埠市长淮路287号

联系方式：0552-3086506

2. 采购代理机构信息（如有）

名 称：安徽省招标集团股份有限公司

地 址：安徽省合肥市包河区紫云路888号

联系方式：应急客服电话：0551-62220153（接听时间：8:30-12:00,13:30-17:30，节假日除外。潜在投标人应优先拨打联系电话，无人接听时再拨打该“应急客服电话”）

3. 项目联系方式

项目联系人：俞云龙、倪孟杰、施雨朦、章永兴

电 话：0551-66061348、0551-66061352、0551-66061355、15255522615（无人接听可短信留言）

五、附件

1. 蚌埠医科大学第一附属医院血液透析滤过机采购项目更正公告03

2. 原招标文件